



**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР**

**КАЛИБРЫ
ДЛЯ УПОРНОЙ РЕЗЬБЫ**

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

ГОСТ 17381—84

Издание официальное

Цена 85 коп.

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва**

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

КАЛИБРЫ
ДЛЯ УПОРНОЙ РЕЗЬБЫ

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

ГОСТ 17381—84

Издание официальное

МОСКВА — 1985

РАЗРАБОТАН Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности

ИСПОЛНИТЕЛИ

И. А. Медовой, А. Н. Жукова, Н. В. Казмина

ВНЕСЕН Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности

Зам. министра И. А. Ординарцев

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 28 марта 1984 г. № 1067

КАЛИБРЫ ДЛЯ УПОРНОЙ РЕЗЬБЫ**Исполнительные размеры**

Gages for buttress thread. Required dimensions

ГОСТ**17381—84****Взамен****ГОСТ 17381—72**

ОКП 39 3191

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 28 марта 1984 г. № 1067 срок введения установлен

с 01.07.85

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на резьбовые калибры для упорной резьбы с профилем и основными размерами по ГОСТ 10177—82, допусками по ГОСТ 25096—82.

Стандарт устанавливает размеры диаметров резьбовых калибров-пробок ПР(21), НЕ(22), резьбовых калибров-колец ПР(1), НЕ(11) и контрольных калибров-пробок КПР—ПР(2), КПР—НЕ(3), К—И(6), КНЕ—ПР(12), КНЕ—НЕ(13), КИ—НЕ(16).

2. Размеры диаметров резьбы калибров, рассчитанные по ГОСТ 10278—81, должны соответствовать указанным в табл. 1—218.

Калибры резьбовые для резьбы S 10×2
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	10,043	-0,040	9,093	-0,020	9,053	6,528	Не более	—
	НЕ	7AZ	9,740	-0,040	9,330	-0,020	9,298	6,528		—
		8AZ	9,805	-0,040	9,395	-0,020	9,363	6,528		
9AZ		9,899	-0,052	9,486	-0,026	9,445	6,528			
Калибры-кольца	ПР	7h, 8h; 9h	10,472	Не менее	—	8,475	+0,026	8,518	6,987	+0,026
	НЕ	7h	10,016		8,284	+0,026	8,319	7,871	+0,052	
		8h	10,020		8,230	+0,034	8,275	7,813	+0,068	
9h		10,020	8,166	+0,034	8,211	7,749	+0,068			
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	10,016	-0,032	8,473	-0,010	8,459	6,494	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	8,917	-0,032	8,508	-0,014	—	6,515		—
	К—И	7h; 8h; 9h	8,934	-0,032	8,525	-0,014	—	6,515		—
	КНЕ—ПР	7h	10,016	-0,032	8,282	-0,010	8,268	6,303		—
		8h	10,020	-0,040	8,228	-0,013	8,210	6,247		
		9h	10,020	-0,040	8,164	-0,013	8,146	6,183		
	КНЕ—НЕ	7h	9,826	-0,032	8,317	-0,014	—	6,338		—
8h		9,784	-0,040	8,273	-0,018	—	6,292			
9h		9,720	-0,040	8,209	-0,018	—	6,228			
КИ—НЕ	7h	9,835	-0,032	8,326	-0,014	—	6,338	—		
	8h	9,795	-0,040	8,284	-0,018	—	6,292			
	9h	9,731	-0,040	8,220	-0,018	—	6,228			

Калибры резьбовые для резьбы S 12×2
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номинал.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номинал.	Пред. откл.	
					Номинал.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	12,043	-0,040	11,093	-0,020	11,053	8,528	Не более	-
	НЕ	7AZ	11,755	-0,040	11,345	-0,020	11,313	8,528		-
		8AZ	11,834	-0,052	11,421	-0,026	11,380	8,528		
9AZ		11,924	-0,052	11,511	-0,026	11,470	8,528			
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	12,472	Не менее	-	10,475	+0,026	10,518	8,987	+0,026
	НЕ	7h	12,016		-	10,274	+0,026	10,309	9,861	+0,052
		8h	12,020		-	10,216	+0,034	10,261	9,799	+0,068
9h		12,020	-	10,151	+0,034	10,196	9,734	+0,068		
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	12,016	-0,032	10,473	-0,010	10,459	8,494	Не более	-
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	10,917	-0,032	10,508	-0,014	-	8,515		-
	К—И	7h; 8h; 9h	10,934	-0,032	10,525	-0,014	-	8,515		-
	КНЕ—ПР	7h	12,016	-0,032	10,272	-0,010	10,258	8,293		-
		8h	12,020	-0,040	10,214	-0,013	10,196	8,233		
		9h	12,020	-0,040	10,149	-0,013	10,131	8,168		
	КНЕ—НЕ	7h	11,816	-0,032	10,307	-0,014	-	8,328		-
		8h	11,770	-0,040	10,259	-0,018	-	8,278		
9h		11,705	-0,040	10,194	-0,018	-	8,213			
КИ—НЕ	7h	11,825	-0,032	10,316	-0,014	-	8,328	-		
	8h	11,781	-0,040	10,270	-0,018	-	8,278			
	9h	11,716	-0,040	10,205	-0,018	-	8,213			

Калибры резьбовые для резьбы S 12×3
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	12,043	-0,040	10,383	-0,020	10,343	6,794	Не более	—
	НЕ	7AZ	11,280	-0,040	10,670	-0,020	10,638	6,794		—
		8AZ	11,364	-0,052	10,751	-0,026	10,710	6,794		
9AZ		11,464	-0,052	10,851	-0,026	10,810	6,794			
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	12,706	Не менее	—	9,716	+0,034	9,770	7,483	+0,034
	НЕ	7h	12,020		—	9,492	+0,034	9,537	8,875	+0,068
		8h	12,020		—	9,436	+0,034	9,481	8,819	+0,068
9h		12,026	—	9,353	+0,042	9,410	8,732	+0,084		
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	12,020	-0,040	9,714	-0,013	9,696	6,749	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	10,370	-0,040	9,759	-0,018	—	6,777		—
	К—И	7h; 8h; 9h	10,390	-0,040	9,779	-0,018	—	6,777		—
	КНЕ—ПР	7h	12,020	-0,040	9,490	-0,013	9,472	6,525		—
		8h	12,020	-0,040	9,434	-0,013	9,416	6,469		
		9h	12,026	-0,052	9,350	-0,016	9,328	6,383		
	КНЕ—НЕ	7h	11,796	-0,040	9,535	-0,018	—	6,570		—
8h		11,740	-0,040	9,479	-0,018	—	6,514			
9h		11,671	-0,052	9,406	-0,022	—	6,439			
КИ—НЕ	7h	11,807	-0,040	9,546	-0,018	—	6,570	—		
	8h	11,751	-0,040	9,490	-0,018	—	6,514			
	9h	11,686	-0,052	9,421	-0,022	—	6,439			

Калибры резьбовые для резьбы S 14×2
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	14,043	-0,040	13,093	-0,020	13,053	10,528	Не более	-
	НЕ	7AZ	13,755	-0,040	13,345	-0,020	13,313	10,528		-
		8AZ	13,834	-0,052	13,421	-0,026	13,380	10,528		
9AZ		13,924	-0,052	13,511	-0,026	13,470	10,528			
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	14,472	Не менее	-	12,475	+0,026	12,518	10,987	+0,026
	НЕ	7h	14,016		-	12,274	+0,026	12,309	11,861	+0,052
		8h	14,020		-	12,216	+0,034	12,261	11,799	+0,068
9h		14,020	-	12,151	+0,034	12,196	11,734	+0,068		
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	14,016	-0,032	12,473	-0,010	12,459	10,494	Не более	-
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	12,917	-0,032	12,508	-0,014	-	10,515		-
	К—И	7h; 8h; 9h	12,934	-0,032	12,525	-0,014	-	10,515		-
	КНЕ—ПР	7h	14,016	-0,032	12,272	-0,010	12,258	10,293		-
		8h	14,020	-0,040	12,214	-0,013	12,196	10,233		
		9h	14,020	-0,040	12,149	-0,013	12,131	10,168		
	КНЕ—НЕ	7h	13,816	-0,032	12,307	-0,014	-	10,328		-
8h		13,770	-0,040	12,259	-0,018	-	10,278			
9h		13,705	-0,040	12,194	-0,018	-	10,213			
КИ—НЕ	7h	13,825	-0,032	12,316	-0,014	-	10,328	-		
	8h	13,781	-0,040	12,270	-0,018	-	10,278			
	9h	13,716	-0,040	12,205	-0,018	-	10,213			

Калибры резьбовые для резьбы S 14×3
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	14,043	-0,040	12,383	-0,020	12,343	8,794	Не более	-
	НЕ	7AZ	13,280	-0,040	12,670	-0,020	12,638	8,794		-
		8AZ	13,364	-0,052	12,751	-0,026	12,710	8,794		-
9AZ		13,464	-0,052	12,851	-0,026	12,810	8,794	-		
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	14,706	Не менее	11,716	+0,034	11,770	9,483	+0,034	
	НЕ	7h	14,020		11,492	+0,034	11,537	10,875	+0,068	
		8h	14,020		11,436	+0,034	11,481	10,819	+0,068	
9h		14,026	11,353	+0,042	11,410	10,732	+0,084			
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	14,020	-0,040	11,714	-0,013	11,696	8,749	Не более	-
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	12,370	-0,040	11,759	-0,018	—	8,777		-
	К—И	7h; 8h; 9h	12,390	-0,040	11,779	-0,018	—	8,777		-
	КНЕ—ПР	7h	14,020	-0,040	11,490	-0,013	11,472	8,525		-
		8h	14,020	-0,040	11,434	-0,013	11,416	8,469		
		9h	14,026	-0,052	11,350	-0,016	11,328	8,383		
	КНЕ—НЕ	7h	13,796	-0,040	11,535	-0,018	—	8,570		-
		8h	13,740	-0,040	11,479	-0,018	—	8,514		
9h		13,671	-0,052	11,406	-0,022	—	8,439			
КИ—НЕ	7h	13,807	-0,040	11,546	-0,018	—	8,570	-		
	8h	13,751	-0,040	11,490	-0,018	—	8,514			
	9h	13,686	-0,052	11,421	-0,022	—	8,439			

Калибры резьбовые для резьбы S 16×2
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	16,043	-0,040	15,093	-0,020	15,053	12,528	Не более	-
	НЕ	7AZ	15,755	-0,040	15,345	-0,020	15,313	12,528		-
		8AZ	15,834	-0,052	15,421	-0,026	15,380	12,528		
9AZ		15,924	-0,052	15,511	-0,026	15,470	12,528			
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	16,472	Не менее	-	14,475	+0,026	14,518	12,987	+0,026
	НЕ	7h	16,016		-	14,274	+0,026	14,309	13,861	+0,052
		8h	16,020		-	14,216	+0,034	14,261	13,799	+0,068
9h		16,020	-	14,151	+0,034	14,196	13,734	+0,068		
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	16,016	-0,032	14,473	-0,010	14,459	12,494	Не более	-
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	14,917	-0,032	14,508	-0,014	-	12,515		-
	К—И	7h; 8h; 9h	14,934	-0,032	14,525	-0,014	-	12,515		-
	КНЕ—ПР	7h	16,016	-0,032	14,272	-0,010	14,258	12,293		-
		8h	16,020	-0,040	14,214	-0,013	14,196	12,233		
		9h	16,020	-0,040	14,149	-0,013	14,131	12,168		
	КНЕ—НЕ	7h	15,816	-0,032	14,307	-0,014	-	12,328		-
		8h	15,770	-0,040	14,259	-0,018	-	12,278		
9h		15,705	-0,040	14,194	-0,018	-	12,213			
КИ—НЕ	7h	15,825	-0,032	14,316	-0,014	-	12,328	-		
	8h	15,781	-0,040	14,270	-0,018	-	12,278			
	9h	15,716	-0,040	14,205	-0,018	-	12,213			

Калибры резьбовые для резьбы S 16X4

Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номинал.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номинал.	Пред. откл.	
					Номинал.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	16,061	-0,052	13,678	-0,026	13,626	9,058	Не более	-
	НЕ	7AZ	14,824	-0,052	14,011	-0,026	13,970	9,058		-
		8AZ 9AZ	14,919 15,038	-0,052 -0,064	14,106 14,222	-0,026 -0,032	14,065 14,173	9,058		-
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	16,942	-	12,966	+0,034	13,020	9,983	Не менее	+0,034
	НЕ	7h	16,020	-	12,701	+0,034	12,746	11,884		+0,068
		8h 9h	16,026 16,026	-	12,623 12,533	+0,042 +0,042	12,680 12,590	11,802 11,712		+0,084 +0,084
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	16,020	-0,040	12,964	-0,013	12,946	9,013	Не более	-
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	13,820	-0,040	13,009	-0,018	-	9,041		-
	К—И	7h; 8h; 9h	13,840	-0,040	13,029	-0,018	-	9,041		-
	КНЕ—ПР	7h	16,020	-0,040	12,699	-0,013	12,681	8,748		-
		8h	16,026	-0,052	12,620	-0,016	12,598	8,667		
		9h	16,026	-0,052	12,530	-0,016	12,508	8,577		
	КНЕ—НЕ	7h	15,755	-0,040	12,744	-0,018	-	8,793		-
		8h	15,691	-0,052	12,676	-0,022	-	8,723		
		9h	15,601	-0,052	12,586	-0,022	-	8,633		
КИ—НЕ	7h	15,766	-0,040	12,755	-0,018	-	8,793	-		
	8h	15,706	-0,052	12,691	-0,022	-	8,723			
	9h	15,616	-0,052	12,601	-0,022	-	8,633			

Калибры резьбовые для резьбы S 18×2
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	18,043	-0,040	17,093	-0,020	17,053	14,528	Не более	-
	НЕ	7AZ	17,755	-0,040	17,345	-0,020	17,313	14,528		-
		8AZ	17,834	-0,052	17,421	-0,026	17,380	14,528		
9AZ		17,924	-0,052	17,511	-0,026	17,470	14,528			
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	18,472	Не менее	-	16,475	+0,026	16,518	14,987	+0,026
	НЕ	7h	18,016		-	16,274	+0,026	16,309	15,861	+0,052
		8h	18,020			16,216	+0,034	16,261	15,799	+0,068
9h		18,020	16,151	+0,034		16,196	15,734	+0,068		
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	18,016	-0,032	16,473	-0,010	16,459	14,494	Не более	-
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	16,917	-0,032	16,508	-0,014	-	14,515		-
	К—И	7h; 8h; 9h	16,934	-0,032	16,525	-0,014	-	14,515		-
	КНЕ—ПР	7h	18,016	-0,032	16,272	-0,010	16,258	14,293		-
		8h	18,020	-0,040	16,214	-0,013	16,196	14,233		
		9h	18,020	-0,040	16,149	-0,013	16,131	14,168		
	КНЕ—НЕ	7h	17,816	-0,032	16,307	-0,014	-	14,328		-
		8h	17,770	-0,040	16,259	-0,018	-	14,278		
		9h	17,705	-0,040	16,194	-0,018	-	14,213		
КИ—НЕ	7h	17,825	-0,032	16,316	-0,014	-	14,328	-		
	8h	17,781	-0,040	16,270	-0,018	-	14,278			
	9h	17,716	-0,040	16,205	-0,018	-	14,213			

Калибры резьбовые для резьбы S 18×4
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	18,061	-0,052	15,678	-0,026	15,626	11,058	Не более	-
	НЕ	7AZ	16,824	-0,052	16,011	-0,026	15,970	11,058		-
		8AZ	16,919	-0,052	16,103	-0,026	16,065	11,058		-
9AZ		17,038	-0,064	16,222	-0,032	16,173	11,058	-		
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	18,942	Не менее	-	14,966	+0,034	15,020	11,983	+0,034
	НЕ	7h	18,020		-	14,701	+0,034	14,746	13,884	+0,068
		8h	18,026		-	14,623	+0,042	14,680	13,802	+0,084
9h		18,026	-	14,533	+0,042	14,590	13,712	+0,084		
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	18,020	-0,040	14,964	-0,013	14,946	11,013	Не более	-
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	15,820	-0,040	15,009	-0,018	-	11,041		-
	К—И	7h; 8h; 9h	15,840	-0,040	15,029	-0,018	-	11,041		-
	КНЕ—ПР	7h	18,020	-0,040	14,699	-0,013	14,681	10,748		-
		8h	18,026	-0,052	14,620	-0,016	14,598	10,667		-
		9h	18,026	-0,052	14,530	-0,016	14,508	10,577		-
	КНЕ—НЕ	7h	17,755	-0,040	14,744	-0,018	-	10,793		-
		8h	17,691	-0,052	14,676	-0,022	-	10,723		-
9h		17,601	-0,052	14,586	-0,022	-	10,633	-		
КИ—НЕ	7h	17,766	-0,040	14,755	-0,018	-	10,793	-		
	8h	17,706	-0,052	14,691	-0,022	-	10,723	-		
	9h	17,616	-0,052	14,601	-0,022	-	10,633	-		

Калибры резьбовые для резьбы S 20×2
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	20,043	-0,040	19,093	-0,020	19,053	16,528	Не более	-
	НЕ	7AZ	19,755	-0,040	19,345	-0,020	19,313	16,528		-
		8AZ	19,834	-0,052	19,421	-0,026	19,380	16,528		
9AZ		19,924	-0,052	19,511	-0,026	19,470	16,528			
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	20,472	Не менее	-	18,475	+0,026	18,518	16,987	+0,026
	НЕ	7h	20,016		-	18,274	+0,026	18,309	17,861	+0,052
		8h	20,020		-	18,216	+0,034	18,261	17,799	+0,068
9h		20,020	-	18,151	+0,034	18,196	17,734	+0,068		
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	20,016	-0,032	18,473	-0,010	18,459	16,494	Не более	-
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	18,917	-0,032	18,508	-0,014	-	16,515		-
	К—И	7h; 8h; 9h	18,934	-0,032	18,525	-0,014	-	16,515		-
	КНЕ—ПР	7h	20,016	-0,032	18,272	-0,010	18,258	16,293		-
		8h	20,020	-0,040	18,214	-0,013	18,196	16,233		
		9h	20,020	-0,040	18,149	-0,013	18,131	16,168		
	КНЕ—НЕ	7h	19,816	-0,032	18,307	-0,014	-	16,328		-
		8h	19,770	-0,040	18,259	-0,018	-	16,278		
		9h	19,705	-0,040	18,194	-0,018	-	16,213		
КИ—НЕ	7h	19,825	-0,032	18,316	-0,014	-	16,328	-		
	8h	19,781	-0,040	18,270	-0,018	-	16,278			
	9h	19,716	-0,040	18,205	-0,018	-	16,213			

Калибры резьбовые для резьбы S 20×4
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	20,061	-0,052	17,678	-0,026	17,626	13,058	Не более	-
	НЕ	7AZ	18,824	-0,052	18,011	-0,026	17,970	13,058		-
		8AZ	18,919	-0,052	18,106	-0,026	18,065	13,058		
9AZ		19,038	-0,064	18,222	-0,032	18,173	13,058			
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	20,942	Не менее	-	16,966	+0,034	17,020	13,983	+0,034
	НЕ	7h	20,020		-	16,701	+0,034	16,746	15,884	+0,068
		8h	20,026		-	16,623	+0,042	16,680	15,802	+0,084
9h		20,026	-	16,533	+0,042	16,590	15,712	+0,084		
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	20,020	-0,040	16,964	-0,013	16,946	13,013	Не более	-
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	17,820	-0,040	17,009	-0,018	-	13,041		-
	К—И	7h; 8h; 9h	17,840	-0,040	17,029	-0,018	-	13,041		-
	КНЕ—ПР	7h	20,020	-0,040	16,699	-0,013	16,681	12,748		-
		8h	20,026	-0,052	16,620	-0,016	16,598	12,667		
		9h	20,026	-0,052	16,530	-0,016	16,508	12,577		
	КНЕ—НЕ	7h	19,755	-0,040	16,744	-0,018	-	12,793		-
		8h	19,691	-0,052	16,676	-0,022	-	12,723		
		9h	19,601	-0,052	16,586	-0,022	-	12,633		
КИ—НЕ	7h	19,766	-0,040	16,755	-0,018	-	12,793	-		
	8h	19,706	-0,052	16,691	-0,022	-	12,723			
	9h	19,616	-0,052	16,601	-0,022	-	12,633			

Калибры резьбовые для резьбы S 22×2
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	22,043	-0,040	21,093	-0,020	21,053	18,528	Не более	-
	НЕ	7AZ	21,755	-0,040	21,345	-0,020	21,313	18,528		-
		8AZ	21,834	-0,052	21,421	-0,026	21,380	18,528		
9AZ		21,924	-0,052	21,511	-0,026	21,470	18,528			
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	22,472	Не менее	-	20,475	+0,026	20,518	18,987	+0,026
	НЕ	7h	22,016		20,274	+0,026	20,309	19,861	+0,052	
		8h	22,020		20,216	+0,034	20,261	19,799	+0,068	
9h		22,020	20,151	+0,034	20,196	19,734	+0,068			
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	22,016	-0,032	20,473	-0,010	20,459	18,494	Не более	-
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	20,917	-0,032	20,508	-0,014	-	18,515		-
	К—И	7h; 8h; 9h	20,934	-0,032	20,525	-0,014	-	18,515		-
	КНЕ—ПР	7h	22,016	-0,032	20,272	-0,010	20,258	18,293		-
		8h	22,020	-0,040	20,214	-0,013	20,196	18,233		
		9h	22,020	-0,040	20,149	-0,013	20,131	18,168		
	КНЕ—НЕ	7h	21,816	-0,032	20,307	-0,014	-	18,328		-
		8h	21,770	-0,040	20,259	-0,018	-	18,278		
9h		21,705	-0,040	20,194	-0,018	-	18,213			
КИ—НЕ	7h	21,825	-0,032	20,316	-0,014	-	18,328	-		
	8h	21,781	-0,040	20,270	-0,018	-	18,278			
	9h	21,716	-0,040	20,205	-0,018	-	18,213			

Калибры резьбовые для резьбы S 22×3
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	22,043	-0,040	20,383	-0,020	20,343	16,794	Не более	-
	НЕ	7AZ	21,280	-0,040	20,670	-0,020	20,638	16,794		-
		8AZ	21,364	-0,052	20,751	-0,026	20,710	16,794		-
9AZ		21,464	-0,052	20,851	-0,026	20,810	16,794	-		
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	22,706	Не менее	-	19,716	+0,034	19,770	17,483	+0,034
	НЕ	7h	22,020		-	19,492	+0,034	19,537	18,875	+0,068
		8h	22,020		-	19,436	+0,034	19,481	18,819	+0,068
9h		22,026	-	19,353	+0,042	19,410	18,732	+0,084		
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	22,020	-0,040	19,714	-0,013	19,696	16,749	Не более	-
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	20,370	-0,040	19,759	-0,018	-	16,777		-
	К—И	7h; 8h; 9h	20,390	-0,040	19,779	-0,018	-	16,777		-
	КНЕ—ПР	7h	22,020	-0,040	19,490	-0,013	19,472	16,525		-
		8h	22,020	-0,040	19,434	-0,013	19,416	16,469		
		9h	22,026	-0,052	19,350	-0,016	19,328	16,383		
	КНЕ—НЕ	7h	21,796	-0,040	19,535	-0,018	-	16,570		-
		8h	21,740	-0,040	19,479	-0,018	-	16,514		
9h		21,671	-0,052	19,406	-0,022	-	16,439			
КИ—НЕ	7h	21,807	-0,040	19,546	-0,018	-	16,570	-		
	8h	21,751	-0,040	19,490	-0,018	-	16,514			
	9h	21,686	-0,052	19,421	-0,022	-	16,439			

Калибры резьбовые для резьбы S 22×5
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	22,061	-0,052	18,968	-0,026	18,916	13,322	Не более	-
	НЕ	7AZ	20,334	-0,052	19,321	-0,026	19,280	13,322		-
		8AZ 9AZ	20,434 20,568	-0,052 -0,064	19,421 19,552	-0,026 -0,032	19,380 19,503	13,322		
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	23,178	Не менее	-	18,216	+0,034	18,270	14,483	+0,034
	НЕ	7h	22,020		-	17,936	+0,034	17,981	16,919	+0,068
		8h	22,026		+0,042	17,910	16,832	+0,084		
9h		22,026	+0,042	17,815	16,737	+0,084				
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	22,020	-0,040	18,214	-0,013	18,196	13,277	Не более	-
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	19,270	-0,040	18,259	-0,018	-	13,305		-
	К—И	7h; 8h; 9h	19,290	-0,040	18,279	-0,018	-	13,305		-
	КНЕ—ПР	7h	22,020	-0,040	17,934	-0,013	17,916	12,997		-
		8h	22,026	-0,052	17,850	-0,016	17,828	12,911		
		9h	22,026	-0,052	17,755	-0,016	17,733	12,816		
	КНЕ—НЕ	7h	21,740	-0,040	17,979	-0,018	-	13,042		-
		8h	21,671	-0,052	17,906	-0,022	-	12,967		
		9h	21,576	-0,052	17,811	-0,022	-	12,872		
КИ—НЕ	7h	21,751	-0,040	17,990	-0,018	-	13,042	-		
	8h	21,686	-0,052	17,921	-0,022	-	12,967			
	9h	21,591	-0,052	17,826	-0,022	-	12,872			

Калибры резьбовые для резьбы S 22×8
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр			
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.		
					Номин.	Пред. откл.					
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	22,061	-0,052	16,798	-0,026	16,746	8,116	Не более	—	
	НЕ	7AZ	18,864	-0,052	17,251	-0,026	17,210	8,116		Не более	—
		8AZ	18,998	-0,064	17,382	-0,032	17,333	8,116			
9AZ	19,148	-0,064	17,532	-0,032	17,483	8,116					
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	23,884	Не менее	—	15,950	+0,042	16,019	9,979	+0,042	
	НЕ	7h	22,026		15,603	+0,042	15,660	13,982	+0,084		
		8h	22,026		15,508	+0,042	15,565	13,887	+0,084		
9h		22,032	15,386	+0,054	15,458	13,759	+0,108				
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	22,026	-0,052	15,947	-0,016	15,925	8,052	Не более	—	
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	17,618	-0,052	16,003	-0,022	—	8,095		—	
	К—И	7h; 8h; 9h	17,645	-0,052	16,030	-0,022	—	8,095		—	
	КНЕ—ПР	7h	22,026	-0,052	15,600	-0,016	15,578	7,705		—	
		8h	22,026	-0,052	15,505	-0,016	15,483	7,610			
		9h	22,032	-0,064	15,383	-0,019	15,357	7,486			
	КНЕ—НЕ	7h	21,671	-0,052	15,656	-0,022	—	7,761		—	
8h		21,576	-0,052	15,561	-0,022	—	7,666				
9h		21,472	-0,064	15,453	-0,026	—	7,556				
КИ—НЕ	7h	21,686	-0,052	15,671	-0,022	—	7,761	—			
	8h	21,591	-0,052	15,576	-0,022	—	7,666				
	9h	21,490	-0,064	15,471	-0,026	—	7,556				

Калибры резьбовые для резьбы S 24×2
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр			
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.		
					Номин.	Пред. откл.					
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	24,043	-0,040	23,093	-0,020	23,053	20,528	Не более	—	
	НЕ	7AZ	23,770	-0,040	23,360	-0,020	23,328	20,528		Не более	—
		8AZ	23,854	-0,052	23,441	-0,026	23,400	20,528			
9AZ		23,949	-0,052	23,536	-0,026	23,495	20,528				
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	24,472	Не менее	—	22,466	+0,034	22,520	20,983	+0,034	
	НЕ	7h	24,020		22,254	+0,034	22,299	21,837	+0,068		
		8h	24,020		22,201	+0,034	22,246	21,784	+0,068		
		9h	24,026		22,123	+0,042	22,180	21,702	+0,084		
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	24,020	-0,040	22,464	-0,013	22,446	20,483	Не более	—	
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	22,920	-0,040	22,509	-0,018	—	20,511		—	
	К—И	7h; 8h; 9h	22,940	-0,040	22,529	-0,018	—	20,511		—	
	КНЕ—ПР	7h	24,020	-0,040	22,252	-0,013	22,234	20,271		Не более	—
		8h	24,020	-0,040	22,199	-0,013	22,181	20,218			
		9h	24,026	-0,052	22,120	-0,016	22,098	20,137			
	КНЕ—НЕ	7h	23,808	-0,040	22,297	-0,018	—	20,316		Не более	—
8h		23,755	-0,040	22,244	-0,018	—	20,263				
9h		23,691	-0,052	22,176	-0,022	—	20,193				
КИ—НЕ	7h	23,819	-0,040	22,308	-0,018	—	20,316	Не более	—		
	8h	23,766	-0,040	22,255	-0,018	—	20,263				
	9h	23,706	-0,052	22,191	-0,022	—	20,193				

Калибры резьбовые для резьбы S 24×3
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	24,061	-0,052	22,398	-0,026	22,346	18,794	Не более	—
	НЕ	7AZ	23,324	-0,052	22,711	-0,026	22,670	18,794		—
		8AZ	23,414	-0,052	22,801	-0,026	22,760	18,794		
9AZ		23,528	-0,064	22,912	-0,032	22,863	18,794			
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	24,706	Не менее	—	21,716	+0,034	21,770	19,483	+0,034
	НЕ	7h	24,020		—	21,466	+0,034	21,511	20,849	+0,068
		8h	24,020		—	21,401	+0,034	21,446	20,784	+0,068
9h		24,026	—	21,308	+0,042	21,365	20,687	+0,084		
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	24,020	-0,040	21,714	-0,013	21,696	18,749	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	22,370	-0,040	21,759	-0,018	—	18,777		—
	К—И	7h; 8h; 9h	22,390	-0,040	21,779	-0,018	—	18,777		—
	КНЕ—ПР	7h	24,020	-0,040	21,464	-0,013	21,446	18,499		—
		8h	24,020	-0,040	21,399	-0,013	21,381	18,434		
		9h	24,026	-0,052	21,305	-0,016	21,283	18,338		
	КНЕ—НЕ	7h	23,770	-0,040	21,509	-0,018	—	18,544		—
		8h	23,705	-0,040	21,444	-0,018	—	18,479		
		9h	23,626	-0,052	21,361	-0,022	—	18,394		
КИ—НЕ	7h	23,781	-0,040	21,520	-0,018	—	18,544	—		
	8h	23,716	-0,040	21,455	-0,018	—	18,479			
	9h	23,641	-0,052	21,376	-0,022	—	18,394			

Калибры резьбовые для резьбы S 24×5
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	24,061	-0,052	20,968	-0,026	20,916	15,322	Не более	-
	НЕ	7AZ	22,359	-0,052	21,346	-0,026	21,305	15,322		-
		8AZ	22,459	-0,052	21,446	-0,026	21,405	15,322		
9AZ		22,598	-0,064	21,582	-0,032	21,533	15,322			
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	25,178	Не менее	-	20,216	+0,034	20,270	16,483	+0,034
	НЕ	7h	24,020		19,916	+0,034	19,961	18,899	+0,068	
		8h	24,026		19,833	+0,042	19,890	18,812	+0,084	
9h		24,026	19,733	+0,042	19,790	18,712	+0,084			
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	24,020	-0,040	20,214	-0,013	20,196	15,277	Не более	-
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	21,270	-0,040	20,259	-0,018	-	15,305		-
	К—И	7h; 8h; 9h	21,290	-0,040	20,279	-0,018	-	15,305		-
	КНЕ—ПР	7h	24,020	-0,040	19,914	-0,013	19,896	14,977		-
		8h	24,026	-0,052	19,830	-0,016	19,808	14,891		
		9h	24,026	-0,052	19,730	-0,016	19,708	14,791		
	КНЕ—НЕ	7h	23,720	-0,040	19,959	-0,018	-	15,022		-
		8h	23,651	-0,052	19,886	-0,022	-	14,947		
9h		23,551	-0,052	19,786	-0,022	-	14,847			
КИ—НЕ	7h	23,731	-0,040	19,970	-0,018	-	15,022	-		
	8h	23,666	-0,052	19,901	-0,022	-	14,947			
	9h	23,566	-0,052	19,801	-0,022	-	14,847			

Калибры резьбовые для резьбы S 24×8
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	24,061	-0,052	18,798	-0,026	18,746	10,116	Не более	-
	НЕ	7AZ	20,889	-0,052	19,276	-0,026	19,235	10,116		-
		8AZ	21,028	-0,064	19,412	-0,032	19,363	10,116		-
9AZ		21,198	-0,064	19,582	-0,032	19,533	10,116	-		
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	25,884	Не менее	-	17,950	+0,042	18,019	11,979	+0,042
	НЕ	7h	24,026		-	17,583	+0,042	17,640	15,962	+0,084
		8h	24,026		-	17,483	+0,042	17,540	15,862	+0,084
		9h	24,032		-	17,346	+0,054	17,418	15,719	+0,108
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	24,026	-0,052	17,947	-0,016	17,925	10,052	Не более	-
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	19,618	-0,052	18,003	-0,022	-	10,095		-
	К—И	7h; 8h; 9h	19,645	-0,052	18,030	-0,022	-	10,095		-
	КНЕ—ПР	7h	24,026	-0,052	17,580	-0,016	17,558	9,685		-
		8h	24,026	-0,052	17,480	-0,016	17,458	9,585		
		9h	24,032	-0,064	17,343	-0,019	17,317	9,446		
	КНЕ—НЕ	7h	23,651	-0,052	17,636	-0,022	-	9,741		-
		8h	23,551	-0,052	17,536	-0,022	-	9,641		
		9h	23,432	-0,064	17,413	-0,026	-	9,516		
КИ—НЕ	7h	23,666	-0,052	17,651	-0,022	-	9,741	-		
	8h	23,566	-0,052	17,551	-0,022	-	9,641			
	9h	23,450	-0,064	17,431	-0,026	-	9,516			

Калибры резьбовые для резьбы S 26×2
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	26,043	-0,040	25,093	-0,020	25,053	22,528	Не более	-
	НЕ	7AZ	25,770	-0,040	25,360	-0,020	25,328	22,528		-
		8AZ 9AZ	25,854 25,949	-0,052 -0,052	25,441 25,536	-0,026 -0,026	25,400 25,495	22,528 22,528		
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	26,472	Не менее	-	24,466	+0,034	24,520	22,983	+0,034
	НЕ	7h	26,020		-	24,254	+0,034	24,299	23,837	+0,068
		8h 9h	26,020 26,026		-	24,201 24,123	+0,034 +0,042	24,246 24,180	23,784 23,702	+0,068 +0,084
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	26,020	-0,040	24,464	-0,013	24,446	22,483	Не более	-
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	24,920	-0,040	24,509	-0,018	-	22,511		-
	К—И	7h; 8h; 9h	24,940	-0,040	24,529	-0,018	-	22,511		-
	КНЕ—ПР	7h	26,020	-0,040	24,252	-0,013	24,234	22,271		-
		8h	26,020	-0,040	24,199	-0,013	24,181	22,218		
		9h	26,026	-0,052	24,120	-0,016	24,098	22,137		
	КНЕ—НЕ	7h	25,808	-0,040	24,297	-0,018	-	22,316		-
		8h	25,755	-0,040	24,244	-0,018	-	22,263		
9h		25,691	-0,052	24,176	-0,022	-	22,193			
КИ—НЕ	7h	25,819	-0,040	24,308	-0,018	-	22,316	-		
	8h	25,766	-0,040	24,255	-0,018	-	22,263			
	9h	25,706	-0,052	24,191	-0,022	-	22,193			

Калибры резьбовые для резьбы S 26×3
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	26,061	-0,052	24,398	-0,026	24,346	20,794	Не более	—
	НЕ	7AZ	25,324	-0,052	24,711	-0,026	24,670	20,794		—
		8AZ	25,414	-0,052	24,801	-0,026	24,760	20,794		
9AZ		25,528	-0,064	24,912	-0,032	24,863	20,794			
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	26,706	Не менее	—	23,716	+0,034	23,770	21,483	+0,034
	НЕ	7h	26,020		23,466	+0,034	23,511	22,849	+0,068	
		8h	26,020		23,401	+0,034	23,446	22,784	+0,068	
9h		26,026	23,308	+0,042	23,365	22,687	+0,084			
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	26,020	-0,040	23,714	-0,013	23,696	20,749	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	24,370	-0,040	23,759	-0,018	—	20,777		—
	К—И	7h; 8h; 9h	24,390	-0,040	23,779	-0,018	—	20,777		—
	КНЕ—ПР	7h	26,020	-0,040	23,464	-0,013	23,446	20,499		—
		8h	26,020	-0,040	23,399	-0,013	23,381	20,434		
		9h	26,026	-0,052	23,305	-0,016	23,283	20,338		
	КНЕ—НЕ	7h	25,770	-0,040	23,509	-0,018	—	20,544		—
		8h	25,705	-0,040	23,444	-0,018	—	20,479		
		9h	25,626	-0,052	23,361	-0,022	—	20,394		
КИ—НЕ	7h	25,781	-0,040	23,520	-0,018	—	20,544	—		
	8h	25,716	-0,040	23,455	-0,018	—	20,479			
	9h	25,641	-0,052	23,376	-0,022	—	20,394			

Калибры резьбовые для резьбы S 26×5
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	26,061	-0,052	22,968	-0,026	22,916	17,322	Не более	-
	НЕ	7AZ	24,359	-0,052	23,346	-0,026	23,305	17,322		-
		8AZ	24,459	-0,052	23,446	-0,026	23,405	17,322		
9AZ		24,598	-0,064	23,582	-0,032	23,533	17,322			
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	27,178	Не менее	-	22,216	+0,034	22,270	18,483	+0,034
	НЕ	7h	26,020		-	21,916	+0,034	21,961	20,899	+0,068
		8h	26,026		-	21,833	+0,042	21,890	20,812	+0,084
9h		26,026	-	21,733	+0,042	21,790	20,712	+0,084		
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	26,020	-0,040	22,214	-0,013	22,196	17,277	Не более	-
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	23,270	-0,040	22,259	-0,018	-	17,305		-
	К—И	7h; 8h; 9h	23,290	-0,040	22,279	-0,018	-	17,305		-
	КНЕ—ПР	7h	26,020	-0,040	21,914	-0,013	21,896	16,977		-
		8h	26,026	-0,052	21,830	-0,016	21,808	16,891		
		9h	26,026	-0,052	21,730	-0,016	21,708	16,791		
	КНЕ—НЕ	7h	25,720	-0,040	21,959	-0,018	-	17,022		-
		8h	25,651	-0,052	21,886	-0,022	-	16,947		
9h		25,551	-0,052	21,786	-0,022	-	16,847			
КИ—НЕ	7h	25,731	-0,040	21,970	-0,018	-	17,022	-		
	8h	25,666	-0,052	21,901	-0,022	-	16,947			
	9h	25,566	-0,052	21,801	-0,022	-	16,847			

Калибры резьбовые для резьбы S 26×8
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	26,061	-0,052	20,798	-0,026	20,746	12,116	Не более	-
	НЕ	7AZ	22,889	-0,052	21,276	-0,026	21,235	12,116		-
		8AZ	23,028	-0,064	21,412	-0,032	21,363	12,116		
9AZ		23,198	-0,064	21,582	-0,032	21,533	12,116			
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	27,884	Не менее	-	19,950	+0,042	20,019	13,979	+0,042
	НЕ	7h	26,026		-	19,583	+0,042	19,640	17,962	+0,084
		8h	26,026		-	19,483	+0,042	19,540	17,862	+0,084
9h		26,032	-	19,346	+0,054	19,418	17,719	+0,108		
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	26,026	-0,052	19,947	-0,016	19,925	12,052	Не более	-
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	21,618	-0,052	20,003	-0,022	-	12,095		-
	К—И	7h; 8h; 9h	21,645	-0,052	20,030	-0,022	-	12,095		-
	КНЕ—ПР	7h	26,026	-0,052	19,580	-0,016	19,558	11,685		-
		8h	26,026	-0,052	19,480	-0,016	19,458	11,585		
		9h	26,032	-0,064	19,343	-0,019	19,317	11,446		
	КНЕ—НЕ	7h	25,651	-0,052	19,636	-0,022	-	11,741		-
8h		25,551	-0,052	19,536	-0,022	-	11,641			
9h		25,432	-0,064	19,413	-0,026	-	11,516			
КИ—НЕ	7h	25,666	-0,052	19,651	-0,022	-	11,741	-		
	8h	25,566	-0,052	19,551	-0,022	-	11,641			
	9h	25,450	-0,064	19,431	-0,026	-	11,516			

Калибры резьбовые для резьбы S 28×2
Размеры в мм

Наимено- вание	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изно- шенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры- пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	28,043	-0,040	27,093	-0,020	27,053	24,528	Не более	—
	НЕ	7AZ	27,770	-0,040	27,360	-0,020	27,328	24,528		—
		8AZ	27,854	-0,052	27,441	-0,026	27,400	24,528		
9AZ		27,949	-0,052	27,536	-0,026	27,495	24,528			
Калибры- кольца	ПР	7h; 8h; 9h	28,472	Не менее	—	26,466	+0,034	26,520	24,983	+0,034
	НЕ	7h	28,020		26,254	+0,034	26,299	25,837	+0,068	
		8h	28,020		26,201	+0,034	26,246	25,784	+0,068	
9h		28,026	26,123	+0,042	26,180	25,702	+0,084			
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	28,020	-0,040	26,464	-0,013	26,446	24,483	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	26,920	-0,040	26,509	-0,018	—	24,511		—
	К—И	7h; 8h; 9h	26,940	-0,040	26,529	-0,018	—	24,511		—
	КНЕ—ПР	7h	28,020	-0,040	26,252	-0,013	26,234	24,271		—
		8h	28,020	-0,040	26,199	-0,013	26,181	24,218		
		9h	28,026	-0,052	26,120	-0,016	26,098	24,137		
	КНЕ—НЕ	7h	27,808	-0,040	26,297	-0,018	—	24,316		—
8h		27,755	-0,040	26,244	-0,018	—	24,263			
9h		27,691	-0,052	26,176	-0,022	—	24,193			
КИ—НЕ	7h	27,819	-0,040	26,308	-0,018	—	24,316	—		
	8h	27,766	-0,040	26,255	-0,018	—	24,263			
	9h	27,706	-0,052	26,191	-0,022	—	24,193			

Калибры резьбовые для резьбы S 28×3
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	28,061	-0,052	26,398	-0,026	26,346	22,794	Не более	—
	НЕ	7AZ	27,324	-0,052	26,711	-0,026	26,670	22,794		—
		8AZ	27,414	-0,052	26,801	-0,026	26,760	22,794		
9AZ		27,528	-0,064	26,912	-0,032	26,863	22,794			
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	28,706	Не менее	—	25,716	+0,034	25,770	23,483	+0,034
	НЕ	7h	28,020		—	25,466	+0,034	25,511	24,849	+0,068
		8h	28,020		—	25,401	+0,034	25,446	24,784	+0,068
9h		28,026	—	25,308	+0,042	25,365	24,687	+0,084		
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	28,020	-0,040	25,714	-0,013	25,696	22,749	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	26,370	-0,040	25,759	-0,018	—	22,777		—
	К—И	7h; 8h; 9h	26,390	-0,040	25,779	-0,018	—	22,777		—
	КНЕ—ПР	7h	28,020	-0,040	25,464	-0,013	25,446	22,499		—
		8h	28,020	-0,040	25,399	-0,013	25,381	22,434		
		9h	28,026	-0,052	25,305	-0,016	25,283	22,338		
	КНЕ—НЕ	7h	27,770	-0,040	25,509	-0,018	—	22,544		—
		8h	27,705	-0,040	25,444	-0,018	—	22,479		
		9h	27,626	-0,052	25,361	-0,022	—	22,394		
	КИ—НЕ	7h	27,781	-0,040	25,520	-0,018	—	22,544		—
8h		27,716	-0,040	25,455	-0,018	—	22,479			
9h		27,641	-0,052	25,376	-0,022	—	22,394			

Калибры резьбовые для резьбы S 28×5
Размеры в мм

Наимено- вание	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изно- шенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры- пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	28,061	-0,052	24,968	-0,026	24,916	19,322	Не более	-
	НЕ	7AZ	26,359	-0,052	25,346	-0,026	25,305	19,322		-
		8AZ	26,459	-0,052	25,446	-0,026	25,405	19,322		
9AZ		26,598	-0,064	25,582	-0,032	25,533	19,322			
Калибры- кольца	ПР	7h; 8h; 9h	29,178	Не менее	-	24,216	+0,034	24,270	20,483	+0,034
	НЕ	7h	28,020		23,916	+0,034	23,961	22,899	+0,068	
		8h	28,026		23,833	+0,042	23,890	22,812	+0,084	
		9h	28,026		23,733	+0,042	23,790	22,712	+0,084	
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	28,020	-0,040	24,214	-0,013	24,196	19,277	Не более	-
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	25,270	-0,040	24,259	-0,018	-	19,305		-
	К—И	7h; 8h; 9h	25,290	-0,040	24,279	-0,018	-	19,305		-
	КНЕ—ПР	7h	28,020	-0,040	23,914	-0,013	23,896	18,977		-
		8h	28,026	-0,052	23,830	-0,016	23,808	18,891		
		9h	28,026	-0,052	23,730	-0,016	23,708	18,791		
	КНЕ—НЕ	7h	27,720	-0,040	23,959	-0,018	-	19,022		-
		8h	27,651	-0,052	23,886	-0,022	-	18,947		
9h		27,551	-0,052	23,786	-0,022	-	18,847			
КИ—НЕ	7h	27,731	-0,040	23,970	-0,018	-	19,022	-		
	8h	27,666	-0,052	23,901	-0,022	-	18,947			
	9h	27,566	-0,052	23,801	-0,022	-	18,847			

Калибры резьбовые для резьбы S 28×8
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	28,061	-0,052	22,798	-0,026	22,746	14,116	Не более	-
	НЕ	7AZ	24,889	-0,052	23,276	-0,026	23,235	14,116		-
		8AZ	25,028	-0,054	23,412	-0,032	23,363	14,116		
9AZ		25,198	-0,054	23,582	-0,032	23,533	14,116			
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	29,884	Не менее	-	21,950	+0,042	22,019	15,979	+0,042
	НЕ	7h	28,026		21,583	+0,042	21,640	19,962	+0,084	
		8h	28,026		21,483	+0,042	21,540	19,862	+0,084	
9h		28,032	21,346	+0,054	21,418	19,719	+0,108			
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	28,026	-0,052	21,947	-0,016	21,925	14,052	Не более	-
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	23,618	-0,052	22,003	-0,022	—	14,095		-
	К—И	7h; 8h; 9h	23,645	-0,052	22,030	-0,022	—	14,095		-
	КНЕ—ПР	7h	28,026	-0,052	21,580	-0,016	21,558	13,685		-
		8h	28,026	-0,052	21,480	-0,016	21,458	13,585		
		9h	28,032	-0,054	21,343	-0,019	21,317	13,446		
	КНЕ—НЕ	7h	27,651	-0,052	21,636	-0,022	—	13,741		-
8h		27,551	-0,052	21,536	-0,022	—	13,641			
9h		27,432	-0,054	21,413	-0,026	—	13,516			
КИ—НЕ	7h	27,666	-0,052	21,651	-0,022	—	13,741	-		
	8h	27,566	-0,052	21,551	-0,022	—	13,641			
	9h	27,450	-0,054	21,431	-0,026	—	13,516			

Калибры резьбовые для резьбы S 30×3
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	30,061	-0,052	28,398	-0,026	28,346	24,794	Не более	-
	НЕ	7AZ	29,324	-0,052	28,711	-0,026	22,670	24,794		-
		8AZ 9AZ	29,414 29,528	-0,052 -0,054	28,801 28,912	-0,026 -0,032	28,760 28,863	24,794 24,794		
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	30,706	Не менее	27,716	+0,034	27,770	25,483	+0,034	
	НЕ	7h	30,020		27,466	+0,034	27,511	26,849	+0,068	
		8h 9h	30,020 30,026		27,401 27,308	+0,034 +0,042	27,446 27,365	23,784 26,687	+0,068 +0,084	
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	30,020	-0,040	27,714	-0,013	27,693	24,749	-	
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	28,370	-0,040	27,759	-0,018	—	24,777	-	
	К—И	7h; 8h; 9h	28,390	-0,040	27,779	-0,018	—	24,777	-	
	КНЕ—ПР	7h	30,020	-0,040	27,464	-0,013	27,446	24,499	Не более	-
		8h	30,020	-0,040	27,399	-0,013	27,381	24,434		
		9h	30,026	-0,052	27,305	-0,016	27,283	24,338		
	КНЕ—НЕ	7h	29,770	-0,040	27,509	-0,018	—	24,544	-	
		8h	29,705	-0,040	27,444	-0,018	—	24,479		
		9h	29,626	-0,052	27,361	-0,022	—	24,394		
КИ—НЕ	7h	29,781	-0,040	27,520	-0,018	—	24,544	-		
	8h	29,716	-0,040	27,455	-0,018	—	24,479			
	9h	29,641	-0,052	27,376	-0,022	—	24,394			

Калибры резьбовые для резьбы S 30×6
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	30,061	-0,052	26,258	-0,026	26,206	19,586	Не более	-
	НЕ	7AZ	27,899	-0,052	26,686	-0,026	26,645	19,586		-
		8AZ	28,018	-0,064	26,802	-0,032	26,753	19,586		
9AZ		28,168	-0,064	26,952	-0,032	26,903	19,586			
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	31,414	Не менее	-	25,450	+0,042	25,519	20,979	+0,042
	НЕ	7h	30,026		-	25,123	+0,042	25,180	23,902	+0,084
		8h	30,026		-	25,033	+0,042	25,090	23,812	+0,084
9h		30,032	-	24,916	+0,054	24,988	23,689	+0,108		
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	30,026	-0,052	25,447	-0,016	25,425	19,522	-	
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	26,718	-0,052	25,503	-0,022	-	19,565	-	
	К—И	7h; 8h; 9h	26,745	-0,052	25,530	-0,022	-	19,565	-	
	КНЕ—ПР	7h	30,026	-0,052	25,120	-0,016	25,098	19,195	Не более	-
		8h	30,026	-0,052	25,030	-0,016	25,008	19,105		
		9h	30,032	-0,064	24,913	-0,019	24,887	18,986		
	КНЕ—НЕ	7h	29,691	-0,052	25,176	-0,022	-	19,251	-	
		8h	29,601	-0,052	25,086	-0,022	-	19,161		
		9h	29,502	-0,064	24,983	-0,026	-	19,056		
КИ—НЕ	7h	29,706	-0,052	25,191	-0,022	-	19,251	-		
	8h	29,616	-0,052	25,101	-0,022	-	19,161			
	9h	29,520	-0,064	25,001	-0,026	-	19,056			

Калибры резьбовые для резьбы S 30×10
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	30,078	-0,034	23,412	-0,032	23,348	12,644	Не более	—
	НЕ	7AZ	25,928	-0,034	23,412	-0,032	23,863	12,644		—
		8AZ	26,068	-0,034	24,052	-0,032	24,003	12,644		
9AZ		26,257	-0,076	24,238	-0,038	24,180	12,644			
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	32,356	Не менее	—	22,450	+0,042	22,519	14,979	+0,042
	НЕ	7h	30,026		22,058	+0,042	22,115	20,037	+0,084	
		8h	30,026		21,958	+0,042	22,015	19,937	+0,084	
9h		30,032	21,816	+0,054	21,888	19,789	+0,108			
Контрольные калибры-пробки	КЛР—ПР	7h; 8h; 9h	30,023	-0,052	22,447	-0,016	22,425	12,580	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	24,518	-0,052	22,503	-0,022	—	12,623		—
	К—И	7h; 8h; 9h	24,545	-0,052	22,530	-0,022	—	12,623		—
	КНЕ—ПР	7h	30,026	-0,052	22,055	-0,016	22,033	12,188		—
		8h	30,026	-0,052	21,955	-0,016	21,933	12,088		
		9h	30,032	-0,034	21,813	-0,019	21,787	11,944		
	КНЕ—НЕ	7h	29,626	-0,052	22,111	-0,022	—	12,244		—
		8h	29,526	-0,052	22,011	-0,022	—	12,144		
9h		29,402	-0,064	21,883	-0,026	—	12,014			
КИ—НЕ	7h	29,641	-0,052	22,126	-0,022	—	12,214	—		
	8h	29,541	-0,052	22,026	-0,022	—	12,144			
	9h	29,420	-0,064	21,901	-0,026	—	12,014			

Калибры резьбовые для резьбы S 32×3
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	32,061	-0,052	30,398	-0,026	30,346	26,794	Не более	—
	НЕ	7AZ	31,324	-0,052	30,711	-0,026	30,670	26,794		—
		8AZ	31,414	-0,052	30,801	-0,026	30,760	26,794		
9AZ		31,528	-0,054	30,912	-0,032	30,863	26,794			
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	32,706	Не менее	—	29,716	+0,034	29,770	27,483	+0,034
	НЕ	7h	32,020		29,466	+0,034	29,511	28,849	+0,068	
		8h	32,020		29,401	+0,034	29,446	28,784	+0,068	
9h		32,026	29,308	+0,042	29,365	28,687	+0,084			
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	32,020	-0,040	29,714	-0,013	29,696	26,749	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	30,370	-0,040	29,759	-0,018	—	26,777		—
	К—И	7h; 8h; 9h	30,390	-0,040	29,779	-0,018	—	26,777		—
	КНЕ—ПР	7h	32,020	-0,040	29,464	-0,013	29,446	26,499		—
		8h	32,020	-0,040	29,399	-0,013	29,381	26,434		
		9h	32,026	-0,052	29,305	-0,016	29,283	26,338		
	КНЕ—НЕ	7h	31,770	-0,040	29,509	-0,018	—	26,544		—
		8h	31,705	-0,040	29,444	-0,018	—	26,479		
9h		31,626	-0,052	29,361	-0,022	—	26,394			
КИ—НЕ	7h	31,781	-0,040	29,520	-0,018	—	26,544	—		
	8h	31,716	-0,040	29,455	-0,018	—	26,479			
	9h	31,641	-0,052	29,376	-0,022	—	26,394			

Калибры резьбовые для резьбы S 32x6
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр			
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.		
					Номин.	Пред. откл.					
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	32,061	-0,052	28,258	-0,026	28,205	21,586	Не более	—	
	НЕ	7AZ	29,899	-0,052	28,686	-0,026	28,645	21,586		Не более	—
		8AZ	30,018	-0,064	28,802	-0,032	28,753	21,586			
9AZ		30,168	-0,064	28,952	-0,032	28,903	21,586				
Калибры-кольца	ПР	7h, 8h; 9h	33,414	Не менее	—	27,450	+0,042	27,519	22,979	+0,042	
	НЕ	7h	32,026		—	27,123	+0,042	27,180	25,902	+0,084	
		8h	32,026		—	27,033	+0,042	27,090	25,812	+0,084	
9h		32,032	—	26,916	+0,054	26,988	25,689	+0,108			
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	32,026	-0,052	27,447	-0,016	27,425	21,522	Не более	—	
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	28,718	-0,052	27,503	-0,022	—	21,565		—	
	К—И	7h; 8h; 9h	28,745	-0,052	27,530	-0,022	—	21,565		—	
	КНЕ—ПР	7h	32,026	-0,052	27,120	-0,016	27,098	21,195		Не более	—
		8h	32,026	-0,052	27,030	-0,016	27,008	21,105			
		9h	32,032	-0,064	26,913	-0,019	26,887	20,986			
	КНЕ—НЕ	7h	31,691	-0,052	27,176	-0,022	—	21,251		Не более	—
		8h	31,601	-0,052	27,086	-0,022	—	21,161			
		9h	31,502	-0,064	26,983	-0,026	—	21,056			
КИ—НЕ	7h	31,706	-0,052	27,191	-0,022	—	21,251	Не более	—		
	8h	31,616	-0,052	27,101	-0,022	—	21,161				
	9h	31,520	-0,064	27,001	-0,026	—	21,056				

Калибры резьбовые для резьбы S 32×10

Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр	
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.
					Номин.	Пред. откл.			
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	32,078	-0,064	25,412	-0,032	25,348	14,644	—
	НЕ	7AZ	27,928	-0,064	25,912	-0,032	25,863	14,644	Не более
		8AZ	28,068	-0,064	26,052	-0,032	25,003	14,644	
9AZ		28,257	-0,076	26,238	-0,038	26,180	14,644		
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	34,36	—	24,450	+0,042	24,519	16,979	+0,042
	НЕ	7h	32,026	Не менее	24,058	+0,012	24,115	22,037	+0,084
		8h	32,026		23,958	+0,042	24,015	21,937	+0,084
9h		32,032	23,816		+0,054	23,888	21,789	+0,108	
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	32,026	-0,052	24,447	-0,016	24,425	14,580	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	26,518	-0,052	24,503	-0,022	—	14,623	—
	К—И	7h; 8h; 9h	26,545	-0,052	24,530	-0,022	—	14,623	—
	КНЕ—ПР	7h	32,026	-0,052	24,055	-0,016	24,033	14,188	Не более
		8h	32,026	-0,052	23,955	-0,016	23,933	14,088	
		9h	32,032	-0,054	23,813	-0,019	23,787	13,944	
	КНЕ—НЕ	7h	31,626	-0,052	24,111	-0,022	—	14,244	Не более
		8h	31,523	-0,052	24,011	-0,022	—	14,144	
		9h	31,402	-0,064	23,883	-0,026	—	14,014	
КИ—НЕ	7h	31,641	-0,052	24,126	-0,022	—	14,244	Не более	
	8h	31,541	-0,052	24,026	-0,022	—	14,144		
	9h	31,420	-0,064	23,901	-0,026	—	14,014		

Калибры резьбовые для резьбы S 34×3

Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	34,061	-0,052	32,398	-0,026	32,346	28,794	Не более	-
	НЕ	7AZ	33,324	-0,052	32,711	-0,026	32,670	28,794		-
		8AZ	33,414	-0,052	32,801	-0,026	32,760	28,794		
9AZ		33,528	-0,064	32,912	-0,032	32,863	28,794			
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	34,705	Не менее	-	31,716	+0,034	31,770	29,483	+0,034
	НЕ	7h	34,020		31,466	+0,034	31,511	30,849	+0,068	
		8h	34,020		31,401	+0,034	31,446	30,784	+0,068	
9h		34,026	31,308	+0,042	31,365	30,687	+0,084			
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	34,020	-0,040	31,714	-0,013	31,696	28,749	Не более	-
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	32,370	-0,040	31,759	-0,018	-	28,777		-
	К—И	7h; 8h; 9h	32,390	-0,040	31,779	-0,018	-	28,777		-
	КНЕ—ПР	7h	34,020	-0,040	31,464	-0,013	31,446	28,499		-
		8h	34,020	-0,040	31,399	-0,013	31,381	28,434		
		9h	34,026	-0,052	31,305	-0,016	31,283	28,338		
	КНЕ—НЕ	7h	33,770	-0,040	31,509	-0,018	-	28,544		-
		8h	33,705	-0,040	31,444	-0,018	-	28,479		
		9h	33,626	-0,052	31,361	-0,022	-	28,394		
КИ—НЕ	7h	33,781	-0,040	31,520	-0,018	-	28,544	-		
	8h	33,716	-0,040	31,455	-0,018	-	28,479			
	9h	33,641	-0,052	31,376	-0,022	-	28,394			

Калибры резьбовые для резьбы S 34×6

Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	34,061	-0,052	30,258	-0,026	30,206	23,586	Не более	—
	НЕ	7AZ	31,899	-0,052	30,686	-0,026	30,645	23,586		—
		8AZ	32,018	-0,064	30,802	-0,032	30,753	23,586		
9AZ		32,168	-0,064	30,952	-0,032	30,903	23,586			
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	35,414	Не менее	—	29,450	+0,042	29,519	24,979	+0,042
	НЕ	7h	34,026		29,123	+0,042	29,180	27,902	+0,084	
		8h	34,026		29,033	+0,042	29,090	27,812	+0,084	
9h		34,032	28,916	+0,054	28,988	27,689	+0,108			
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	34,026	-0,052	29,447	-0,016	29,425	23,522	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	30,718	-0,052	29,503	-0,022	—	23,565		—
	К—И	7h; 8h; 9h	30,745	-0,052	29,530	-0,022	—	23,565		—
	КНЕ—ПР	7h	34,026	-0,052	29,120	-0,016	29,098	23,195		—
		8h	34,026	-0,052	29,030	-0,016	29,008	23,105		
		9h	34,032	-0,064	28,913	-0,019	28,887	22,986		
	КНЕ—НЕ	7h	33,691	-0,052	29,176	-0,022	—	23,251		—
		8h	33,601	-0,052	29,086	-0,022	—	23,161		
		9h	33,502	-0,064	28,983	-0,026	—	23,056		
КИ—НЕ	7h	33,706	-0,052	29,191	-0,022	—	23,251	—		
	8h	33,616	-0,052	29,101	-0,022	—	23,161			
	9h	33,520	-0,064	29,001	-0,026	—	23,056			

Калибры резьбовые для резьбы S 34×10

Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин	Пред. откл.	Новый		- Изношенный	Номин	Пред. откл.	
					Номин	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	34,078	-0,064	27,412	-0,032	27,348	16,644	Не более	—
	НЕ	7AZ	29,928	-0,064	27,912	-0,032	27,863	16,644		—
		8AZ	30,068	-0,064	28,052	-0,032	28,003	16,644		
9AZ		30,257	-0,076	28,238	-0,038	28,180	16,644			
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	36,356	Не менее	—	26,450	+0,042	26,519	18,979	+0,012
	НЕ	7h	34,026		26,058	+0,042	26,115	24,037	+0,084	
		8h	34,026		25,958	+0,042	26,015	23,937	+0,084	
9h		34,032	25,816	+0,054	25,888	23,789	+0,108			
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	34,026	-0,052	26,447	-0,016	26,425	16,580	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	28,518	-0,052	26,503	-0,022	—	16,623		—
	К—И	7h; 8h; 9h	28,545	-0,052	26,530	-0,022	—	16,623		—
	КНЕ—ПР	7h	34,026	-0,052	26,055	-0,016	26,033	16,188		—
		8h	34,026	-0,052	25,955	-0,016	25,933	16,088		
		9h	34,032	-0,064	25,813	-0,019	25,787	15,944		
	КНЕ—НЕ	7h	33,626	-0,052	26,111	-0,022	—	16,244		—
		8h	33,526	-0,052	26,011	-0,022	—	16,144		
		9h	33,402	-0,064	25,883	-0,026	—	16,014		
КИ—НЕ	7h	33,641	-0,052	26,126	-0,022	—	16,244	—		
	8h	33,541	-0,052	26,026	-0,022	—	16,144			
	9h	33,420	-0,064	25,901	-0,026	—	16,014			

Калибры резьбовые для резьбы S 36×3
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	36,061	-0,052	34,398	-0,026	34,346	30,794	Не более	—
	НЕ	7AZ	35,324	-0,052	34,711	-0,026	34,670	30,794		—
		8AZ	35,414	-0,052	34,801	-0,026	34,760	30,794		
9AZ		35,528	-0,064	34,912	-0,032	34,863	30,794			
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	36,706	Не менее	—	33,716	+0,034	33,770	31,483	+0,034
	НЕ	7h	36,020		—	33,466	+0,034	33,511	32,849	+0,068
		8h	36,020		—	33,401	+0,034	33,446	32,784	+0,068
9h		36,026	—	33,308	+0,042	33,365	32,687	+0,084		
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	36,020	-0,040	33,714	-0,013	33,696	30,749	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	34,370	-0,040	33,759	-0,018	—	30,777		—
	К—И	7h; 8h; 9h	34,390	-0,040	33,779	-0,018	—	30,777		—
	КНЕ—ПР	7h	36,020	-0,040	33,464	-0,013	33,446	30,499		—
		8h	36,020	-0,040	33,399	-0,013	33,381	30,434		
		9h	36,026	-0,052	33,305	-0,016	33,283	30,338		
	КНЕ—НЕ	7h	35,770	-0,040	33,509	-0,018	—	30,544		—
		8h	35,705	-0,040	33,444	-0,018	—	30,479		
		9h	35,626	-0,052	33,361	-0,022	—	30,394		
КИ—НЕ	7h	35,781	-0,040	33,520	-0,018	—	30,544	—		
	8h	35,716	-0,040	33,455	-0,018	—	30,479			
	9h	35,641	-0,052	33,376	-0,022	—	30,394			

Калибры резьбовые для резьбы S 36×6

Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	36,061	-0,052	32,258	-0,026	32,206	25,586	Не более	—
	НЕ	7AZ	33,899	-0,052	32,686	-0,026	32,645	25,586		—
		8AZ	34,018	-0,064	32,802	-0,032	32,753	25,586		
9AZ		34,168	-0,064	32,952	-0,032	32,903	25,586			
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	37,414	Не менее	—	31,450	+0,042	31,519	26,979	+0,042
	НЕ	7h	36,026		31,123	+0,042	31,180	29,902	+0,084	
		8h	36,026		31,033	+0,042	31,090	29,812	+0,084	
9h		36,032	30,916	+0,054	30,988	29,689	+0,108			
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	36,026	-0,052	31,447	-0,016	31,425	25,522	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	32,718	-0,052	31,503	-0,022	—	25,565		—
	К—И	7h; 8h; 9h	32,745	-0,052	31,530	-0,022	—	25,565		—
	КНЕ—ПР	7h	36,026	-0,052	31,120	-0,016	31,098	25,195		—
		8h	36,026	-0,052	31,030	-0,016	31,008	25,105		
		9h	36,032	-0,064	30,913	-0,019	30,887	24,986		
	КНЕ—НЕ	7h	35,691	-0,052	31,176	-0,022	—	25,251		—
		8h	35,601	-0,052	31,086	-0,022	—	25,161		
9h		35,502	-0,064	30,983	-0,026	—	25,056			
КИ—НЕ	7h	35,706	-0,052	31,191	-0,022	—	25,251	—		
	8h	35,616	-0,052	31,101	-0,022	—	25,161			
	9h	35,520	-0,064	31,001	-0,026	—	25,056			

Калибры резьбовые для резьбы S 36×10

Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	36,078	-0,064	29,412	-0,032	29,348	18,644	Не более	-
	НЕ	7AZ	31,928	-0,064	29,912	-0,032	29,863	18,644		-
		8AZ	32,068	-0,064	30,052	-0,032	30,003	18,644		
9AZ		32,257	-0,076	30,238	-0,038	30,180	18,644			
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	38,356	Не менее	-	28,450	+0,042	28,519	20,979	+0,042
	НЕ	7h	36,026		-	28,058	+0,042	28,115	26,037	+0,084
		8h	36,026		-	27,958	+0,042	28,015	25,937	+0,084
9h		36,032	-	27,816	+0,054	27,888	25,789	+0,108		
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	36,026	-0,052	28,447	-0,016	28,425	18,580	Не более	-
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	30,518	-0,052	28,503	-0,022	-	18,623		-
	К—И	7h; 8h; 9h	30,545	-0,052	28,530	-0,022	-	18,623		-
	КНЕ—ПР	7h	36,026	-0,052	28,055	-0,016	28,033	18,188		-
		8h	36,026	-0,052	27,955	-0,016	27,933	18,088		
		9h	36,032	-0,064	27,813	-0,019	27,787	17,944		
	КНЕ—НЕ	7h	35,626	-0,052	28,111	-0,022	-	18,244		-
		8h	35,526	-0,052	28,011	-0,022	-	18,144		
		9h	35,402	-0,064	27,883	-0,026	-	18,014		
КИ—НЕ	7h	35,641	-0,052	28,126	-0,022	-	18,244	-		
	8h	35,541	-0,052	28,026	-0,022	-	18,144			
	9h	35,420	-0,064	27,901	-0,026	-	18,014			

Калибры резьбовые для резьбы S 38×3
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	38,051	-0,052	36,398	-0,026	35,346	32,794	Не более	—
	НЕ	7AZ	37,324	-0,052	36,711	-0,026	36,670	32,794		—
		8AZ	37,414	-0,052	36,801	-0,025	36,760	32,794		
9AZ		37,528	-0,054	36,912	-0,032	36,863	32,794			
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	38,706	Не менее	—	35,716	+0,034	35,770	33,483	+0,034
	НЕ	7h	38,020		35,466	+0,034	35,511	34,849	+0,068	
		8h	38,020		35,401	+0,034	35,446	34,784	+0,068	
9h		38,026	35,308	+0,042	35,365	34,687	+0,084			
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	38,020	-0,040	35,714	-0,013	35,696	32,749	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	36,370	-0,040	35,759	-0,018	—	32,777		—
	К—И	7h; 8h; 9h	36,390	-0,040	35,779	-0,018	—	32,777		—
	КНЕ—ПР	7h	38,020	-0,040	35,464	-0,013	35,446	32,499		—
		8h	38,020	-0,040	35,399	-0,013	35,381	32,434		
		9h	38,026	-0,052	35,305	-0,016	35,283	32,338		
	КНЕ—НЕ	7h	37,770	-0,040	35,509	-0,018	—	32,544		—
		8h	37,705	-0,040	35,444	-0,018	—	32,479		
		9h	37,626	-0,052	35,361	-0,022	—	32,394		
	КИ—НЕ	7h	37,781	-0,040	35,520	-0,018	—	32,544		—
8h		37,716	-0,040	35,455	-0,018	—	32,479			
9h		37,641	-0,052	35,376	-0,022	—	32,394			

Калибры резьбовые для резьбы S 38×6
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	38,061	-0,052	34,258	-0,026	34,206	27,586	Не более	—
	НЕ	7AZ	35,899	-0,052	34,686	-0,026	34,645	27,586		—
		8AZ	36,018	-0,064	34,802	-0,032	34,753	27,586		
9AZ		36,168	-0,064	34,952	-0,032	34,903	27,586			
Калибры-шпильки	ПР	7h; 8h; 9h	39,414	Не менее	—	33,450	+0,042	33,519	28,979	+0,042
	НЕ	7h	38,026		33,123	+0,042	33,180	31,902	+0,084	
		8h	38,026		33,033	+0,042	33,090	31,812	+0,084	
9h		38,032	32,916	+0,054	32,988	31,689	+0,108			
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	38,026	-0,052	33,447	-0,016	33,425	27,522	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	34,718	-0,052	33,503	-0,022	—	27,565		—
	К—И	7h; 8h; 9h	34,745	-0,052	33,530	-0,022	—	27,565		—
	КНЕ—ПР	7h	38,026	-0,052	33,120	-0,016	33,098	27,195		—
		8h	38,026	-0,052	33,030	-0,016	33,008	27,105		
		9h	38,032	-0,064	32,913	-0,019	32,887	26,986		
	КНЕ—НЕ	7h	37,691	-0,052	33,176	-0,022	—	27,251		—
		8h	37,601	-0,052	33,086	-0,022	—	27,161		
		9h	37,502	-0,064	32,983	-0,026	—	27,056		
КИ—НЕ	7h	37,706	-0,052	33,191	-0,022	—	27,251	—		
	8h	37,616	-0,052	33,101	-0,022	—	27,161			
	9h	37,520	-0,064	33,001	-0,026	—	27,056			

Калибры резьбовые для резьбы S 38×7

Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	38,061	-0,052	33,548	-0,026	33,496	25,852	Не более	—
	НЕ	7AZ	35,414	-0,052	34,001	-0,026	33,950	25,852		—
		8AZ	35,548	-0,054	34,132	-0,032	34,083	25,852		
9AZ		35,698	-0,054	34,282	-0,032	34,233	25,852			
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	39,648	Не менее	—	32,700	+0,042	32,769	27,479	+0,042
	НЕ	7h	38,026		32,353	+0,042	32,410	30,932	+0,084	
		8h	38,026		32,258	+0,042	32,315	30,837	+0,084	
9h		38,032	32,136	+0,054	32,208	30,709	+0,108			
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	38,026	-0,052	32,697	-0,016	32,675	25,788	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	34,168	-0,052	32,753	-0,022	—	25,831		—
	К—И	7h; 8h; 9h	34,195	-0,052	32,780	-0,022	—	25,831		—
	КНЕ—ПР	7h	38,026	-0,052	32,350	-0,016	32,328	25,441		—
		8h	38,026	-0,052	32,255	-0,016	32,233	25,346		
		9h	38,032	-0,054	32,133	-0,019	32,107	25,222		
	КНЕ—НЕ	7h	37,671	-0,052	32,406	-0,022	—	25,497		—
		8h	37,576	-0,052	32,311	-0,022	—	25,402		
		9h	37,472	-0,064	32,203	-0,026	—	25,292		
	КИ—НЕ	7h	37,685	-0,052	32,421	-0,022	—	25,497		—
8h		37,591	-0,052	32,326	-0,022	—	25,402			
9h		37,490	-0,064	32,221	-0,026	—	25,292			

Калибры резьбовые для резьбы S 38×10

Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изочерченный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	38,078	-0,064	31,412	-0,05	31,412	20,644	Не более	-
	НЕ	7AZ	33,928	-0,064	31,912	-0,032	31,863	20,644		-
		8AZ	34,068	-0,054	32,052	-0,032	32,003	20,644		-
9AZ		34,257	-0,076	32,238	-0,038	32,180	20,644	-		
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	40,356	Не менее	-	30,450	+0,042	30,519	22,979	+0,042
	НЕ	7h	38,026		30,058	+0,042	30,115	28,037	+0,084	
		8h	38,026		29,958	+0,042	30,015	27,937	+0,084	
9h		38,032	29,816	+0,054	29,888	27,789	+0,108			
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	38,026	-0,052	30,447	-0,016	30,425	20,580	Не более	-
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	32,518	-0,052	30,503	-0,022	-	20,623		-
	К—И	7h; 8h; 9h	32,545	-0,052	30,530	-0,022	-	20,623		-
	КНЕ—ПР	7h	38,026	-0,052	30,055	-0,016	30,033	20,188		-
		8h	38,026	-0,052	29,955	-0,016	29,933	20,088		-
		9h	38,032	-0,064	29,813	-0,019	29,787	19,944		-
	КНЕ—НЕ	7h	37,626	-0,052	30,111	-0,022	-	20,244		-
		8h	37,526	-0,052	30,011	-0,022	-	20,144		-
		9h	37,402	-0,064	29,883	-0,026	-	20,014		-
КИ—НЕ	7h	37,641	-0,052	30,126	-0,022	-	20,244	-		
	8h	37,541	-0,052	30,026	-0,022	-	20,144	-		
	9h	37,420	-0,064	29,901	-0,026	-	20,014	-		

Калибры резьбовые для резьбы S 40×3
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	40,051	-0,052	38,398	-0,028	38,346	34,794	Не более	-
	НЕ	7AZ	39,324	-0,052	38,711	-0,026	38,670	34,794		-
		8AZ	39,414	-0,052	38,801	-0,026	38,760	34,794		
9AZ		39,528	-0,054	38,912	-0,032	38,83	34,794			
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	40,706	Не менее	-	37,716	+0,034	37,770	35,483	+0,034
	НЕ	7h	40,020		37,466	+0,034	37,511	36,849	+0,068	
		8h	40,020		37,401	+0,034	37,446	36,784	+0,068	
9h		40,026	37,308	+0,042	37,365	36,687	+0,084			
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	40,020	-0,040	37,714	-0,013	37,696	34,749	Не более	-
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	38,370	-0,010	37,759	-0,018	-	34,777		-
	К—И	7h; 8h; 9h	38,390	-0,040	37,779	-0,018	-	34,777		-
	КНЕ—ПР	7h	40,020	-0,040	37,464	-0,013	37,446	34,499		-
		8h	40,020	-0,040	37,399	-0,013	37,381	34,434		
		9h	40,026	-0,052	37,305	-0,016	37,283	34,338		
	КНЕ—НЕ	7h	39,770	-0,040	37,509	-0,018	-	34,544		-
		8h	39,705	-0,040	37,444	-0,018	-	34,479		
		9h	39,626	-0,052	37,361	-0,022	-	34,394		
КИ—НЕ	7h	39,781	-0,040	37,520	-0,018	-	34,544	-		
	8h	39,716	-0,040	37,455	-0,018	-	34,479			
	9h	39,641	-0,052	37,376	-0,022	-	34,394			

Калибры резьбовые для резьбы S 40X6

Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	40,031	-0,052	36,258	-0,026	36,206	29,586	Не более	—
	НЕ	7AZ	37,899	-0,052	36,686	-0,026	36,645	29,586		—
		8AZ	38,018	-0,064	36,802	-0,032	36,753	29,586		
9AZ		38,168	-0,064	35,952	-0,032	36,903	29,586			
Калибры-шпильки	ПР	7h; 8h; 9h	41,414	Не менее	—	35,450	+0,042	35,519	30,979	+0,042
	НЕ	7h	40,026		35,123	+0,042	35,180	33,902	+0,084	
		8h	40,026		35,033	+0,042	35,090	33,812	+0,084	
		9h	40,032		34,916	+0,054	34,988	33,689	+0,108	
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	40,026	-0,052	35,447	-0,016	35,425	29,522	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	36,718	-0,052	35,503	-0,022	—	29,565		—
	К—И	7h; 8h; 9h	36,745	-0,052	35,530	-0,022	—	29,565		—
	КНЕ—ПР	7h	40,026	-0,052	35,120	-0,016	35,098	29,195		—
		8h	40,026	-0,052	35,030	-0,016	35,008	29,105		
		9h	40,032	-0,064	34,913	-0,019	34,887	28,986		
	КНЕ—НЕ	7h	39,691	-0,052	35,176	-0,022	—	29,254		—
		8h	39,601	-0,052	35,086	-0,022	—	29,161		
		9h	39,502	-0,054	34,983	-0,026	—	29,056		
КИ—НЕ	7h	39,706	-0,052	35,191	-0,022	—	29,251	—		
	8h	39,616	-0,052	35,101	-0,022	—	29,161			
	9h	39,520	-0,064	35,001	-0,026	—	29,056			

Калибры резьбовые для резьбы S 40×7
Размеры в мм

Назначение калибра	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изно- шенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры- пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	40,061	-0,052	35,548	-0,020	35,496	27,852	Не более	—
	НЕ	7AZ	37,414	-0,052	36,001	-0,026	35,960	27,852		—
		8AZ	37,548	-0,064	36,132	-0,032	36,083	27,852		
9AZ		37,698	-0,064	36,282	-0,032	36,233	27,852			
Калибры- кольца	ПР	7h; 8h; 9h	41,648	Не менее	—	34,700	+0,042	34,769	29,479	+0,042
	НЕ	7h	40,026		34,353	+0,042	34,410	32,932	+0,084	
		8h	40,026		34,258	+0,042	34,315	32,837	+0,084	
9h		40,032	34,136	+0,054	34,208	32,709	+0,108			
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	40,026	-0,052	34,697	-0,016	34,675	27,788	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	36,168	-0,052	34,753	-0,022	—	27,831		—
	К—И	7h; 8h; 9h	36,195	-0,052	34,780	-0,022	—	27,831		—
	КНЕ—ПР	7h	40,026	-0,052	34,350	-0,016	34,328	27,441		—
		8h	40,026	-0,052	34,255	-0,016	34,233	27,346		
		9h	40,032	-0,064	34,133	-0,019	34,107	27,222		
	КНЕ—НЕ	7h	39,671	-0,052	34,406	-0,022	—	27,497		—
		8h	39,576	-0,052	34,311	-0,022	—	27,402		
		9h	39,472	-0,064	34,203	-0,026	—	27,292		
КИ—НЕ	7h	39,686	-0,052	34,421	-0,022	—	27,497	—		
	8h	39,591	-0,052	34,326	-0,022	—	27,402			
	9h	39,490	-0,064	34,221	-0,026	—	27,292			

Калибры резьбовые для резьбы S 40×10

Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Износ-шенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	40,078	-0,064	33,412	-0,032	33,348	22,644	Не более	—
	НЕ	7AZ	35,928	-0,064	33,912	-0,032	33,863	22,644		—
		8AZ	36,068	-0,064	34,052	-0,032	34,003	22,644		
9AZ		36,257	-0,076	34,238	-0,038	34,180	22,644			
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	42,356	Не менее	—	32,450	+0,042	32,519	24,979	+0,042
	НЕ	7h	40,026		32,058	+0,042	32,115	30,037	+0,084	
		8h	40,026		31,958	+0,042	32,015	29,937	+0,084	
9h		40,037	31,816	+0,054	31,888	29,789	+0,108			
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	40,026	-0,052	32,447	-0,016	32,425	22,580	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	34,518	-0,052	32,503	-0,022	—	22,623		—
	К—И	7h; 8h; 9h	34,545	-0,052	32,530	-0,022	—	22,623		—
	КНЕ—ПР	7h	40,026	-0,052	32,055	-0,016	32,033	22,188		—
		8h	40,026	-0,052	31,955	-0,016	31,933	22,088		
		9h	40,032	-0,064	31,813	-0,019	31,787	21,944		
	КНЕ—НЕ	7h	39,626	-0,052	32,111	-0,022	—	22,244		—
		8h	39,526	-0,052	32,011	-0,022	—	22,144		
		9h	39,402	-0,064	31,883	-0,026	—	22,014		
КИ—НЕ	7h	39,641	-0,052	32,126	-0,022	—	22,244	—		
	8h	39,541	-0,052	32,026	-0,022	—	22,144			
	9h	39,420	-0,064	31,901	-0,026	—	22,014			

Калибры резьбовые для резьбы S 42×3

Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	42,031	-0,052	40,398	-0,026	40,346	36,794	Не более	—
	НЕ	7AZ	41,324	-0,052	40,711	-0,026	40,670	35,794		—
		8AZ	41,414	-0,052	40,801	-0,026	40,760	36,794		
9AZ		41,528	-0,054	40,912	-0,032	40,863	35,794			
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	42,705	Не менее	—	39,716	+0,034	39,770	37,483	+0,034
	НЕ	7h	42,020		39,466	+0,034	39,511	38,849	+0,068	
		8h	42,020		39,401	+0,034	39,446	38,784	+0,068	
		9h	42,025		39,308	+0,042	39,365	38,687	+0,084	
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	42,020	-0,040	39,714	-0,013	39,696	36,749	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	40,370	-0,040	39,759	-0,018	—	36,777		—
	К—И	7h; 8h; 9h	40,390	-0,040	39,779	-0,018	—	36,777		—
	КНЕ—ПР	7h	42,020	-0,040	39,464	-0,013	39,446	36,499		—
		8h	42,020	-0,040	39,399	-0,013	39,381	36,434		
		9h	42,026	-0,052	39,305	-0,016	39,283	36,338		
	КНЕ—НЕ	7h	41,770	-0,040	39,509	-0,018	—	36,544		—
		8h	41,705	-0,040	39,444	-0,018	—	36,479		
		9h	41,626	-0,052	39,361	-0,022	—	36,394		
	КИ—НЕ	7h	41,781	-0,040	39,520	-0,018	—	36,544		—
8h		41,716	-0,040	39,455	-0,018	—	36,479			
9h		41,641	-0,052	39,376	-0,022	—	36,394			

Калибры резьбовые для резьбы S 42×6

Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	42,061	-0,052	38,258	-0,026	38,206	31,586	Не более	—
	НЕ	7AZ	39,899	-0,052	38,686	-0,026	38,645	31,586		—
		8AZ	40,018	-0,064	38,802	-0,032	38,753	31,586		
9AZ		40,168	-0,064	38,952	-0,032	38,903	31,586			
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	43,414	Не менее	—	37,450	+0,042	37,519	32,979	+0,042
	НЕ	7h	42,026		37,123	+0,042	37,180	35,902	+0,084	
		8h	42,026		37,033	+0,042	37,090	35,812	+0,084	
9h		42,032	36,916	+0,054	36,988	35,689	+0,108			
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7k; 8k; 9k	42,026	-0,052	37,447	-0,016	37,425	31,522	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	38,718	-0,052	37,503	-0,022	—	31,565		—
	К—И	7h; 8h; 9h	38,745	-0,052	37,530	-0,022	—	31,565		—
	КНЕ—ПР	7h	42,026	-0,052	37,120	-0,016	37,098	31,195		—
		8h	42,026	-0,052	37,030	-0,016	37,008	31,105		
		9h	42,032	-0,064	36,913	-0,019	36,887	30,986		
	КНЕ—НЕ	7h	41,691	-0,052	37,176	-0,022	—	31,251		—
		8h	41,601	-0,052	37,086	-0,022	—	31,161		
		9h	41,502	-0,064	36,983	-0,026	—	31,056		
КИ—НЕ	7h	41,706	-0,052	37,191	-0,022	—	31,251	—		
	8h	41,616	-0,052	37,101	-0,022	—	31,161			
	9h	41,520	-0,064	37,001	-0,026	—	31,056			

Калибры резьбовые для резьбы S 42×7

Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	42,051	-0,052	37,548	-0,026	37,496	29,852	Не более	—
	НЕ	7AZ	39,414	-0,052	38,001	-0,026	37,960	29,852		—
		8AZ	39,548	-0,064	38,132	-0,032	38,083	29,852		
9AZ		39,698	-0,064	38,282	-0,032	38,233	29,852			
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	43,648	Не менее	—	36,700	+0,042	36,769	31,479	+0,042
	НЕ	7h	42,026		36,353	+0,042	36,410	34,932	+0,084	
		8h	42,026		36,258	+0,042	36,315	34,837	+0,084	
9h		42,032	36,136	+0,054	36,208	34,709	+0,108			
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	42,026	-0,052	36,697	-0,016	36,675	29,788	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	38,168	-0,052	36,753	-0,022	—	29,831		—
	К—И	7h; 8h; 9h	38,195	-0,052	36,780	-0,022	—	29,831		—
	КНЕ—ПР	7h	42,026	-0,052	36,350	-0,016	36,328	29,441		—
		8h	42,026	-0,052	36,255	-0,016	36,233	29,346		
		9h	42,032	-0,064	36,133	-0,019	36,107	29,222		
	КНЕ—НЕ	7h	41,671	-0,052	36,405	-0,022	—	29,497		—
		8h	41,576	-0,052	36,311	-0,022	—	29,402		
		9h	41,472	-0,064	36,203	-0,026	—	29,292		
КИ—НЕ	7h	41,686	-0,052	36,421	-0,022	—	29,497	—		
	8h	41,591	-0,052	36,326	-0,022	—	29,402			
	9h	41,490	-0,064	36,221	-0,026	—	29,292			

Калибры резьбовые для резьбы S 42×10

Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенные	Номин.	Пред. откл.	
					Номин	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	42,078	-0,064	35,412	-0,032	35,348	24,644	Не более	—
	НЕ	7AZ	37,928	-0,064	35,912	-0,032	35,863	24,644		—
		8AZ	38,068	-0,064	36,052	-0,032	36,003	24,644		
9AZ		38,257	-0,076	36,238	-0,038	36,180	24,644			
Калибры-кольца	ПР	7h, 8h; 9h	44,356	Не менее	—	34,450	+0,012	34,519	26,979	+0,042
	НЕ	7h	42,026		—	34,058	+0,012	34,115	32,037	+0,084
		8h	42,026		—	33,958	+0,012	34,015	31,937	+0,084
9h		42,032	—	33,816	+0,054	33,888	31,789	+0,108		
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	42,026	-0,052	34,447	-0,016	34,425	24,580	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	36,518	-0,052	34,503	-0,022	—	24,623		—
	К—И	7h; 8h; 9h	36,545	-0,052	34,530	-0,022	—	24,623		—
	КНЕ—ПР	7h	42,026	-0,052	34,055	-0,016	34,033	24,188		—
		8h	42,026	-0,052	33,955	-0,016	33,933	24,088		
		9h	42,032	-0,064	33,813	-0,019	33,787	23,944		
	КНЕ—НЕ	7h	41,626	-0,052	34,111	-0,022	—	24,244		—
		8h	41,526	-0,052	34,011	-0,022	—	24,144		
		9h	41,402	-0,064	33,883	-0,026	—	24,014		
КИ—НЕ	7h	41,641	-0,052	34,126	-0,022	—	24,244	—		
	8h	41,541	-0,052	34,026	-0,022	—	24,144			
	9h	41,420	-0,064	33,901	-0,026	—	24,014			

Калибры резьбовые для резьбы S 44×3
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	44,061	-0,052	42,398	-0,026	42,346	38,794	Не более	—
	НЕ	7AZ	43,324	-0,052	42,711	-0,026	42,670	38,794		—
		8AZ	43,414	-0,052	42,801	-0,026	42,760	38,794		
9AZ		43,528	-0,054	42,912	-0,032	42,863	38,794			
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	44,706	Не менее	—	41,716	+0,034	41,770	39,483	+0,034
	НЕ	7h	44,020		41,466	+0,034	41,511	40,849	+0,068	
		8h	44,020		41,401	+0,034	41,446	40,784	+0,068	
9h		44,026	41,308	+0,042	41,365	40,687	+0,084			
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	44,020	-0,040	41,714	-0,013	41,696	38,749	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	42,370	-0,010	41,759	-0,018	—	38,777		—
	К—И	7h; 8h; 9h	42,390	-0,010	41,779	-0,018	—	38,777		—
	КНЕ—ПР	7h	44,020	-0,010	41,464	-0,013	41,446	38,499		—
		8h	44,020	-0,040	41,399	-0,013	41,381	38,434		
		9h	44,026	-0,052	41,305	-0,016	41,283	38,338		
	КНЕ—НЕ	7h	43,770	-0,040	41,509	-0,018	—	38,544		—
		8h	43,705	-0,010	41,444	-0,018	—	38,479		
		9h	43,626	-0,052	41,361	-0,022	—	38,394		
	КИ—НЕ	7h	43,781	-0,010	41,520	-0,018	—	38,544		—
8h		43,716	-0,040	41,455	-0,018	—	38,479			
9h		43,641	-0,052	41,376	-0,022	—	38,394			

Калибры резьбовые для резьбы S 44X7
Размер в мм

Назначение калибра	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изно- шенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры- пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	44,061	-0,052	39,548	-0,026	39,496	31,852	Не более	—
	НЕ	7AZ	41,414	-0,052	40,001	-0,026	39,960	31,852		—
		8AZ	41,548	-0,064	40,132	-0,032	40,083	31,852		
9AZ		41,698	-0,064	40,282	-0,032	40,233	31,852			
Калибры- кольца	ПР	7h; 8h; 9h	45,648	Не менее	—	38,700	+0,042	38,769	33,479	+0,042
	НЕ	7h	44,026		38,353	+0,042	38,410	36,932	+0,084	
		8h	44,026		38,258	+0,042	38,315	36,837	+0,084	
		9h	44,032		38,136	+0,054	38,208	36,709	+0,108	
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	44,026	-0,052	38,697	-0,016	38,675	31,788	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	40,168	-0,052	38,753	-0,022	—	31,831		—
	К—И	7h; 8h; 9h	40,195	-0,052	38,780	-0,022	—	31,831		—
	КНЕ—ПР	7h	44,026	-0,052	38,350	-0,016	38,328	31,441		—
		8h	44,026	-0,052	38,255	-0,016	38,233	31,346		
		9h	44,032	-0,064	38,133	-0,019	38,107	31,222		
	КНЕ—НЕ	7h	43,671	-0,052	38,406	-0,022	—	31,497		—
		8h	43,576	-0,052	38,311	-0,022	—	31,402		
		9h	43,472	-0,064	38,203	-0,026	—	31,292		
	КИ—НЕ	7h	43,686	-0,052	38,421	-0,022	—	31,497		—
8h		43,591	-0,052	38,326	-0,022	—	31,402			
9h		43,490	-0,064	38,221	-0,026	—	31,292			

Калибры резьбовые для резьбы S 44×8

Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	44,031	-0,052	38,798	-0,026	38,746	30,116	Не более	—
	НЕ	7AZ	40,889	-0,052	39,276	-0,026	39,235	30,116		—
		8AZ	41,028	-0,064	39,412	-0,032	39,363	30,116		
9AZ		41,198	-0,064	39,582	-0,032	39,533	30,116			
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	45,884	Не менее	—	37,950	+0,042	38,019	31,979	+0,042
	НЕ	7h	44,026		37,583	+0,042	37,640	35,962	+0,084	
		8h	44,026		37,483	+0,042	37,540	35,862	+0,084	
		9h	44,032		37,346	+0,054	37,418	35,719	+0,108	
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	44,026	-0,052	37,947	-0,016	37,925	30,052	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	39,618	-0,052	38,003	-0,022	—	30,095		—
	К—И	7h; 8h; 9h	39,645	-0,052	38,030	-0,022	—	30,095		—
	КНЕ—ПР	7h	44,026	-0,052	37,580	-0,016	37,558	29,685		—
		8h	44,026	-0,052	37,480	-0,016	37,458	29,585		
		9h	44,032	-0,064	37,343	-0,019	37,317	29,446		
	КНЕ—НЕ	7h	43,651	-0,052	37,636	-0,022	—	29,741		—
		8h	43,551	-0,052	37,536	-0,022	—	29,641		
		9h	43,432	-0,064	37,413	-0,026	—	29,516		
	КИ—НЕ	7h	43,666	-0,052	37,651	-0,022	—	29,741		—
8h		43,566	-0,052	37,551	-0,022	—	29,641			
9h		43,450	-0,064	37,481	-0,026	—	29,516			

Калибры резьбовые для резьбы S 44×12

Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Царужный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	44,078	-0,064	35,962	-0,032	35,898	23,174	Не более	-
	НЕ	7AZ	38,908	-0,064	36,492	-0,032	36,443	23,174		-
		8AZ	39,058	-0,064	36,642	-0,032	36,593	23,174		-
9AZ		39,257	-0,076	36,838	-0,038	36,780	23,174	-		
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	46,826	Не менее	-	34,950	+0,042	35,019	25,979	+0,042
	НЕ	7h	44,026		34,533	+0,042	34,590	32,112	+0,084	
		8h	44,032		34,416	+0,054	34,488	31,989	+0,108	
9h		44,032	34,276	+0,054	34,348	31,849	+0,108			
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	44,026	-0,052	34,947	-0,016	34,925	23,110	Не более	-
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	37,418	-0,052	35,003	-0,022	-	23,153		-
	К—И	7h; 8h; 9h	37,445	-0,052	35,030	-0,022	-	23,153		-
	КНЕ—ПР	7h	44,026	-0,052	34,530	-0,016	34,508	22,693		-
		8h	44,032	-0,064	34,413	-0,019	34,387	22,574		-
		9h	44,032	-0,064	34,273	-0,019	34,247	22,434		-
	КНЕ—НЕ	7h	43,601	-0,052	34,586	-0,022	-	22,749		-
		8h	43,502	-0,064	34,483	-0,026	-	22,644		-
		9h	43,362	-0,064	34,343	-0,026	-	22,504		-
КИ—НЕ	7h	43,616	-0,052	34,601	-0,022	-	22,749	-		
	8h	43,520	-0,064	34,501	-0,026	-	22,644	-		
	9h	43,380	-0,064	34,361	-0,026	-	22,504	-		

Калибры резьбовые для резьбы S 46×3

Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	46,051	-0,052	44,398	-0,026	44,346	40,794	Не более	—
	НЕ	7AZ	45,344	-0,052	44,731	-0,026	44,690	40,794		—
		8AZ	45,439	-0,052	44,823	-0,026	44,785	40,794		
9AZ		45,558	-0,064	44,942	-0,032	44,893	40,794			
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	46,706	Не менее	—	43,716	+0,034	43,770	41,483	+0,034
	НЕ	7h	46,020		43,451	+0,034	43,496	42,834	+0,068	
		8h	46,026		43,373	+0,042	43,430	42,752	+0,084	
9h		46,026	43,283	+0,042	43,340	42,662	+0,084			
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	46,020	-0,040	43,714	-0,013	43,696	40,749	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	44,370	-0,040	43,759	-0,018	—	40,777		—
	К—И	7h; 8h; 9h	44,390	-0,040	43,779	-0,018	—	40,777		—
	КНЕ—ПР	7h	46,020	-0,040	43,449	-0,013	43,431	40,484		—
		8h	46,026	-0,052	43,370	-0,016	43,348	40,403		
		9h	46,026	-0,052	43,280	-0,016	43,258	40,313		
	КНЕ—НЕ	7h	45,755	-0,040	43,494	-0,018	—	40,529		—
		8h	45,691	-0,052	43,426	-0,022	—	40,459		
		9h	45,601	-0,052	43,336	-0,022	—	40,369		
	КИ—НЕ	7h	45,766	-0,040	43,505	-0,018	—	40,529		—
8h		45,706	-0,052	43,441	-0,022	—	40,459			
9h		45,616	-0,052	43,351	-0,022	—	40,369			

Калибры резьбовые для резьбы S 46×8
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	46,078	-0,064	40,812	-0,032	40,748	32,116	Не более	—
	НЕ	7AZ	42,928	-0,064	41,312	-0,032	41,263	32,116		—
		8AZ	43,068	-0,064	41,452	-0,032	41,403	32,116		
9AZ		43,257	-0,076	41,638	-0,038	41,580	32,116			
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	47,884	Не менее	—	39,950	+0,042	40,019	33,979	+0,042
	НЕ	7h	46,026		39,558	+0,042	39,615	37,937	+0,084	
		8h	46,026		39,458	+0,042	39,515	37,837	+0,084	
9h		46,032	39,316	+0,054	39,388	37,689	+0,108			
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	46,026	-0,052	39,947	-0,016	39,925	32,052	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	41,618	-0,052	40,003	-0,022	—	32,095		—
	К—И	7h; 8h; 9h	41,645	-0,052	40,030	-0,022	—	32,095		—
	КНЕ—ПР	7h	46,026	-0,052	39,555	-0,016	39,533	31,660		—
		8h	46,026	-0,052	39,455	-0,016	39,433	31,560		
		9h	46,032	-0,064	39,313	-0,019	39,287	31,416		
	КНЕ—НЕ	7h	45,626	-0,052	39,611	-0,022	—	31,716		—
		8h	45,526	-0,052	39,511	-0,022	—	31,616		
		9h	45,402	-0,064	39,383	-0,026	—	31,486		
КИ—НЕ	7h	45,641	-0,052	39,626	-0,022	—	31,716	—		
	8h	45,541	-0,052	39,526	-0,022	—	31,616			
	9h	45,420	-0,064	39,401	-0,026	—	31,486			

Калибры резьбовые для резьбы S 46×12

Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поло допуск резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	46,078	-0,064	37,962	-0,032	37,898	25,174	Не более	—
	НЕ	7AZ	40,978	-0,064	38,562	-0,032	38,513	25,174		—
		8AZ	41,148	-0,064	38,732	-0,032	38,683	25,174		
9AZ		41,357	-0,076	38,938	-0,038	38,880	25,174			
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	48,826	Не менее	—	36,950	+0,042	37,019	27,979	+0,042
	НЕ	7h	46,026		36,483	+0,042	36,540	34,062	+0,084	
		8h	46,032		36,346	+0,054	36,418	33,919	+0,108	
9h		46,032	36,196	+0,054	36,268	33,769	+0,108			
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	46,026	-0,052	36,947	-0,016	36,925	25,110	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	39,418	-0,052	37,003	-0,022	—	25,153		—
	К—И	7h; 8h; 9h	39,445	-0,052	37,030	-0,022	—	25,153		—
	КНЕ—ПР	7h	46,026	-0,052	36,480	-0,016	36,458	24,643		—
		8h	46,032	-0,064	36,343	-0,019	36,317	24,504		
		9h	46,032	-0,064	36,193	-0,019	36,167	24,354		
	КНЕ—НЕ	7h	45,551	-0,052	36,536	-0,022	—	24,699		—
		8h	45,432	-0,064	36,413	-0,026	—	24,574		
		9h	45,282	-0,054	36,263	-0,026	—	24,424		
КИ—НЕ	7h	45,566	-0,052	36,551	-0,022	—	24,699	—		
	8h	45,450	-0,064	36,431	-0,026	—	24,574			
	9h	45,300	-0,064	36,281	-0,026	—	24,424			

Калибры резьбовые для резьбы S 48×3

Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	48,061	-0,052	46,398	-0,026	46,346	42,794	Не более	—
	НЕ	7AZ	47,344	-0,052	46,731	-0,026	46,690	42,794		—
		8AZ	47,439	-0,052	46,826	-0,026	46,785	42,794		
9AZ		47,558	-0,064	46,942	-0,032	46,893	42,794			
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	48,706	Не менее	—	45,716	+0,034	45,770	43,483	+0,034
	НЕ	7h	48,020		45,451	+0,034	45,496	44,834	+0,058	
		8h	48,026		45,373	+0,042	45,430	44,752	+0,084	
9h		48,026	45,283	+0,042	45,340	44,662	+0,084			
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	48,020	-0,040	45,714	-0,013	45,696	42,749	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	46,370	-0,040	45,759	-0,018	—	42,777		—
	К—И	7h; 8h; 9h	46,390	-0,040	45,779	-0,018	—	42,777		—
	КНЕ—ПР	7h	48,020	-0,040	45,449	-0,013	45,431	42,484		—
		8h	48,026	-0,052	45,370	-0,016	45,348	42,403		
		9h	48,026	-0,052	45,280	-0,016	45,258	42,313		
	КНЕ—НЕ	7h	47,755	-0,040	45,494	-0,018	—	42,529		—
		8h	47,691	-0,052	45,426	-0,022	—	42,459		
		9h	47,601	-0,052	45,336	-0,022	—	42,369		
КИ—НЕ	7h	47,766	-0,040	45,505	-0,018	—	42,529	—		
	8h	47,706	-0,052	45,441	-0,022	—	42,459			
	9h	47,616	-0,052	45,351	-0,022	—	42,369			

Калибры резьбовые для резьбы S 48×8

Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	48,078	-0,064	42,812	-0,032	42,748	34,116	Не более	—
	НЕ	7AZ	44,928	-0,064	43,312	-0,032	43,263	34,116		—
		8AZ	45,068	-0,064	43,452	-0,032	43,403	34,116		
9AZ		45,257	-0,076	43,638	-0,038	43,580	34,116			
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	49,884	Не менее	—	41,950	+0,042	42,019	35,979	+0,042
	НЕ	7h	48,026		—	41,558	+0,042	41,615	39,937	+0,084
		8h	48,026			41,458	+0,042	41,515	39,837	+0,084
9h		48,032	41,316	+0,054		41,388	39,689	+0,108		
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	48,026	-0,052	41,947	-0,016	41,925	34,052	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	43,618	-0,052	42,003	-0,022	—	34,095		—
	К—И	7h; 8h; 9h	43,645	-0,052	42,030	-0,022	—	34,095		—
	КНЕ—ПР	7h	48,026	-0,052	41,555	-0,016	41,533	33,660		—
		8h	48,026	-0,052	41,455	-0,016	41,433	33,560		
		9h	48,032	-0,064	41,313	-0,019	41,287	33,416		
	КНЕ—НЕ	7h	47,626	-0,052	41,611	-0,022	—	33,716		—
		8h	47,526	-0,052	41,511	-0,022	—	33,616		
		9h	47,402	-0,054	41,383	-0,026	—	33,486		
	КИ—НЕ	7h	47,641	-0,052	41,626	-0,022	—	33,716		—
8h		47,541	-0,052	41,526	-0,022	—	33,616			
9h		47,420	-0,064	41,401	-0,026	—	33,486			

Калибры резьбовые для резьбы S 48×12

Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-шробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	48,078	-0,064	39,962	-0,032	39,898	27,174	Не более	-
	НЕ	7AZ	42,978	-0,064	40,562	-0,032	40,513	27,174		-
		8AZ	43,148	-0,064	40,732	-0,032	40,683	27,174		-
9AZ		43,357	-0,076	40,938	-0,038	40,880	27,174	-		
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	50,826	Не менее	-	38,950	+0,042	39,019	29,979	+0,042
	НЕ	7h	48,026		38,483	+0,042	38,540	36,062	+0,084	
		8h	48,032		38,346	+0,054	38,418	35,919	+0,108	
9h		48,032	38,196	+0,054	38,268	35,769	+0,108			
Контрольные калибры-шробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	48,026	-0,052	38,947	-0,016	38,925	27,110	Не более	-
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	41,418	-0,052	39,003	-0,022	-	27,153		-
	К—И	7h; 8h; 9h	41,445	-0,052	39,030	-0,022	-	27,153		-
	КНЕ—ПР	7h	48,026	-0,052	38,480	-0,016	38,458	26,643		-
		8h	48,032	-0,064	38,343	-0,019	38,317	26,504		-
		9h	48,032	-0,064	38,193	-0,019	38,167	26,354		-
	КНЕ—НЕ	7h	47,551	-0,052	38,536	-0,022	-	26,699		-
		8h	47,432	-0,064	38,413	-0,026	-	26,574		-
		9h	47,282	-0,064	38,263	-0,026	-	26,424		-
КИ—НЕ	7h	47,566	-0,052	38,551	-0,022	-	26,699	-		
	8h	47,450	-0,064	38,431	-0,026	-	26,574	-		
	9h	47,300	-0,064	38,281	-0,026	-	26,424	-		

Калибры резьбовые для резьбы S 50×3
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин	Пред откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	50,061	-0,052	48,398	-0,026	48,346	44,794	Не более	—
	НЕ	7AZ	49,344	-0,052	48,731	-0,026	48,690	44,794		—
		8AZ	49,439	-0,052	48,823	-0,026	48,785	44,794		
9AZ		49,558	-0,054	48,942	-0,032	48,893	44,794			
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	50,705	Не менее	—	47,716	+0,034	47,770	45,483	+0,034
	НЕ	7h	50,020		47,451	+0,034	47,496	46,834	+0,038	
		8h	50,026		47,373	+0,042	47,430	46,752	+0,084	
9h		50,026	47,283	+0,042	47,340	46,662	+0,084			
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	50,020	-0,040	47,714	-0,013	47,696	44,749	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	48,370	-0,040	47,759	-0,018	—	44,777		—
	К—И	7h; 8h; 9h	48,390	-0,040	47,779	-0,018	—	44,777		—
	КНЕ—ПР	7h	50,020	-0,040	47,449	-0,013	47,431	44,484		—
		8h	50,026	-0,052	47,370	-0,016	47,348	44,403		
		9h	50,026	-0,052	47,280	-0,016	47,258	44,313		
	КНЕ—НЕ	7h	49,755	-0,040	47,494	-0,018	—	44,529		—
		8h	49,691	-0,052	47,426	-0,022	—	44,459		
		9h	49,601	-0,052	47,336	-0,022	—	44,369		
КИ—НЕ	7h	49,766	-0,040	47,505	-0,018	—	44,529	—		
	8h	49,706	-0,052	47,441	-0,022	—	44,459			
	9h	49,616	-0,052	47,351	-0,022	—	44,369			

Калибры резьбовые для резьбы S 50×8
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	50,078	-0,064	44,812	-0,032	44,748	36,116	Не более	—
	НЕ	7AZ	46,928	-0,064	45,312	-0,032	45,263	36,116		—
		8AZ	47,068	-0,064	45,452	-0,032	45,403	36,116		—
9AZ		47,257	-0,076	45,638	-0,038	45,580	36,116	—		
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	51,884	—	43,950	+0,042	44,019	37,979	Не менее	+0,042
	НЕ	7h	50,026	—	43,558	+0,042	43,615	41,937		+0,084
		8h	50,026	—	43,458	+0,042	43,515	41,837		+0,084
9h		50,032	—	43,316	+0,054	43,388	41,689	+0,108		
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	50,026	-0,052	43,947	-0,016	43,925	36,052	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	45,618	-0,052	44,003	-0,022	—	36,095		—
	К—И	7h; 8h; 9h	45,645	-0,052	44,030	-0,022	—	36,095		—
	КНЕ—ПР	7h	50,026	-0,052	43,555	-0,016	43,533	35,660		—
		8h	50,026	-0,052	43,455	-0,016	43,433	35,560		
		9h	50,032	-0,064	44,313	-0,019	43,287	35,416		
	КНЕ—НЕ	7h	49,626	-0,052	43,611	-0,022	—	35,716		—
		8h	49,526	-0,052	43,511	-0,022	—	35,616		
		9h	49,402	-0,064	43,383	-0,026	—	35,486		
КИ—НЕ	7h	49,641	-0,052	43,626	-0,022	—	35,716	—		
	8h	49,541	-0,052	43,526	-0,022	—	35,616			
	9h	49,420	-0,064	43,401	-0,026	—	35,486			

Калибры резьбовые для резьбы S 50×12
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	50,078	-0,034	41,932	-0,032	41,898	29,174	Не более	—
	НЕ	7AZ	44,978	-0,034	42,532	-0,032	42,513	29,174		—
		8AZ	45,148	-0,034	42,732	-0,032	42,683	29,174		
9AZ		45,357	-0,076	42,938	-0,038	42,880	29,174			
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	52,826	Не менее	—	40,950	+0,012	41,019	31,979	+0,042
	НЕ	7h	50,026		—	40,483	+0,042	40,510	38,062	+0,084
		8h	50,032		—	40,346	+0,054	40,418	37,919	+0,108
9h		50,032	—	40,193	+0,051	40,268	37,769	+0,108		
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	50,026	-0,052	40,947	-0,016	40,925	29,110	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	43,418	-0,052	41,003	-0,022	—	29,153		—
	К—И	7h; 8h; 9h	43,445	-0,052	41,030	-0,022	—	29,153		—
	КНЕ—ПР	7h	50,026	-0,052	40,480	-0,016	40,458	28,643		—
		8h	50,032	-0,064	40,343	-0,019	40,317	28,504		
		9h	50,032	-0,054	40,193	-0,019	40,167	28,354		
	КНЕ—НЕ	7h	49,551	-0,052	40,536	-0,022	—	28,699		—
		8h	49,432	-0,064	40,413	-0,026	—	28,574		
		9h	49,282	-0,054	40,263	-0,026	—	28,424		
	КИ—НЕ	7h	49,566	-0,052	40,551	-0,022	—	28,699		—
8h		49,450	-0,064	40,431	-0,026	—	28,574			
9h		49,300	-0,054	40,281	-0,026	—	28,424			

Калибры резьбовые для резьбы S 52×3
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	52,061	-0,052	50,398	-0,026	50,346	46,794	Не более	—
	НЕ	7AZ	51,344	-0,052	50,731	-0,026	50,690	46,794		—
		8AZ	51,439	-0,052	50,826	-0,026	50,785	46,794		—
9AZ		51,558	-0,064	50,942	-0,032	50,893	46,794	—		
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	52,706	Не менее	—	49,716	+0,034	49,770	47,483	+0,034
	НЕ	7h	52,020		—	49,451	+0,034	49,496	48,834	+0,038
		8h	52,026		—	49,373	+0,042	49,430	48,752	+0,084
		9h	52,026		—	49,283	+0,042	49,340	48,662	+0,084
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	52,020	-0,040	49,714	-0,013	49,696	46,749	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	50,370	-0,040	49,759	-0,018	—	46,777		—
	К—И	7h; 8h; 9h	50,390	-0,040	49,779	-0,018	—	46,777		—
	КНЕ—ПР	7h	52,020	-0,040	49,449	-0,013	49,431	46,484		—
		8h	52,026	-0,052	49,370	-0,016	49,348	46,403		
		9h	52,026	-0,052	49,280	-0,016	49,258	46,313		
	КНЕ—НЕ	7h	51,755	-0,040	49,494	-0,018	—	46,529		—
		8h	51,691	-0,052	49,426	-0,022	—	46,459		
		9h	51,601	-0,052	49,336	-0,022	—	46,369		
	КИ—НЕ	7h	51,766	-0,040	49,505	-0,018	—	46,529		—
8h		51,706	-0,052	49,441	-0,022	—	46,459			
9h		51,616	-0,052	49,351	-0,022	—	46,369			

Калибры резьбовые для резьбы S 52×8
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный*	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	52,078	-0,054	46,812	-0,032	45,748	38,116	Не более	—
	НЕ	7AZ	48,928	-0,054	47,312	-0,032	47,253	38,116		—
		8AZ	49,058	-0,064	47,452	-0,032	47,403	38,116		—
9AZ		49,257	-0,076	47,638	-0,038	47,580	38,116	—		
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	53,884	Не менее	45,950	+0,012	46,019	39,979	+0,042	
	НЕ	7h	52,026		45,558	+0,012	45,615	43,937	+0,084	
		8h	52,026		45,458	+0,012	45,515	43,837	+0,084	
		9h	52,032		45,316	+0,054	45,388	43,689	+0,108	
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h, 8h; 9h	52,026	-0,052	45,947	-0,016	45,925	38,052	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	47,618	-0,052	46,003	-0,022	—	38,095		—
	К—И	7h; 8h; 9h	47,645	-0,052	46,030	-0,022	—	38,095		—
	КНЕ—ПР	7h	52,026	-0,052	45,555	-0,016	45,533	37,660		—
		8h	52,026	-0,052	45,455	-0,016	45,433	37,560		—
		9h	52,032	-0,054	45,313	-0,019	45,287	37,416		—
	КНЕ—НЕ	7h	51,626	-0,052	45,611	-0,022	—	37,716		—
		8h	51,526	-0,052	45,511	-0,022	—	37,616		—
		9h	51,402	-0,064	45,383	-0,026	—	37,486		—
	КИ—НЕ	7h	51,641	-0,052	45,626	-0,022	—	37,716		—
8h		51,541	-0,052	45,526	-0,022	—	37,616	—		
9h		51,420	-0,064	45,401	-0,026	—	37,486	—		

Калибры резьбовые для резьбы S 52×12
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр			
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.		
					Номин.	Пред. откл.					
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	52,078	-0,054	43,962	-0,032	43,898	31,174	Не более	-	
	НЕ	7AZ	46,978	-0,054	44,562	-0,032	44,513	31,174		-	
		8AZ	47,148	-0,064	44,732	-0,032	44,683	31,174		-	
9AZ		47,357	-0,076	44,938	-0,038	44,880	31,174	-			
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	54,826	Не менее	42,950	+0,042	43,019	33,979	+0,042		
	НЕ	7h	52,026		42,483	+0,042	42,540	40,052	+0,084		
		8h	52,032		42,346	+0,054	42,418	39,919	+0,108		
9h		52,032	42,196	+0,054	42,268	39,769	+0,108				
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	52,026	-0,052	42,947	-0,016	42,925	31,110	-		
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	45,418	-0,052	43,003	-0,022	-	31,153	-		
		К—И	7h; 8h; 9h	45,445	-0,052	43,030	-0,022	-	31,153	-	
			КНЕ—ПР	7h	52,026	-0,052	42,480	-0,016	42,458	30,643	Не более
	8h			52,032	-0,054	42,343	-0,019	42,317	30,504	-	
	9h	52,032		-0,064	42,193	-0,019	42,167	30,354	-		
	КНЕ—НЕ	7h	51,551	-0,052	42,536	-0,022	-	30,699	Не более	-	
		8h	51,432	-0,054	42,413	-0,026	-	30,574		-	
		9h	51,282	-0,054	42,263	-0,026	-	30,424		-	
КИ—НЕ	7h	51,566	-0,052	42,551	-0,022	-	30,699	Не более	-		
	8h	51,450	-0,054	42,431	-0,026	-	30,574		-		
	9h	51,300	-0,064	42,281	-0,026	-	30,424		-		

Калибры резьбовые для резьбы S 55×3
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенные	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	55,061	-0,052	53,398	-0,026	53,346	49,794	Не более	—
	НЕ	7AZ	54,344	-0,052	53,731	-0,026	53,690	49,794		—
		8AZ	54,439	-0,052	53,826	-0,026	52,785	49,794		—
9AZ		54,558	-0,064	53,942	-0,032	53,893	49,794	—		
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	55,706	Не менее	—	52,716	+0,034	52,770	50,483	+0,034
	НЕ	7h	55,020		—	52,451	+0,034	52,496	51,834	+0,068
		8h	55,026		—	52,373	+0,042	52,430	51,752	+0,084
9h		55,026	—	52,283	+0,042	52,340	51,662	+0,084		
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	55,020	-0,040	52,714	-0,013	52,696	49,749	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	53,370	-0,040	52,759	-0,018	—	49,777		—
	К—И	7h; 8h; 9h	53,390	-0,040	52,779	-0,018	—	49,777		—
	КНЕ—ПР	7h	55,020	-0,040	52,449	-0,013	52,431	49,484		—
		8h	55,026	-0,052	52,370	-0,016	52,348	49,403		
		9h	55,026	-0,052	52,280	-0,016	52,258	49,313		
	КНЕ—НЕ	7h	54,755	-0,040	52,494	-0,018	—	49,529		—
		8h	54,691	-0,052	52,426	-0,022	—	49,459		
9h		54,601	-0,052	52,336	-0,022	—	49,369			
КИ—НЕ	7h	54,766	-0,040	52,505	-0,018	—	49,529	—		
	8h	54,706	-0,052	52,441	-0,022	—	49,459			
	9h	54,616	-0,052	52,351	-0,022	—	49,369			

Калибры резьбовые для резьбы S 55×8
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	55,078	-0,054	49,812	-0,032	49,748	41,116	Не более	—
	НЕ	7AZ	51,928	-0,054	50,312	-0,032	50,263	41,116		—
		8AZ	52,068	-0,054	50,452	-0,032	50,403	41,116		
9AZ		52,257	-0,076	50,638	-0,038	50,580	41,116			
Калибры-кольца	ПР	7h, 8h; 9h	55,884	Не менее	48,950	+0,042	49,019	42,979	—	+0,042
	НЕ	7h	55,026		48,558	+0,042	48,615	46,937		+0,084
		8h	55,026		48,458	+0,042	48,515	46,837		+0,084
9h		55,032	48,316	+0,054	48,388	46,689	+0,108			
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	55,026	-0,052	48,947	-0,016	48,925	41,052	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	50,618	-0,052	49,003	-0,022	—	41,095		—
	К—И	7h; 8h; 9h	50,645	-0,052	49,030	-0,022	—	41,095		—
	КНЕ—ПР	7h	55,026	-0,052	48,555	-0,016	48,533	40,660		—
		8h	55,026	-0,052	48,455	-0,016	48,433	40,560		
		9h	55,032	-0,054	48,313	-0,019	48,287	40,416		
	КНЕ—НЕ	7h	54,623	-0,052	48,611	-0,022	—	40,716		—
		8h	54,523	-0,052	48,511	-0,022	—	40,616		
		9h	54,402	-0,054	48,383	-0,023	—	40,485		
	КИ—НЕ	7h	54,641	-0,052	48,623	-0,022	—	40,716		—
8h		54,541	-0,052	48,523	-0,022	—	40,616			
9h		54,420	-0,054	48,401	-0,023	—	40,485			

Калибры резьбовые для резьбы S 55×9
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин	Пред откл	Новый		Изношенные	Номин	Пред откл	
					Номин	Пред откл				
Калибры-пробки	ПР	7AZ, 8AZ, 9AZ	55,078	-0,064	49,112	-0,032	49,048	39,380	Не более	—
	НЕ	7AZ	51,458	-0,064	49,642	-0,032	49,593	39,380		—
		8AZ	51,608	-0,064	49,792	-0,032	49,743	39,380		
9AZ		51,807	-0,076	49,988	-0,038	49,930	39,380			
Калибры-кольца	ПР	7h, 8h; 9h	57,120	Не менее	—	48,200	+0,042	48,269	41,479	+0,042
	НЕ	7h	55,026		47,783	+0,042	47,840	45,962	+0,084	
		8h	55,032		47,666	+0,054	47,738	45,839	+0,108	
9h		55,032	47,526	+0,054	47,598	45,699	+0,108			
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h, 8h, 9h	55,026	-0,052	48,197	-0,016	48,175	39,316	Не более	—
	КПР—НЕ	7h, 8h; 9h	50,068	-0,052	48,253	-0,022	—	39,359		—
	К—И	7h, 8h, 9h	50,095	-0,052	48,280	-0,022	—	39,359		—
	КНЕ—ПР	7h	55,026	-0,052	47,780	-0,016	47,758	38,899		—
		8h	55,032	-0,064	47,663	-0,019	47,637	38,780		
		9h	55,032	-0,064	47,523	-0,019	47,497	38,640		
	КНЕ—НЕ	7h	54,601	-0,052	47,836	-0,022	—	38,955		—
		8h	54,502	-0,064	47,733	-0,026	—	38,850		
		9h	54,362	-0,064	47,593	-0,026	—	38,710		
КИ—НЕ	7h	54,616	-0,052	47,851	-0,022	—	38,955	—		
	8h	54,520	-0,064	47,751	-0,026	—	38,850			
	9h	54,380	-0,064	47,611	-0,026	—	38,710			

Калибры резьбовые для резьбы S 55×12
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	55,078	-0,054	46,962	-0,032	46,898	34,174	Не более	—
	НЕ	7AZ	49,978	-0,064	47,562	-0,032	47,513	34,174		—
		8AZ	50,148	-0,054	47,732	-0,032	47,683	34,174		
9AZ		50,357	-0,076	47,938	-0,038	47,880	34,174			
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	57,826	Не менее	—	45,950	+0,042	46,019	36,979	+0,042
	НЕ	7h	55,026		—	45,483	+0,042	45,540	43,052	+0,084
		8h	55,032		—	45,346	+0,054	45,418	42,919	+0,108
9h		55,032	—	45,196	+0,054	45,268	42,769	+0,108		
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	55,026	-0,052	45,947	-0,016	45,925	34,110	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	48,418	-0,052	46,003	-0,022	—	34,153		—
	К—И	7h; 8h; 9h	48,445	-0,052	46,030	-0,022	—	34,153		—
	КНЕ—ПР	7h	55,026	-0,052	45,480	-0,016	45,458	33,643		—
		8h	55,032	-0,054	45,343	-0,019	45,317	33,504		
		9h	55,032	-0,054	45,193	-0,019	45,167	33,354		
	КНЕ—НЕ	7h	54,551	-0,052	45,536	-0,022	—	33,699		—
8h		54,432	-0,054	45,413	-0,023	—	33,574			
9h		54,282	-0,054	45,253	-0,026	—	33,424			
КИ—НЕ	7h	54,566	-0,052	45,551	-0,022	—	33,699	—		
	8h	54,450	-0,064	45,431	-0,026	—	33,574			
	9h	54,300	-0,054	45,281	-0,026	—	33,424			

Калибры резьбовые для резьбы S 55×14
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин	Пред откл	Новый		Изношенные	Номин	Пред откл	
					Номин	Пред откл				
Калибры-пробки	ПР	7AZ, 8AZ, 9AZ	55,078	-0,064	45,512	-0,032	45,448	30,702	Не более	—
	НЕ	7AZ	48,968	-0,054	46,152	-0,032	46,103	30,702		—
		8AZ	49,157	-0,076	46,338	-0,038	46,280	30,702		—
9AZ		49,367	-0,076	46,548	-0,038	46,490	30,702	—		
Калибры-кольца	ПР	7h, 8h, 9h	58,298	Не менее	—	44,450	+0,012	44,519	33,979	+0,042
	НЕ	7h	55,026		43,958	+0,012	44,015	41,137	+0,084	
		8h	55,032		43,816	+0,054	43,888	40,989	+0,108	
		9h	55,032		43,646	+0,054	43,718	40,819	+0,108	
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h, 8h, 9h	55,026	-0,052	44,447	-0,016	44,425	30,638	Не более	—
	КПР—НЕ	7h, 8h, 9h	47,318	-0,052	44,503	-0,022	—	30,681		—
	К—И	7h, 8h, 9h	47,345	-0,052	44,530	-0,022	—	30,681		—
	КНЕ—ПР	7h	55,026	-0,052	43,955	-0,016	43,933	30,146		—
		8h	55,032	-0,064	43,813	-0,019	43,787	30,002		—
		9h	55,032	-0,064	43,643	-0,019	43,617	29,832		—
	КНЕ—НЕ	7h	54,526	-0,052	44,011	-0,022	—	30,202		—
		8h	54,402	-0,064	43,883	-0,026	—	30,072		—
		9h	54,232	-0,064	43,713	-0,026	—	29,902		—
	КИ—НЕ	7h	54,541	-0,052	44,026	-0,022	—	30,202		—
8h		54,420	-0,064	43,901	-0,026	—	30,072	—		
9h		54,250	-0,064	43,731	-0,026	—	29,902	—		

Калибры резьбовые для резьбы S 60×3
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	60,061	-0,052	58,398	-0,026	58,346	54,794	Не более	—
	НЕ	7AZ	59,344	-0,052	58,731	-0,026	58,690	54,794		—
		8AZ	59,439	-0,052	58,826	-0,026	58,785	54,794		
9AZ		59,558	-0,064	58,942	-0,032	58,893	54,794			
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	60,705	Не менее	—	57,716	+0,034	57,770	55,483	+0,034
	НЕ	7h	60,020		57,451	+0,034	57,496	56,834	+0,038	
		8h	60,026		57,373	+0,042	57,430	56,752	+0,084	
		9h	60,026		57,283	+0,042	57,340	56,662	+0,084	
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	60,020	-0,040	57,714	-0,013	57,696	54,749	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	58,370	-0,040	57,759	-0,018	—	54,777		—
	К—И	7h; 8h; 9h	58,390	-0,040	57,779	-0,018	—	54,777		—
	КНЕ—ПР	7h	60,020	-0,040	57,449	-0,013	57,431	54,484		—
		8h	60,026	-0,052	57,370	-0,016	57,348	54,403		
		9h	60,026	-0,052	57,280	-0,016	57,258	54,313		
	КНЕ—НЕ	7h	59,755	-0,040	57,494	-0,018	—	54,529		—
		8h	59,691	-0,052	57,426	-0,022	—	54,459		
		9h	59,601	-0,052	57,336	-0,022	—	54,369		
	КИ—Е	7h	59,766	-0,040	57,505	-0,018	—	54,529		—
8h		59,706	-0,052	57,441	-0,022	—	54,459			
9h		59,616	-0,052	57,351	-0,022	—	54,369			

Калибры резьбовые для резьбы S 60×8
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	60,078	-0,064	54,812	-0,032	54,748	46,116	Не более	—
	НЕ	7AZ	56,928	-0,064	55,312	-0,032	55,263	46,116		—
		8AZ	57,068	-0,064	55,452	-0,032	55,403	46,116		—
9AZ		57,257	-0,076	55,638	-0,038	55,580	46,116	—		
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	61,884	Не менее	53,950	+0,042	54,019	47,979	+0,042	
	НЕ	7h	60,026		53,558	+0,042	53,615	51,937	+0,084	
		8h	60,026		53,458	+0,042	53,515	51,837	+0,084	
9h		60,032	53,316	+0,054	53,388	51,689	+0,108			
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	60,026	-0,052	53,947	-0,016	53,925	46,052	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	55,618	-0,052	54,003	-0,022	—	46,095		—
	К—И	7h; 8h; 9h	55,645	-0,052	54,030	-0,022	—	46,095		—
	КНЕ—ПР	7h	60,026	-0,052	53,555	-0,016	53,533	45,660		—
		8h	60,026	-0,052	53,455	-0,016	53,433	45,560		—
		9h	60,032	-0,064	53,313	-0,019	53,287	45,416		—
	КНЕ—НЕ	7h	59,626	-0,052	53,611	-0,022	—	45,716		—
		8h	59,526	-0,052	53,511	-0,022	—	45,616		—
		9h	59,402	-0,064	53,383	-0,026	—	45,486		—
	КИ—НЕ	7h	59,641	-0,052	53,626	-0,022	—	45,716		—
8h		59,541	-0,052	53,526	-0,022	—	45,616	—		
9h		59,420	-0,064	53,401	-0,026	—	45,486	—		

Калибры резьбовые для резьбы S 60×9
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номинал.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номинал.	Пред. откл.	
					Номинал.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	60,078	-0,054	54,112	-0,032	54,048	44,380	Не более	—
	НЕ	7AZ	56,458	-0,054	54,642	-0,032	54,593	44,380		—
		8AZ	56,608	-0,054	54,792	-0,032	54,743	44,380		
9AZ		56,807	-0,076	54,988	-0,038	54,930	44,380			
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	62,120	Не менее	—	53,200	+0,042	53,269	46,479	+0,042
	НЕ	7h	60,026		52,783	+0,042	52,840	50,962	+0,084	
		8h	60,032		52,663	+0,054	52,738	50,839	+0,108	
9h		60,032	52,526	+0,054	52,598	50,699	+0,108			
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	60,026	-0,052	53,197	-0,016	53,175	44,316	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	55,068	-0,052	53,253	-0,022	—	44,359		—
	К—И	7h; 8h; 9h	55,095	-0,052	53,280	-0,022	—	44,359		—
	КНЕ—ПР	7h	60,026	-0,052	52,780	-0,016	52,758	43,899		—
		8h	60,032	-0,054	52,663	-0,019	52,637	43,780		
		9h	60,032	-0,054	52,523	-0,019	52,497	43,640		
	КНЕ—НЕ	7h	59,601	-0,052	52,836	-0,022	—	43,955		—
		8h	59,502	-0,064	52,733	-0,026	—	43,850		
		9h	59,362	-0,064	52,593	-0,026	—	43,710		
КИ—НЕ	7h	59,616	-0,052	52,851	-0,022	—	43,955	—		
	8h	59,520	-0,064	52,751	-0,026	—	43,850			
	9h	59,380	-0,064	52,611	-0,026	—	43,710			

Калибры резьбовые для резьбы S 60×12
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	60,078	-0,064	51,962	-0,032	51,898	39,174	Не более	—
	НЕ	7AZ	54,978	-0,034	52,562	-0,032	52,513	39,174		—
		8AZ	55,148	-0,064	52,732	-0,032	52,683	39,174		—
9AZ		55,357	-0,076	52,938	-0,038	52,880	39,174	—		
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	62,826	Не менее	50,950	+0,042	51,019	41,979	+0,042	
	НЕ	7h	60,026		50,483	+0,042	50,540	48,032	+0,084	
		8h	60,032		50,346	+0,054	50,418	47,919	+0,108	
		9h	60,032		50,193	+0,054	50,268	47,769	+0,108	
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	60,026	-0,052	50,947	-0,016	50,925	39,110	—	
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	53,418	-0,052	51,003	-0,022	—	39,153	—	
	К—И	7h; 8h; 9h	53,445	-0,052	51,030	-0,022	—	39,153	—	
	КНЕ—ПР	7h	60,026	-0,052	50,480	-0,016	50,458	38,643	Не более	—
		8h	60,032	-0,064	50,343	-0,019	50,317	38,504		—
		9h	60,032	-0,064	50,193	-0,019	50,167	38,354		—
	КНЕ—НЕ	7h	59,551	-0,052	50,533	-0,022	—	38,699	Не более	—
		8h	59,432	-0,064	50,413	-0,026	—	38,574		—
		9h	59,282	-0,064	50,263	-0,026	—	38,424		—
	КИ—НЕ	7h	59,566	-0,052	50,551	-0,022	—	38,699	Не более	—
8h		59,450	-0,064	50,431	-0,026	—	38,574	—		
9h		59,300	-0,064	50,281	-0,026	—	38,424	—		

Калибры резьбовые для резьбы S 60×14
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	60,078	-0,054	50,512	-0,032	50,448	35,702	Не более	—
	НЕ	7AZ	53,968	-0,054	51,152	-0,032	51,103	35,702		—
		8AZ	54,157	-0,076	51,338	-0,038	51,280	35,702		—
9AZ		54,367	-0,076	51,548	-0,038	51,490	35,702	—		
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	63,298	Не менее	49,450	+0,042	49,519	38,979	+0,042	
	НЕ	7h	60,026		48,958	+0,042	49,015	46,137	+0,084	
		8h	60,032		48,816	+0,054	48,888	45,989	+0,108	
		9h	60,032		48,646	+0,054	48,718	45,819	+0,108	
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	60,025	-0,052	49,447	-0,016	49,425	35,638	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	52,318	-0,052	49,503	-0,022	—	35,681		—
	К—И	7h; 8h; 9h	52,345	-0,052	49,530	-0,022	—	35,681		—
	КНЕ—ПР	7h	60,026	-0,052	48,955	-0,016	48,933	35,146		—
		8h	60,032	-0,054	48,813	-0,019	48,787	35,002		
		9h	60,032	-0,064	48,643	-0,019	48,617	34,832		
	КНЕ—НЕ	7h	59,525	-0,052	49,011	-0,022	—	35,202		—
		8h	59,402	-0,064	48,883	-0,026	—	35,072		
		9h	59,232	-0,064	48,713	-0,026	—	34,902		
	КИ—НЕ	7h	59,541	-0,052	49,026	-0,022	—	35,202		—
8h		59,420	-0,064	48,901	-0,026	—	35,072			
9h		59,250	-0,064	48,731	-0,026	—	34,902			

Калибры резьбовые для резьбы S 65×4
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поло допуск резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	65,051	-0,052	62,678	-0,026	62,626	58,058	Не более	—
	НЕ	7AZ	63,859	-0,052	63,056	-0,026	63,015	58,058		—
		8AZ	63,959	-0,052	63,156	-0,026	63,115	58,058		
9AZ		64,108	-0,064	63,292	-0,032	63,243	58,058			
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	65,942	Не менее	61,966	+0,034	62,020	58,983	—	+0,034
	НЕ	7h	65,020		61,666	+0,034	61,711	60,849		+0,068
		8h	65,026		61,583	+0,042	61,640	60,762		+0,084
9h		65,026	61,483	+0,042	61,540	60,662	+0,084			
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	65,020	-0,040	61,964	-0,013	61,946	58,013	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	62,820	-0,040	62,009	-0,018	—	58,041		—
	К—И	7h; 8h; 9h	62,840	-0,040	62,029	-0,018	—	58,041		—
	КНЕ—ПР	7h	65,020	-0,040	61,664	-0,013	61,646	57,713		—
		8h	65,026	-0,052	61,580	-0,016	61,558	57,627		
		9h	65,026	-0,052	61,480	-0,016	61,458	57,527		
	КНЕ—НЕ	7h	64,720	-0,040	61,709	-0,018	—	57,758		—
		8h	64,651	-0,052	61,636	-0,022	—	57,683		
		9h	64,551	-0,052	61,536	-0,022	—	57,583		
КИ—НЕ	7h	64,731	-0,040	61,720	-0,018	—	57,758	—		
	8h	64,666	-0,052	61,651	-0,022	—	57,683			
	9h	64,566	-0,052	61,551	-0,022	—	57,583			

Калибры резьбовые для резьбы S 65×10
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	65,078	-0,054	58,412	-0,032	58,348	47,614	Не более	—
	НЕ	7AZ	60,958	-0,054	58,942	-0,032	58,893	47,644		—
		8AZ	61,108	-0,054	59,092	-0,032	59,043	47,644		—
9AZ		61,307	-0,076	59,288	-0,038	59,230	47,644	—		
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	67,356	Не менее	—	57,450	+0,042	57,519	49,979	+0,042
	НЕ	7h	65,026		—	57,033	+0,042	57,090	55,012	+0,084
		8h	65,032		—	56,916	+0,054	56,988	54,889	+0,108
		9h	65,032		—	56,776	+0,054	56,818	54,749	+0,108
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	65,026	-0,052	57,447	-0,016	57,425	47,580	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	59,518	-0,052	57,503	-0,022	—	47,623		—
	К—И	7h; 8h; 9h	59,545	-0,052	57,530	-0,022	—	47,623		—
	КНЕ—ПР	7h	65,026	-0,052	57,030	-0,016	57,008	47,163		—
		8h	65,032	-0,054	56,913	-0,019	56,887	47,044		
		9h	65,032	-0,064	56,773	-0,019	56,747	46,904		
	КНЕ—НЕ	7h	64,601	-0,052	57,086	-0,022	—	47,219		—
		8h	64,502	-0,054	56,983	-0,026	—	47,114		
		9h	64,362	-0,054	56,843	-0,026	—	46,974		
	КИ—НЕ	7h	64,616	-0,052	57,101	-0,022	—	47,219		—
8h		64,520	-0,054	57,001	-0,026	—	47,114			
9h		64,380	-0,064	56,851	-0,026	—	46,974			

Калибры резьбовые для резьбы S 65×16
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	65,078	-0,034	54,092	-0,032	54,028	37,232	Не более	—
	НЕ	7AZ	57,988	-0,064	51,772	-0,032	54,723	37,232		—
		8AZ	58,187	-0,076	54,968	-0,038	54,910	37,232		
9AZ		58,407	-0,076	55,188	-0,038	55,130	37,232			
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	68,768	Не менее	—	52,933	+0,054	53,020	40,973	+0,054
	НЕ	7h	65,032		—	52,416	+0,054	52,488	49,189	+0,108
		8h	65,032		—	52,276	+0,054	52,348	49,049	+0,108
9h		65,038	—	52,084	+0,066	52,171	48,851	+0,132		
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	65,032	-0,064	52,930	-0,019	52,904	37,149	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	56,219	-0,054	53,000	-0,026	—	37,205		—
	К—И	7h; 8h; 9h	56,252	-0,034	53,033	-0,026	—	37,205		—
	КНЕ—ПР	7h	65,032	-0,064	52,413	-0,019	52,387	36,632		—
		8h	65,032	-0,064	52,273	-0,019	52,247	36,492		
		9h	65,038	-0,076	52,081	-0,022	52,051	36,298		
	КНЕ—НЕ	7h	64,502	-0,064	52,483	-0,026	—	36,702		—
		8h	64,362	-0,064	52,343	-0,026	—	36,562		
		9h	64,188	-0,076	52,165	-0,030	—	36,382		
КИ—НЕ	7h	64,520	-0,064	52,501	-0,026	—	36,702	—		
	8h	64,380	-0,064	52,361	-0,026	—	36,562			
	9h	64,209	-0,076	52,186	-0,030	—	36,382			

Калибры резьбовые для резьбы $S\ 70 \times 4$
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	70,061	-0,052	67,678	-0,026	67,626	63,058	Не более	—
	НЕ	7AZ	68,869	-0,052	68,056	-0,026	68,015	63,058		—
		8AZ	68,969	-0,052	68,156	-0,026	68,115	63,058		
9AZ		69,108	-0,054	68,292	-0,032	68,243	63,058			
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	70,942	Не менее	—	66,966	+0,034	67,020	63,983	+0,034
	НЕ	7h	70,020		66,666	+0,034	66,711	65,819	+0,058	
		8h	70,026		66,583	+0,042	66,640	65,762	+0,084	
9h		70,026	66,483	+0,042	66,540	65,662	+0,084			
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	70,020	-0,040	66,964	-0,013	66,946	63,013	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	67,820	-0,040	67,009	-0,018	—	63,041		—
		7h; 8h; 9h	67,840	-0,040	67,029	-0,018	—	63,041		—
		К—И	7h; 8h; 9h	67,840	-0,040	67,029	-0,018	—		63,041
	КНЕ—ПР	7h	70,020	-0,040	66,664	-0,013	66,646	62,713		—
		8h	70,026	-0,052	66,580	-0,016	66,558	62,627		
		9h	70,026	-0,052	66,480	-0,016	66,458	62,527		
	КНЕ—НЕ	7h	69,720	-0,040	66,709	-0,018	—	62,758		—
		8h	69,651	-0,052	66,636	-0,022	—	62,683		
		9h	69,551	-0,052	66,536	-0,022	—	62,583		
КИ—НЕ	7h	69,731	-0,040	66,720	-0,018	—	62,758	—		
	8h	69,666	-0,052	66,651	-0,022	—	62,683			
	9h	69,566	-0,052	66,551	-0,022	—	62,583			

Калибры резьбовые для резьбы S 70×10
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин	Пред. откл.	
					Номин	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	70,078	-0,034	63,412	-0,032	63,348	52,644	Не более	—
	НЕ	7AZ	65,958	-0,064	63,942	-0,032	63,893	52,644		—
		8AZ	66,108	-0,064	64,092	-0,032	64,043	52,644		—
9AZ		66,307	-0,076	64,288	-0,038	64,230	52,644	—		
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	72,356	Не менее	—	62,450	+0,042	62,519	54,979	+0,042
	НЕ	7h	70,026		62,033	+0,042	62,090	60,012	+0,084	
		8h	70,032		61,916	+0,054	61,988	59,889	+0,108	
		9h	70,032		61,776	+0,054	61,848	59,749	+0,108	
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	70,026	-0,052	62,447	-0,016	62,425	52,580	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	64,518	-0,052	62,503	-0,022	—	52,623		—
	К—И	7h; 8h; 9h	64,545	-0,052	62,530	-0,022	—	52,623		—
	КНЕ—ПР	7h	70,026	-0,052	62,030	-0,016	62,008	52,163		—
		8h	70,032	-0,064	61,913	-0,019	61,887	52,044		—
		9h	70,032	-0,064	61,773	-0,019	61,747	51,904		—
	КНЕ—НЕ	7h	69,601	-0,052	62,086	-0,022	—	52,219		—
		8h	69,502	-0,064	61,983	-0,026	—	52,114		—
9h		69,362	-0,064	61,843	-0,026	—	51,974	—		
КИ—НЕ	7h	69,616	-0,052	62,101	-0,022	—	52,219	—		
	8h	69,520	-0,064	62,001	-0,026	—	52,114	—		
	9h	69,380	-0,064	61,861	-0,026	—	51,974	—		

Калибры резьбовые для резьбы S 70×16
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	70,078	-0,064	59,092	-0,032	59,028	42,232	Не более	—
	НЕ	7AZ	62,988	-0,054	59,772	-0,032	59,723	42,232		—
		8AZ	63,187	-0,076	59,968	-0,038	59,910	42,232		
9AZ		63,407	-0,076	60,188	-0,038	60,130	42,232			
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	73,768	Не менее	—	57,933	+0,054	58,020	45,973	+0,054
	НЕ	7h	70,032		57,416	+0,054	57,488	54,189	+0,108	
		8h	70,032		57,276	+0,054	57,348	54,049	+0,108	
9h		70,038	57,084	+0,066	57,171	53,851	+0,132			
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	70,032	-0,064	57,930	-0,019	57,904	42,149	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	61,219	-0,064	58,000	-0,026	—	42,205		—
	К—И	7h; 8h; 9h	61,252	-0,064	58,033	-0,026	—	42,205		—
	КНЕ—ПР	7h	70,032	-0,064	57,413	-0,019	57,387	41,632		—
		8h	70,032	-0,064	57,273	-0,019	57,247	41,492		
		9h	70,038	-0,076	57,081	-0,022	57,051	41,298		
	КНЕ—НЕ	7h	69,502	-0,064	57,483	-0,026	—	41,702		—
		8h	69,362	-0,064	57,343	-0,026	—	41,562		
		9h	69,188	-0,076	57,165	-0,030	—	41,382		
КИ—НЕ	7h	69,520	-0,064	57,501	-0,026	—	41,702	—		
	8h	69,380	-0,064	57,361	-0,026	—	41,562			
	9h	69,209	-0,076	57,186	-0,030	—	41,382			

Калибры резьбовые для резьбы S 75×4
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	75,061	-0,052	72,678	-0,026	72,626	68,058	Не более	-
	НЕ	7AZ	73,869	-0,052	73,056	-0,026	73,015	68,058		-
		8AZ	73,969	-0,052	73,156	-0,026	73,115	68,058		-
9AZ		74,108	-0,034	73,292	-0,032	73,243	68,058	-		
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	75,942	Не менее	-	71,966	+0,034	72,020	68,983	+0,034
	НЕ	7h	75,020		-	71,666	+0,034	71,711	70,849	+0,068
		8h	75,026		-	71,583	+0,042	71,640	70,762	+0,084
9h		75,026	-	71,483	+0,042	71,540	70,662	+0,084		
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	75,020	-0,040	71,964	-0,013	71,946	68,013	Не более	-
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	72,820	-0,040	72,009	-0,018	-	68,041		-
	К—И	7h; 8h; 9h	72,840	-0,040	72,029	-0,018	-	68,041		-
	КНЕ—ПР	7h	75,020	-0,040	71,664	-0,013	71,646	67,713		-
		8h	75,026	-0,052	71,580	-0,016	71,558	67,627		-
		9h	75,026	-0,052	71,480	-0,016	71,458	67,527		-
	КНЕ—НЕ	7h	74,720	-0,040	71,709	-0,018	-	67,758		-
		8h	74,651	-0,052	71,636	-0,022	-	67,683		-
9h		74,551	-0,052	71,536	-0,022	-	67,583	-		
КИ—НЕ	7h	74,731	-0,040	71,720	-0,018	-	67,758	-		
	8h	74,666	-0,052	71,651	-0,022	-	67,683	-		
	9h	74,566	-0,052	71,551	-0,022	-	67,583	-		

Калибры резьбовые для резьбы S 75×10
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	75,078	-0,034	68,412	-0,032	68,348	57,644	Не более	—
	НЕ	7AZ	70,958	-0,034	68,942	-0,032	68,893	57,644		—
		8AZ	71,108	-0,034	69,092	-0,032	69,043	57,644		
9AZ		71,307	-0,076	69,288	-0,038	69,230	57,644			
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	77,356	Не менее	67,450	+0,042	67,519	59,979	+0,042	
	НЕ	7h	75,026		67,033	+0,042	67,090	65,012	+0,084	
		8h	75,032		66,916	+0,054	66,988	64,889	+0,108	
9h		75,032	66,776	+0,054	66,848	64,749	+0,108			
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	75,026	-0,052	67,447	-0,016	67,425	57,580	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	69,518	-0,052	67,503	-0,022	—	57,623		—
	К—И	7h; 8h; 9h	69,545	-0,052	67,530	-0,022	—	57,623		—
	КНЕ—ПР	7h	75,026	-0,052	67,030	-0,016	67,008	57,163		—
		8h	75,032	-0,064	66,913	-0,019	66,887	57,044		
		9h	75,032	-0,064	66,773	-0,019	66,747	56,904		
	КНЕ—НЕ	7h	74,601	-0,052	67,086	-0,022	—	57,219		—
		8h	74,502	-0,064	66,983	-0,026	—	57,114		
		9h	74,362	-0,064	66,843	-0,026	—	56,974		
КИ—НЕ	7h	74,616	-0,052	67,101	-0,022	—	57,219	—		
	8h	74,520	-0,064	67,001	-0,026	—	57,114			
	9h	74,380	-0,064	66,861	-0,026	—	56,974			

Калибры резьбовые для резьбы S 75×16
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	75,078	-0,064	64,092	-0,032	64,028	47,232	Не более	-
	НЕ	7AZ	67,988	-0,064	64,772	-0,032	64,723	47,232		-
		8AZ	68,187	-0,076	64,968	-0,038	64,910	47,232		-
9AZ		68,407	-0,076	65,188	-0,038	65,130	47,232	-		
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	78,768	Не менее	62,933	+0,054	63,020	50,973	+0,054	
	НЕ	7h	75,032		62,416	+0,054	62,488	59,189	+0,108	
		8h	75,032		62,276	+0,054	62,348	59,049	+0,108	
		9h	75,038		62,084	+0,066	62,171	58,851	+0,132	
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	75,032	-0,064	62,930	-0,019	62,904	47,149	Не более	-
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	66,219	-0,064	63,000	-0,026	-	47,205		-
	К—И	7h; 8h; 9h	66,252	-0,064	63,033	-0,026	-	47,205		-
	КНЕ—ПР	7h	75,032	-0,064	62,413	-0,019	62,387	46,632		-
		8h	75,032	-0,064	62,273	-0,019	62,247	46,492		-
		9h	75,038	-0,076	62,081	-0,022	62,051	46,298		-
	КНЕ—НЕ	7h	74,502	-0,064	62,483	-0,026	-	46,702		-
		8h	74,362	-0,064	62,343	-0,026	-	46,562		-
		9h	74,188	-0,076	62,165	-0,030	-	46,382		-
	КИ—НЕ	7h	74,520	-0,064	62,501	-0,026	-	46,702		-
8h		74,380	-0,064	62,361	-0,026	-	46,562	-		
9h		74,209	-0,076	62,186	-0,030	-	46,382	-		

Калибры резьбовые для резьбы S 80×4
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр			
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.		
					Номин.	Пред. откл.					
Калибры пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	80,061	-0,052	77,678	-0,025	77,625	73,058	Не более	—	
	НЕ	7AZ	78,869	-0,052	78,056	-0,025	78,015	73,058		Не более	—
		8AZ	78,959	-0,052	78,155	-0,026	78,115	73,058			
9AZ		79,108	-0,054	78,292	-0,032	78,243	73,058				
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	80,942	Не менее	—	76,966	+0,034	77,020	73,983	+0,034	
	НЕ	7h	80,020		76,666	+0,034	76,711	75,849	+0,068		
		8h	80,026		76,583	+0,042	76,640	75,762	+0,084		
9h		80,026	76,483	+0,042	76,540	75,662	+0,084				
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	80,020	-0,040	76,964	-0,013	76,946	73,013	Не более	—	
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	77,820	-0,040	77,009	-0,018	—	73,041		—	
	К—И	7h; 8h; 9h	77,840	-0,040	77,029	-0,018	—	73,041		—	
	КНЕ—ПР	7h	80,020	-0,040	76,664	-0,013	76,646	72,713		Не более	—
		8h	80,026	-0,052	76,580	-0,016	76,558	72,627			
		9h	80,026	-0,052	76,480	-0,016	76,458	72,527			
	КНЕ—НЕ	7h	79,720	-0,040	76,709	-0,018	—	72,758		Не более	—
8h		79,651	-0,052	76,636	-0,022	—	72,683				
9h		79,551	-0,052	76,536	-0,022	—	72,583				
КИ—НЕ	7h	79,731	-0,040	76,720	-0,018	—	72,758	Не более	—		
	8h	79,666	-0,052	76,651	-0,022	—	72,683				
	9h	79,566	-0,052	76,551	-0,022	—	72,583				

Калибры резьбовые для резьбы S 80×10
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	80,078	-0,064	73,412	-0,032	73,348	62,644	Не более	—
	НЕ	7AZ	75,958	-0,054	73,942	-0,032	73,893	62,644		—
		8AZ	76,108	-0,064	74,092	-0,032	74,043	62,644		—
9AZ		76,307	-0,076	74,288	-0,038	74,230	62,644	—		
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	82,356	Не менее	—	72,450	+0,042	72,519	64,979	+0,042
	НЕ	7h	80,026		72,033	+0,042	72,090	70,012	+0,084	
		8h	80,032		71,916	+0,054	71,988	69,889	+0,108	
		9h	80,032		71,776	+0,054	71,848	69,749	+0,108	
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	80,026	-0,052	72,447	-0,016	72,425	62,580	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	74,518	-0,052	72,503	-0,022	—	62,623		—
	К—И	7h; 8h; 9h	74,545	-0,052	72,530	-0,022	—	62,623		—
	КНЕ—ПР	7h	80,026	-0,052	72,030	-0,016	72,008	62,163		—
		8h	80,032	-0,064	71,913	-0,019	71,887	62,044		
		9h	80,032	-0,064	71,773	-0,019	71,747	61,904		
	КНЕ—НЕ	7h	79,601	-0,052	72,086	-0,022	—	62,219		—
8h		79,502	-0,064	71,983	-0,026	—	62,114			
9h		79,362	-0,064	71,843	-0,026	—	61,974			
КИ—НЕ	7h	79,616	-0,052	72,101	-0,022	—	62,219	—		
	8h	79,520	-0,064	72,001	-0,026	—	62,114			
	9h	79,380	-0,064	71,861	-0,026	—	61,974			

Калибры резьбовые для резьбы S 80×16
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	80,078	-0,064	69,092	-0,032	69,028	52,232	Не более	—
	НЕ	7AZ	72,988	-0,064	69,772	-0,032	69,723	52,232		—
		8AZ	73,187	-0,076	69,938	-0,038	69,910	52,232		—
9AZ		73,407	-0,076	70,188	-0,038	70,130	52,232	—		
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	83,768	Не менее	—	67,933	+0,054	68,020	55,973	+0,054
	НЕ	7h	80,032		67,416	+0,054	67,488	64,189	+0,108	
		8h	80,032		67,276	+0,054	67,348	64,049	+0,108	
		9h	80,038		67,084	+0,066	67,171	63,851	+0,132	
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	80,032	-0,064	67,930	-0,019	67,904	52,149	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	71,219	-0,064	68,000	-0,026	—	52,205		—
	К—И	7h; 8h; 9h	71,252	-0,064	68,033	-0,026	—	52,205		—
	КНЕ—ПР	7h	80,032	-0,064	67,413	-0,019	67,387	51,632		—
		8h	80,032	-0,064	67,273	-0,019	67,247	51,492		
		9h	80,038	-0,076	67,081	-0,022	67,051	51,298		
	КНЕ—НЕ	7h	79,502	-0,054	67,483	-0,026	—	51,702		—
		8h	79,362	-0,064	67,343	-0,026	—	51,562		
		9h	79,188	-0,076	67,165	-0,030	—	51,382		
	КИ—НЕ	7h	79,520	-0,064	67,501	-0,026	—	51,702		—
8h		79,380	-0,064	67,361	-0,026	—	51,562			
9h		79,209	-0,076	67,186	-0,030	—	51,382			

Калибры резьбовые для резьбы S 85,4
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номинал.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номинал.	Пред. откл.	
					Номинал.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	85,061	-0,052	82,678	-0,023	82,626	78,058	Не более	—
	НЕ	7AZ	83,869	-0,032	83,056	-0,026	83,015	78,058		—
		8AZ	83,969	-0,052	83,156	-0,026	83,115	78,058		—
9AZ		84,108	-0,064	83,292	-0,032	83,243	78,058	—		
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	85,942	Не менее	—	81,966	+0,034	82,020	78,983	+0,034
	НЕ	7h	85,020		81,666	+0,034	81,711	80,849	+0,068	
		8h	85,026		81,583	+0,042	81,640	80,762	+0,084	
9h		85,026	81,483	+0,042	81,540	80,662	+0,084			
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	85,020	-0,040	81,964	-0,013	81,946	78,013	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	82,820	-0,040	82,009	-0,018	—	78,041		—
	К—И	7h; 8h; 9h	82,840	-0,040	82,029	-0,018	—	78,041		—
	КНЕ—ПР	7h	85,020	-0,040	81,664	-0,013	81,646	77,713		—
		8h	85,026	-0,052	81,580	-0,016	81,558	77,627		—
		9h	85,026	-0,052	81,480	-0,016	81,458	77,527		—
	КНЕ—НЕ	7h	84,720	-0,040	81,709	-0,018	—	77,758		—
8h		84,651	-0,052	81,636	-0,022	—	77,683	—		
9h		84,551	-0,052	81,536	-0,022	—	77,583	—		
КИ—НЕ	7h	84,731	-0,040	81,720	-0,018	—	77,758	—		
	8h	84,666	-0,052	81,651	-0,022	—	77,683	—		
	9h	84,565	-0,052	81,551	-0,022	—	77,583	—		

Калибры резьбовые для резьбы S 85×5
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номинал.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номинал.	Пред. откл.	
					Номинал.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	85,061	-0,052	81,938	-0,025	81,916	76,322	Не более	—
	НЕ	7AZ	83,384	-0,052	82,371	-0,025	82,330	76,322		—
		8AZ	83,498	-0,064	82,482	-0,032	82,433	76,322		—
9AZ		83,638	-0,054	82,622	-0,032	82,573	76,322	—		
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	86,178	Не менее	—	81,215	+0,034	81,270	77,483	+0,034
	НЕ	7h	85,020		80,901	+0,034	80,946	79,884	+0,068	
		8h	85,026		80,808	+0,042	80,865	79,787	+0,084	
9h		85,026	80,708	+0,042	80,765	79,687	+0,084			
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	85,020	-0,040	81,214	-0,013	81,196	76,277	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	82,270	-0,040	81,259	-0,018	—	76,305		—
	К—И	7h; 8h; 9h	82,290	-0,040	81,279	-0,018	—	76,305		—
	КНЕ—ПР	7h	85,020	-0,040	80,839	-0,013	80,881	75,932		—
		8h	85,026	-0,052	80,805	-0,016	80,783	75,866		
		9h	85,026	-0,052	80,705	-0,016	80,683	75,766		
	КНЕ—НЕ	7h	84,705	-0,040	80,944	-0,018	—	76,007		—
		8h	84,626	-0,052	80,851	-0,022	—	75,922		
		9h	84,526	-0,052	80,761	-0,022	—	75,822		
КИ—НЕ	7h	84,716	-0,040	80,955	-0,018	—	76,007	—		
	8h	84,641	-0,052	80,876	-0,022	—	75,922			
	9h	84,541	-0,052	80,776	-0,022	—	75,822			

Калибры резьбовые для резьбы S 85×12
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Внешний диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин	Пред откл	Новый		Изношенный	Номин	Пред откл	
					Номин	Пред. откл				
Калибры-пробки	ПР	7AZ, 8AZ, 9AZ	85,078	-0,064	76,962	-0,032	76,898	64,174	Не более	—
	НЕ	7AZ	79,978	-0,064	77,562	-0,032	77,513	64,174		—
		8AZ	80,148	-0,064	77,732	-0,032	77,683	64,174		
9AZ		80,357	-0,076	77,938	-0,038	77,880	64,174			
Калибры-кольца	ПР	7h, 8h, 9h	87,826	Не менее	—	75,950	+0,042	76,019	66,979	+0,042
	НЕ	7h	85,026		75,483	+0,042	75,540	73,062	+0,084	
		8h	85,032		75,346	+0,054	75,418	72,919	+0,108	
		9h	85,032		75,196	+0,054	75,268	72,769	+0,108	
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h, 8h, 9h	85,026	-0,052	75,947	-0,016	75,925	64,110	Не более	—
	КПР—НЕ	7h, 8h, 9h	78,418	-0,052	76,003	-0,022	—	64,153		—
	К—И	7h, 8h, 9h	78,445	-0,052	76,030	-0,022	—	64,153		—
	КНЕ—ПР	7h	85,026	-0,052	75,480	-0,016	75,458	63,643		—
		8h	85,032	-0,064	75,343	-0,019	75,317	63,504		
		9h	85,032	-0,064	75,193	-0,019	75,167	63,354		
	КНЕ—НЕ	7h	84,551	-0,052	75,536	-0,022	—	63,699		—
		8h	84,432	-0,064	75,413	-0,026	—	63,574		
9h		84,282	-0,064	75,263	-0,026	—	63,424			
КИ—НЕ	7h	84,566	-0,052	75,551	-0,022	—	63,699	—		
	8h	84,450	-0,064	75,431	-0,026	—	63,574			
	9h	84,300	-0,064	75,281	-0,026	—	63,424			

Калибры резьбовые для резьбы S 85×18
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	85,078	-0,064	72,652	-0,032	72,588	53,760	Не более	-
	НЕ	7AZ	76,988	-0,064	73,372	-0,032	73,323	53,760		-
		8AZ	77,197	-0,076	73,578	-0,038	73,520	53,760		-
9AZ		77,427	-0,076	73,808	-0,038	73,750	53,760	-		
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	89,240	Не менее	-	71,433	+0,054	71,520	57,973	+0,054
	НЕ	7h	85,032		70,886	+0,054	70,958	67,259	+0,108	
		8h	85,032		70,736	+0,054	70,808	67,109	+0,108	
		9h	85,038		70,534	+0,066	70,621	66,901	+0,132	
Контрольные калибры-пробки	КПР-ПР	7h; 8h; 9h	85,032	-0,064	71,430	-0,019	71,404	53,677	-	
	КПР-НЕ	7h; 8h; 9h	75,119	-0,064	71,500	-0,026	-	53,733	-	
	К-И	7h; 8h; 9h	75,152	-0,064	71,533	-0,026	-	53,733	-	
	КНЕ-ПР	7h	85,032	-0,064	70,883	-0,019	70,857	53,130	Не более	-
		8h	85,032	-0,064	70,733	-0,019	70,707	52,980		-
		9h	85,038	-0,076	70,531	-0,022	70,501	52,776		-
	КНЕ-НЕ	7h	84,472	-0,064	70,953	-0,026	-	53,200	Не более	-
		8h	84,322	-0,064	70,803	-0,026	-	53,050		-
		9h	84,138	-0,076	70,615	-0,030	-	52,860		-
	КИ-НЕ	7h	84,490	-0,064	70,971	-0,026	-	53,200	Не более	-
9h		84,340	-0,064	70,821	-0,026	-	53,050	-		
8h		84,159	-0,076	70,636	-0,030	-	52,860	-		

Калибры резьбовые для резьбы S 85×20
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	85,078	-0,064	71,212	-0,032	71,148	50,290	Не более	—
	НЕ	7AZ	75,948	-0,064	71,932	-0,032	71,883	50,290		—
		8AZ	76,157	-0,076	72,138	-0,038	72,080	50,290		
9AZ		76,387	-0,076	72,368	-0,038	72,310	50,290			
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	89,710	Не менее	—	69,933	+0,054	70,020	54,973	+0,054
	НЕ	7h	85,032		69,386	+0,054	69,458	65,359	+0,108	
		8h	85,032		69,236	+0,054	69,308	65,209	+0,108	
9h		85,038	69,034	+0,066	69,121	65,001	+0,132			
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	85,032	-0,064	69,930	-0,019	69,904	50,207	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	74,019	-0,064	70,000	-0,026	—	50,263		—
	К—И	7h; 8h; 9h	74,052	-0,064	70,033	-0,026	—	50,263		—
	КНЕ—ПР	7h	85,032	-0,064	69,383	-0,019	69,357	49,660		—
		8h	85,032	-0,064	69,233	-0,019	69,207	49,510		—
		9h	85,038	-0,076	69,031	-0,022	69,001	49,306		—
	КНЕ—НЕ	7h	84,472	-0,064	69,453	-0,026	—	49,730		—
		8h	84,322	-0,064	69,303	-0,026	—	49,580		—
		9h	84,138	-0,076	69,115	-0,030	—	49,390		—
КИ—НЕ	7h	84,490	-0,064	69,471	-0,026	—	49,730	—		
	8h	84,340	-0,064	69,321	-0,026	—	49,580	—		
	9h	84,159	-0,076	69,136	-0,030	—	49,390	—		

Калибры резьбовые для резьбы S 90×4
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номинал.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номинал.	Пред. откл.	
					Номинал.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	90,061	-0,052	87,678	-0,026	87,626	83,058	Не более	—
	НЕ	7AZ	88,869	-0,052	88,056	-0,026	88,015	83,058		—
		8AZ	88,969	-0,052	88,156	-0,026	88,115	83,058		
9AZ		89,108	-0,064	88,292	-0,032	88,243	83,058			
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	90,942	Не менее	—	86,966	+0,034	87,020	83,983	+0,034
	НЕ	7h	90,020		86,666	+0,034	86,711	85,849	+0,058	
		8h	90,026		86,583	+0,042	86,640	85,762	+0,084	
		9h	90,026		86,483	+0,042	86,540	85,662	+0,084	
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	90,020	-0,040	86,964	-0,013	86,946	83,013	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	87,820	-0,040	87,009	-0,018	—	83,041		—
	К—И	7h; 8h; 9h	87,840	-0,040	87,029	-0,018	—	83,041		—
	КНЕ—ПР	7h	90,020	-0,040	86,664	-0,013	86,646	82,713		—
		8h	90,026	-0,052	86,580	-0,016	86,558	82,627		
		9h	90,026	-0,052	86,480	-0,016	86,458	82,527		
	КНЕ—НЕ	7h	89,720	-0,040	86,709	-0,018	—	82,758		—
		8h	89,651	-0,052	86,636	-0,022	—	82,683		
		9h	89,551	-0,052	86,536	-0,022	—	82,583		
	КИ—НЕ	7h	89,731	-0,040	86,720	-0,018	—	82,758		—
8h		89,666	-0,052	86,651	-0,022	—	82,683			
9h		89,566	-0,052	86,551	-0,022	—	82,583			

Калибры резьбовые для резьбы S 90×5
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	90,061	-0,052	86,968	-0,026	86,916	81,322	Не более	—
	НЕ	7AZ	88,384	-0,052	87,371	-0,026	87,330	81,322		—
		8AZ	88,498	-0,064	87,482	-0,032	87,433	81,322		
9AZ		88,638	-0,064	87,622	-0,032	87,573	81,322			
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	91,178	Не менее	—	86,216	+0,034	86,270	82,483	+0,034
	НЕ	7h	90,020		85,901	+0,034	85,946	84,884	+0,068	
		8h	90,026		85,808	+0,042	85,865	84,787	+0,084	
9h		90,026	85,708	+0,042	85,765	84,687	+0,084			
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	90,020	-0,040	86,214	-0,013	86,196	81,277	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	87,270	-0,040	86,259	-0,018	—	81,305		—
	К—И	7h; 8h; 9h	87,290	-0,040	86,279	-0,018	—	81,305		—
	КНЕ—ПР	7h	90,020	-0,040	85,899	-0,013	85,881	80,962		—
		8h	90,026	-0,052	85,805	-0,016	85,783	80,866		
		9h	90,026	-0,052	85,705	-0,016	85,683	80,766		
	КНЕ—НЕ	7h	89,705	-0,040	85,944	-0,018	—	81,007		—
		8h	89,626	-0,052	85,861	-0,022	—	80,922		
		9h	89,526	-0,052	85,761	-0,022	—	80,822		
КИ—НЕ	7h	89,716	-0,040	85,955	-0,018	—	81,007	—		
	8h	89,641	-0,052	85,876	-0,022	—	80,922			
	9h	89,541	-0,052	85,776	-0,022	—	80,822			

Калибры резьбовые для резьбы S 90×12
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр			
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.		
					Номин.	Пред. откл.					
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	90,078	-0,064	81,962	-0,032	81,898	69,174	Не более	—	
	НЕ	7AZ	84,978	-0,064	82,562	-0,032	82,513	69,174		Не более	—
		8AZ	85,148	-0,064	82,732	-0,032	82,683	69,174			
9AZ		85,357	-0,076	82,938	-0,038	82,880	69,174				
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	92,826	Не менее	—	80,950	+0,042	81,019	71,979	+0,042	
	НЕ	7h	90,026		80,483	+0,042	80,540	78,062	+0,084		
		8h	90,032		80,346	+0,054	80,418	77,919	+0,108		
		9h	90,032		80,196	+0,054	80,268	77,769	+0,108		
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	90,026	-0,052	80,947	-0,016	80,925	69,110	Не более	—	
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	83,418	-0,052	81,003	-0,022	—	69,153		—	
	К—И	7h; 8h; 9h	83,445	-0,052	81,030	-0,022	—	69,153		—	
	КНЕ—ПР	7h	90,026	-0,052	80,480	-0,016	80,458	68,643		Не более	—
		8h	90,032	-0,064	80,343	-0,019	80,317	68,504			
		9h	90,032	-0,064	80,193	-0,019	80,167	68,354			
	КНЕ—НЕ	7h	89,551	-0,052	80,536	-0,022	—	68,699		Не более	—
		8h	89,432	-0,064	80,413	-0,026	—	68,574			
		9h	89,282	0,064	80,263	-0,026	—	68,424			
КИ—НЕ	7h	89,566	-0,052	80,551	-0,022	—	68,699	Не более	—		
	8h	89,450	-0,064	80,431	-0,026	—	68,574				
	9h	89,300	-0,064	80,281	-0,026	—	68,424				

Калибры резьбовые для резьбы S 90×18
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	90,078	-0,064	77,652	-0,032	77,588	58,760	Не более	—
	НЕ	7AZ	81,988	-0,064	78,372	-0,032	78,323	58,760		—
		8AZ	82,197	-0,076	78,578	-0,038	78,520	58,760		
9AZ		82,427	-0,076	78,808	-0,038	78,750	58,760			
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	94,240	Не менее	—	76,433	+0,054	76,520	62,973	+0,054
	НЕ	7h	90,032		75,886	+0,054	75,958	72,259	+0,108	
		8h	90,032		75,736	+0,054	75,808	72,109	+0,108	
9h		90,038	75,534	+0,066	75,621	71,901	+0,132			
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	90,032	-0,064	76,430	-0,019	76,404	58,677	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	80,119	-0,064	76,500	-0,026	—	58,733		—
	К—И	7h; 8h; 9h	80,152	-0,064	76,533	-0,026	—	58,733		—
	КНЕ—ПР	7h	90,032	-0,064	75,883	-0,019	75,857	58,130		—
		8h	90,032	-0,064	75,733	-0,019	75,707	57,980		
		9h	90,038	-0,076	75,531	-0,022	75,501	57,776		
	КНЕ—НЕ	7h	89,472	-0,064	75,953	-0,026	—	58,200		—
		8h	89,322	-0,064	75,803	-0,026	—	58,050		
		9h	89,138	-0,076	75,615	-0,030	—	57,860		
КИ—НЕ	7h	89,490	-0,064	75,971	-0,026	—	58,200	—		
	8h	89,340	-0,064	75,821	-0,026	—	58,050			
	9h	89,159	-0,076	75,636	-0,030	—	57,860			

Калибры резьбовые для резьбы S 90×22
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр	
			Номинал.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номинал.	Пред. откл.
					Номинал.	Пред. откл.			
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	90,078	-0,064	76,212	-0,032	76,148	55,290	—
	НЕ	7AZ	80,948	-0,064	76,932	-0,032	76,883	55,290	Не более
		8AZ	81,157	-0,076	77,138	-0,038	77,080	55,290	
9AZ		81,387	-0,076	77,368	-0,038	77,310	55,290		
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	94,710	—	74,933	+0,054	75,020	59,973	+0,054
	НЕ	7h	90,032	—	74,386	+0,054	74,458	70,359	+0,108
		8h	90,032		74,236	+0,054	74,308	70,209	+0,108
		9h	90,038		74,034	+0,066	74,121	70,001	+0,132
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	90,032	-0,064	74,930	-0,019	74,904	55,207	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	79,019	-0,064	75,000	-0,026	—	55,263	—
	К—И	7h; 8h; 9h	79,052	-0,064	75,033	-0,026	—	55,263	—
	КНЕ—ПР	7h	90,032	-0,064	74,383	-0,019	74,357	54,660	Не более
		8h	90,032	-0,064	74,233	-0,019	74,207	54,510	
		9h	90,038	-0,076	74,031	-0,022	74,001	54,306	
	КНЕ—НЕ	7h	89,472	-0,064	74,453	-0,026	—	54,730	—
		8h	89,322	-0,064	74,303	-0,026	—	54,580	
		9h	89,138	-0,076	74,115	-0,030	—	54,390	
	КИ—НЕ	7h	89,490	-0,064	74,471	-0,026	—	54,730	—
8h		89,340	-0,064	74,321	-0,026	—	54,580		
9h		89,159	-0,076	74,136	-0,030	—	54,390		

Калибры резьбовые для резьбы S 95×4
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	95,061	-0,052	92,678	-0,026	92,626	88,058	Не более	—
	НЕ	7AZ	93,894	-0,052	93,081	-0,026	93,040	88,058		—
		8AZ	94,008	-0,064	93,192	-0,032	93,143	88,058		
9AZ		94,148	-0,064	93,332	-0,032	93,283	88,058			
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	95,942	Не менее	91,966	+0,034	92,020	88,983	—	+0,034
	НЕ	7h	95,020		91,651	+0,034	91,696	90,834		+0,068
		8h	95,026		91,558	+0,042	91,615	90,737		+0,084
9h		95,026	91,458	+0,042	91,515	90,637	+0,084			
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	95,020	-0,040	91,964	-0,013	91,946	88,013	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	92,820	-0,040	92,009	-0,018	—	88,041		—
	К—И	7h; 8h; 9h	92,840	-0,040	92,029	-0,018	—	88,041		—
	КНЕ—ПР	7h	95,020	-0,040	91,649	-0,013	91,631	87,698		—
		8h	95,026	-0,052	91,555	-0,016	91,533	87,602		
		9h	95,026	-0,052	91,455	-0,016	91,433	87,502		
	КНЕ—НЕ	7h	94,705	-0,040	91,694	-0,018	—	87,743		—
		8h	94,626	-0,052	91,611	-0,022	—	87,658		
		9h	94,526	-0,052	91,511	-0,022	—	87,558		
КИ—НЕ	7h	94,716	-0,040	91,705	-0,018	—	87,743	—		
	8h	94,641	-0,052	91,626	-0,022	—	87,658			
	9h	94,541	-0,052	91,526	-0,022	—	87,558			

Калибры резьбовые для резьбы S 95×5
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	95,061	-0,052	91,968	-0,026	91,916	86,322	Не более	-
	НЕ	7AZ	93,434	-0,052	92,421	-0,026	92,380	86,322		-
		8AZ	93,568	-0,064	92,552	-0,032	92,503	86,322		-
9AZ		93,718	-0,064	92,702	-0,032	92,653	86,322	-		
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	96,178	Не менее	91,200	+0,042	91,269	87,479	+0,042	
	НЕ	7h	95,026		90,853	+0,042	90,910	89,832	+0,084	
		8h	95,026		90,758	+0,042	90,815	89,737	+0,084	
9h		95,032	90,636	+0,054	90,708	89,609	+0,108			
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	95,026	-0,052	91,197	-0,016	91,175	86,258	Не более	-
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	92,268	-0,052	91,253	-0,022	—	86,301		-
	К—И	7h; 8h; 9h	92,295	-0,052	91,280	-0,022	—	86,301		-
	КНЕ—ПР	7h	95,026	-0,052	90,850	-0,016	90,828	85,911		-
		8h	95,026	-0,052	90,755	-0,016	90,733	85,816		-
		9h	95,032	-0,064	90,633	-0,019	90,607	85,692		-
	КНЕ—НЕ	7h	94,671	-0,052	90,906	-0,022	—	85,967		-
		8h	94,576	-0,052	90,811	-0,022	—	85,872		-
		9h	94,472	-0,064	90,703	-0,026	—	85,762		-
КИ—НЕ	7h	94,686	-0,052	90,921	-0,022	—	85,967	-		
	8h	94,591	-0,052	90,826	-0,022	—	85,872	-		
	9h	94,490	-0,064	90,721	-0,026	—	85,762	-		

Калибры резьбовые для резьбы S 95×12
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр	
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.
					Номин.	Пред. откл.			
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	95,078	-0,064	86,962	-0,032	86,898	74,174	—
	НЕ	7AZ	90,018	-0,064	87,602	-0,032	87,553	74,174	Не более
		8AZ	90,207	-0,076	87,788	-0,038	87,730	74,174	
9AZ		90,417	-0,076	87,998	-0,038	87,940	74,174		
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	97,826	—	85,950	+0,042	86,019	76,979	+0,042
	НЕ	7h	95,026	—	85,458	+0,042	85,515	83,037	+0,084
		8h	95,032		85,316	+0,054	85,388	82,889	+0,108
		9h	95,032		85,146	+0,054	85,218	82,719	+0,108
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	95,026	-0,052	85,947	-0,016	85,925	74,110	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	88,418	-0,052	86,003	-0,022	—	74,153	—
	К—И	7h; 8h; 9h	88,445	-0,052	86,030	-0,022	—	74,153	—
	КНЕ—ПР	7h	95,026	-0,052	85,455	-0,016	85,433	73,618	Не более
		8h	95,032	-0,064	85,313	-0,019	85,287	73,474	
		9h	95,032	-0,064	85,143	-0,019	85,117	73,304	
	КНЕ—НЕ	7h	94,526	-0,052	85,511	-0,022	—	73,674	—
		8h	94,402	-0,064	85,383	-0,026	—	73,544	
		9h	94,232	-0,064	85,213	-0,026	—	73,374	
КИ—НЕ	7h	94,541	-0,052	85,526	-0,022	—	73,674	—	
	8h	94,420	-0,064	85,401	-0,026	—	73,544		
	9h	94,250	-0,064	85,231	-0,026	—	73,374		

Калибры резьбовые для резьбы S 95×18
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номинал.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номинал.	Пред. откл.	
					Номинал.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	95,078	-0,064	82,652	-0,032	82,588	63,760	Не более	—
	НЕ	7AZ	87,038	-0,064	83,422	-0,032	83,373	63,760		—
		8AZ	87,247	-0,076	83,628	-0,038	83,570	63,760		—
9AZ		87,512	-0,096	83,888	-0,048	83,815	63,760	—		
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	99,240	Не менее	—	81,433	+0,054	81,520	67,973	+0,054
	НЕ	7h	95,032		80,846	+0,054	80,918	77,219	+0,108	
		8h	95,032		80,696	+0,054	80,768	77,069	+0,108	
9h		95,038	80,484	+0,066	80,571	76,851	+0,132			
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	95,032	-0,064	81,430	-0,019	81,404	63,677	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	85,119	-0,064	81,500	-0,026	—	63,733		—
	К—И	7h; 8h; 9h	85,152	-0,064	81,533	-0,026	—	63,733		—
	КНЕ—ПР	7h	95,032	-0,064	80,843	-0,019	80,817	63,090		—
		8h	95,032	-0,064	80,693	-0,019	80,667	62,940		
		9h	95,038	-0,076	80,481	-0,022	80,451	62,726		
	КНЕ—НЕ	7h	94,432	-0,064	80,913	-0,026	—	63,160		—
		8h	94,282	-0,064	80,763	-0,026	—	63,010		
		9h	94,088	-0,076	80,565	-0,030	—	62,810		
	КИ—НЕ	7h	94,450	-0,064	80,931	-0,026	—	63,160		—
8h		94,300	-0,064	80,781	-0,026	—	63,010			
9h		94,109	-0,076	80,586	-0,030	—	62,810			

Калибры резьбовые для резьбы S 95×20
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	95,078	-0,034	81,212	-0,032	81,148	60,290	Не более	—
	НЕ	7AZ	85,998	-0,064	81,982	-0,032	81,933	60,290		—
		8AZ	86,207	-0,076	82,188	-0,038	82,130	60,290		
9AZ		86,472	-0,096	82,448	-0,048	82,375	60,290			
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	99,710	Не менее	—	79,933	+0,054	80,020	64,973	+0,054
	НЕ	7h	95,032		79,346	+0,054	79,418	75,319	+0,108	
		8h	95,032		79,196	+0,054	79,268	75,169	+0,108	
9h		95,038	78,984	+0,066	79,071	74,951	+0,132			
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	95,032	-0,064	79,930	-0,019	79,904	60,207	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	84,019	-0,064	80,000	-0,026	—	60,263		—
	К—И	7h; 8h; 9h	84,052	-0,064	80,033	-0,026	—	60,263		—
	КНЕ—ПР	7h	95,032	-0,064	79,343	-0,019	79,317	59,620		—
		8h	95,032	-0,064	79,193	-0,019	79,167	59,470		
		9h	95,038	-0,076	78,981	-0,022	78,951	59,256		
	КНЕ—НЕ	7h	94,432	-0,064	79,413	-0,026	—	59,690		—
		8h	94,282	-0,064	79,263	-0,026	—	59,540		
		9h	94,088	-0,076	79,065	-0,030	—	59,340		
	КИ—НЕ	7h	94,450	-0,064	79,431	-0,026	—	59,690		—
8h		94,300	-0,064	79,281	-0,026	—	59,540			
9h		94,109	-0,076	79,086	-0,030	—	59,340			

Калибры резьбовые для резьбы S 100×4
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	100,061	-0,052	97,678	-0,026	97,626	93,058	Не более	—
	НЕ	7AZ	98,894	-0,052	98,081	-0,026	98,040	93,058		—
		8AZ	99,008	-0,064	98,192	-0,032	98,143	93,058		
9AZ		99,148	-0,064	98,332	-0,032	98,283	93,058			
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	100,942	Не менее	—	96,966	+0,034	97,020	93,983	+0,034
	НЕ	7h	100,020		96,651	+0,034	96,696	95,834	+0,068	
		8h	100,026		96,558	+0,042	96,615	95,737	+0,084	
9h		100,026	96,458	+0,042	96,515	95,637	+0,084			
Контрольные калибры-пробки	КПР-ПР	7h; 8h; 9h	100,020	-0,040	96,964	-0,013	96,946	93,013	Не более	—
	КПР-НЕ	7h; 8h; 9h	97,820	-0,040	97,009	-0,018	—	93,041		—
	К-И	7h; 8h; 9h	97,840	-0,040	97,029	-0,018	—	93,041		—
	КНЕ-ПР	7h	100,020	-0,040	96,649	-0,013	96,631	92,698		—
		8h	100,026	-0,052	96,555	-0,016	96,533	92,602		
		9h	100,026	-0,052	96,455	-0,016	96,433	92,502		
	КНЕ-НЕ	7h	99,705	-0,040	96,694	-0,018	—	92,743		—
		8h	99,626	-0,052	96,611	-0,022	—	92,658		
		9h	99,526	-0,052	96,511	-0,022	—	92,558		
КИ-НЕ	7h	99,716	-0,040	96,705	-0,018	—	92,743	—		
	8h	99,641	-0,052	96,626	-0,022	—	92,658			
	9h	99,541	-0,052	96,526	-0,022	—	92,558			

Калибры резьбовые для резьбы S 100×5
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	100,061	-0,052	96,968	-0,026	96,916	91,322	Не более	—
	НЕ	7AZ	98,434	-0,052	97,421	-0,026	97,380	91,322		—
		8AZ	98,568	-0,064	97,552	-0,032	97,503	91,322		
9AZ		98,718	-0,064	97,702	-0,032	97,653	91,322			
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	101,178	Не менее	96,200	+0,042	96,269	92,479	+0,042	
	НЕ	7h	100,026		95,853	+0,042	95,910	94,832	+0,084	
		8h	100,026		95,758	+0,042	95,815	94,737	+0,084	
9h		100,032	95,636	+0,054	95,708	94,609	+0,108			
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	100,026	-0,052	96,197	-0,016	96,175	91,258	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	97,268	-0,052	96,253	-0,022	—	91,301		—
	К—И	7h; 8h; 9h	97,295	-0,052	96,280	-0,022	—	91,301		—
	КНЕ—ПР	7h	100,026	-0,052	95,850	-0,016	95,828	90,911		—
		8h	100,026	-0,052	95,755	-0,016	95,733	90,816		
		9h	100,032	-0,064	95,633	-0,019	95,607	90,692		
	КНЕ—НЕ	7h	99,671	-0,052	95,906	-0,022	—	90,967		—
		8h	99,576	-0,052	95,811	-0,022	—	90,872		
		9h	99,472	-0,064	95,703	-0,026	—	90,762		
КИ—НЕ	7h	99,686	-0,052	95,921	-0,022	—	90,967	—		
	8h	99,591	-0,052	95,826	-0,022	—	90,872			
	9h	99,490	-0,064	95,721	-0,026	—	90,762			

Калибры резьбовые для резьбы S 100×12
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	100,078	-0,064	91,962	-0,032	91,898	79,174	Не более	—
	НЕ	7AZ	95,018	-0,064	92,602	-0,032	92,553	79,174		—
		8AZ	95,207	-0,076	92,788	-0,038	92,730	79,174		—
9AZ		95,417	-0,076	92,998	-0,038	92,940	79,174	—		
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	102,826	Не менее	—	90,950	+0,042	91,019	81,979	+0,042
	НЕ	7h	100,026		90,458	+0,042	90,515	88,037	+0,084	
		8h	100,032		90,316	+0,054	90,388	87,889	+0,108	
		9h	100,032		90,146	+0,054	90,218	87,719	+0,108	
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	100,026	-0,052	90,947	-0,016	90,925	79,110	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	93,418	-0,052	91,003	-0,022	—	79,153		—
	К—И	7h; 8h; 9h	93,445	-0,052	91,030	-0,022	—	79,153		—
	КНЕ—ПР	7h	100,026	-0,052	90,455	-0,016	90,433	78,618		—
		8h	100,032	-0,064	90,313	-0,019	90,287	78,474		
		9h	100,032	-0,064	90,143	-0,019	90,117	78,304		
	КНЕ—НЕ	7h	99,526	-0,052	90,511	-0,022	—	78,674		—
		8h	99,402	-0,064	90,383	-0,026	—	78,544		
		9h	99,232	-0,064	90,213	-0,026	—	78,374		
	КИ—НЕ	7h	99,541	-0,052	90,526	-0,022	—	78,674		—
8h		99,420	-0,064	90,401	-0,026	—	78,544			
9h		99,250	-0,064	90,231	-0,026	—	78,374			

Калибры резьбовые для резьбы S 100×20
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номинал.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номинал.	Пред. откл.	
					Номинал.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	100,078	-0,064	86,212	-0,032	86,148	65,290	Не более	—
	НЕ	7AZ	90,998	-0,064	86,982	-0,032	86,933	65,290		—
		8AZ	91,207	-0,076	87,188	-0,038	87,130	65,290		
9AZ		91,472	-0,096	87,448	-0,048	87,375	65,290			
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	104,710	Не менее	—	84,933	+0,054	85,020	69,973	+0,054
	НЕ	7h	100,032		—	84,346	+0,054	84,418	80,319	+0,108
		8h	100,032		—	84,196	+0,054	84,268	80,169	+0,108
9h		100,038	—	83,984	+0,066	84,071	79,951	+0,132		
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	100,032	-0,064	84,930	-0,019	84,904	65,207	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	89,019	-0,064	85,000	-0,026	—	65,263		—
	К—И	7h; 8h; 9h	89,052	-0,064	85,033	-0,026	—	65,263		—
	КНЕ—ПР	7h	100,032	-0,064	84,343	-0,019	84,317	64,620		—
		8h	100,032	-0,064	84,193	-0,019	84,167	64,470		
		9h	100,038	-0,076	83,981	-0,022	83,951	64,256		
	КНЕ—НЕ	7h	99,432	-0,064	84,413	-0,026	—	64,690		—
		8h	99,282	-0,064	84,263	-0,026	—	64,540		
		9h	99,088	-0,076	84,065	-0,030	—	64,340		
КИ—НЕ	7h	99,450	-0,064	84,431	-0,026	—	64,690	—		
	8h	99,300	-0,064	84,281	-0,026	—	64,540			
	9h	99,109	-0,076	84,086	-0,030	—	64,340			

Калибры резьбовые для резьбы S 110×4
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	110,061	-0,052	107,678	-0,026	107,626	103,058	Не более	-
	НЕ	7AZ	108,894	-0,052	108,081	-0,026	108,040	103,058		-
		8AZ	109,008	-0,064	108,192	-0,032	108,143	103,058		
9AZ		109,148	-0,064	108,332	-0,032	108,283	103,058			
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	110,942	Не менее	-	106,966	+0,034	107,020	103,983	+0,034
	НЕ	7h	110,020		106,651	+0,034	106,696	105,834	+0,068	
		8h	110,026		108,558	+0,042	106,615	105,737	+0,084	
9h		110,026	108,458	+0,042	106,515	105,637	+0,084			
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	110,020	-0,040	108,964	-0,013	106,946	103,013	Не более	-
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	107,820	-0,040	107,009	-0,018	-	103,041		-
	К—И	7h; 8h; 9h	107,840	-0,040	107,029	-0,018	-	103,041		-
	КНЕ—ПР	7h	110,020	-0,040	106,649	-0,013	106,631	102,698		-
		8h	110,026	-0,052	106,555	-0,016	106,533	102,602		
		9h	110,026	-0,052	106,455	-0,016	106,433	102,502		
	КНЕ—НЕ	7h	109,705	-0,040	106,694	-0,018	-	102,743		-
		8h	109,626	-0,052	106,611	-0,022	-	102,658		
		9h	109,526	-0,052	106,511	-0,022	-	102,558		
КИ—НЕ	7h	109,716	-0,040	106,705	-0,018	-	102,743	-		
	8h	109,641	-0,052	106,626	-0,022	-	102,658			
	9h	109,541	-0,052	106,526	-0,022	-	102,558			

Калибры резьбовые для резьбы S 110×5
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	110,061	-0,052	106,968	-0,026	106,916	101,322	Не более	—
	НЕ	7AZ	108,434	-0,052	107,421	-0,026	107,380	101,322		—
		8AZ	108,568	-0,064	107,552	-0,032	107,503	101,322		
9AZ		108,718	-0,064	107,702	-0,032	107,653	101,322			
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	111,178	Не менее	106,200	+0,042	106,269	102,479	—	+0,042
	НЕ	7h	110,026		105,853	+0,042	105,910	104,832		+0,084
		8h	110,026		105,758	+0,042	105,815	104,737		+0,084
9h		110,032	105,636	+0,054	105,708	104,609	+0,108			
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	110,026	-0,052	106,197	-0,016	106,175	101,258	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	107,268	-0,052	106,253	-0,022	—	101,301		—
	К—И	7h; 8h; 9h	107,295	-0,052	106,280	-0,022	—	101,301		—
	КНЕ—ПР	7h	110,026	-0,052	105,850	-0,016	105,828	100,911		—
		8h	110,026	-0,052	105,755	-0,016	105,733	100,816		
		9h	110,032	-0,064	105,633	-0,019	105,607	100,692		
	КНЕ—НЕ	7h	109,671	-0,052	105,906	-0,022	—	100,967		—
		8h	109,576	-0,052	105,811	-0,022	—	100,872		
		9h	109,472	-0,064	105,703	-0,026	—	100,762		
	КИ—НЕ	7h	109,686	-0,052	105,921	-0,022	—	100,967		—
8h		109,591	-0,052	105,826	-0,022	—	100,872			
9h		109,490	-0,064	105,721	-0,026	—	100,762			

Калибры резьбовые для резьбы S 110×12
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	110,078	-0,064	101,962	-0,032	101,898	89,174	Не более	—
	НЕ	7AZ	105,018	-0,064	102,602	-0,032	102,553	89,174		—
		8AZ	105,207	-0,076	102,788	-0,038	102,730	89,174		—
9AZ		105,417	-0,076	102,998	-0,038	102,940	89,174	—		
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	112,826	Не менее	—	100,950	+0,042	101,019	91,979	+0,042
	НЕ	7h	110,026		100,458	+0,042	100,515	98,037	+0,084	
		8h	110,032		100,316	+0,054	100,388	97,889	+0,108	
9h		110,032	100,146	+0,054	100,218	97,719	+0,108			
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	110,026	-0,052	100,947	-0,016	100,925	89,110	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	103,418	-0,052	101,003	-0,022	—	89,153		—
	К—И	7h; 8h; 9h	103,445	-0,052	101,030	-0,022	—	89,153		—
	КНЕ—ПР	7h	110,026	-0,052	100,455	-0,016	100,433	88,618		—
		8h	110,032	-0,064	100,313	-0,019	100,287	88,474		
		9h	110,032	-0,064	100,143	-0,019	100,117	88,304		
	КНЕ—НЕ	7h	109,526	-0,052	100,511	-0,022	—	88,674		—
		8h	109,402	-0,064	100,383	-0,026	—	88,544		
		9h	109,232	-0,064	100,213	-0,026	—	88,374		
КИ—НЕ	7h	109,541	-0,052	100,526	-0,022	—	88,674	—		
	8h	109,420	-0,064	100,401	-0,026	—	88,544			
	9h	109,250	-0,064	100,231	-0,026	—	88,374			

Калибры резьбовые для резьбы S 110×20
Размер в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	110,078	-0,064	96,212	-0,032	96,148	75,290	Не более	—
	НЕ	7AZ	100,998	-0,064	96,982	-0,032	96,933	75,290		—
		8AZ	101,207	-0,076	97,188	-0,038	97,130	75,290		
9AZ		101,472	-0,096	97,448	-0,048	97,375	75,290			
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	114,710	Не менее	94,933	+0,054	95,020	79,973	+0,054	
	НЕ	7h	110,032		94,346	+0,054	94,418	90,319	+0,108	
		8h	110,032		94,196	+0,054	94,268	90,169	+0,108	
		9h	110,038		93,984	+0,066	94,071	89,951	+0,132	
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	110,032	-0,064	94,930	-0,019	94,904	75,207	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	99,019	-0,064	95,000	-0,026	—	75,263		—
	К—И	7h; 8h; 9h	99,052	-0,064	95,033	-0,026	—	75,263		—
	КНЕ—ПР	7h	110,032	-0,064	94,343	-0,019	94,317	74,620		—
		8h	110,032	-0,064	94,193	-0,019	94,167	74,470		
		9h	110,038	-0,076	93,981	-0,022	93,951	74,256		
	КНЕ—НЕ	7h	109,432	-0,054	94,413	-0,026	—	74,690		—
		8h	109,282	-0,064	94,263	-0,026	—	74,540		
		9h	109,088	-0,076	94,065	-0,030	—	74,340		
	КИ—НЕ	7h	109,450	-0,064	94,431	-0,026	—	74,690		—
8h		109,300	-0,064	94,281	-0,026	—	74,540			
9h		109,109	-0,076	94,086	-0,030	—	74,340			

Калибры резьбовые для резьбы S 120×6
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	120,061	-0,052	116,258	-0,026	116,206	109,586	Не более	—
	НЕ	7AZ	117,949	-0,052	116,736	-0,026	116,695	109,586		—
		8AZ	118,088	-0,064	116,872	-0,032	116,823	109,586		
9AZ		118,258	-0,064	117,042	-0,032	116,993	109,586			
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	121,414	Не менее	—	115,450	+0,042	115,519	110,979	+0,042
	НЕ	7h	120,026		115,083	+0,042	115,140	113,862	+0,084	
		8h	120,026		114,983	+0,042	115,040	113,762	+0,084	
		9h	120,032		114,846	+0,054	114,918	113,619	+0,108	
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	120,026	-0,052	115,447	-0,016	115,425	109,522	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	116,718	-0,052	115,503	-0,022	—	109,565		—
	К—И	7h; 8h; 9h	116,745	-0,052	115,530	-0,022	—	109,565		—
	КНЕ—ПР	7h	120,026	-0,052	115,080	-0,016	115,058	109,155		—
		8h	120,026	-0,052	114,980	-0,016	114,958	109,055		
		9h	120,032	-0,064	114,843	-0,019	114,817	108,916		
	КНЕ—НЕ	7h	119,651	-0,052	115,136	-0,022	—	109,211		—
		8h	119,551	-0,052	115,036	-0,022	—	109,111		
		9h	119,432	-0,064	114,913	-0,026	—	108,986		
	КИ—НЕ	7h	119,666	-0,052	115,151	-0,022	—	109,211		—
8h		119,566	-0,052	115,051	-0,022	—	109,111			
9h		119,450	-0,064	114,931	-0,026	—	108,986			

Калибры резьбовые для резьбы S 120×14
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	120,078	-0,064	110,512	-0,032	110,448	95,702	Не более	—
	НЕ	7AZ	114,008	-0,064	111,192	-0,032	111,143	95,702		—
		8AZ	114,207	-0,076	111,388	-0,038	111,330	95,702		
9AZ		114,427	-0,076	111,608	-0,038	111,550	95,702			
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	123,298	Не менее	—	109,433	+0,054	109,520	98,973	+0,054
	НЕ	7h	120,032		108,916	+0,054	108,988	106,089	+0,108	
		8h	120,032		108,776	+0,054	108,848	105,949	+0,108	
		9h	120,038		108,584	+0,066	108,671	105,751	+0,132	
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	120,032	-0,064	109,430	-0,019	109,404	95,619	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	112,319	-0,064	109,500	-0,026	—	95,675		—
	К—И	7h; 8h; 9h	112,352	-0,064	109,533	-0,026	—	95,675		—
	КНЕ—ПР	7h	120,032	-0,064	108,913	-0,019	108,887	95,102		—
		8h	120,032	-0,064	108,773	-0,019	108,747	94,962		
		9h	120,038	-0,076	108,581	-0,022	108,551	94,768		
	КНЕ—НЕ	7h	119,502	-0,064	108,983	-0,026	—	95,172		—
		8h	119,362	-0,064	108,843	-0,026	—	95,032		
		9h	119,188	-0,076	108,665	-0,030	—	94,852		
	КИ—НЕ	7h	119,520	-0,064	109,001	-0,026	—	95,172		—
8h		119,380	-0,064	108,861	-0,026	—	95,032			
9h		119,209	-0,076	108,686	-0,030	—	94,852			

Калибры резьбовые для резьбы S 120×16
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	120,078	-0,064	109,092	-0,032	109,028	92,232	Не более	—
	НЕ	7AZ	113,028	-0,064	109,812	-0,032	109,763	92,232		—
		8AZ	113,237	-0,076	110,018	-0,038	109,960	92,232		
9AZ		113,467	-0,076	110,248	-0,038	110,190	92,232			
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	123,768	Не менее	—	107,933	+0,054	108,020	95,973	+0,054
	НЕ	7h	120,032		107,386	+0,054	107,458	104,159	+0,108	
		8h	120,032		107,236	+0,054	107,308	104,009	+0,108	
9h		120,038	107,034	+0,066	107,121	103,801	+0,132			
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	120,032	-0,064	107,930	-0,019	107,904	92,149	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	111,219	-0,064	108,000	-0,026	—	92,205		—
	К—И	7h; 8h; 9h	111,252	-0,064	108,033	-0,026	—	92,205		—
	КНЕ—ПР	7h	120,032	-0,064	107,383	-0,019	107,357	91,602		—
		8h	120,032	-0,064	107,233	-0,019	107,207	91,452		
		9h	120,038	-0,076	107,031	-0,022	107,001	91,248		
	КНЕ—НЕ	7h	119,472	-0,064	107,453	-0,026	—	91,672		—
		8h	119,322	-0,064	107,303	-0,026	—	91,522		
		9h	119,138	-0,076	107,115	-0,030	—	91,332		
	КИ—НЕ	7h	119,490	-0,064	107,471	-0,026	—	91,672		—
8h		119,340	-0,064	107,321	-0,026	—	91,522			
9h		119,159	-0,076	107,136	-0,030	—	91,332			

Калибры резьбовые для резьбы S 120×22
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номинал.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номинал.	Пред. откл.	
					Номинал.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	120,092	—0,076	104,793	—0,038	104,717	81,818	Не более	—
	НЕ	7AZ	110,027	—0,076	105,608	—0,038	105,550	81,818		—
		8AZ	110,237	—0,076	105,818	—0,038	105,760	81,818		
9AZ		110,512	—0,096	106,088	—0,048	106,015	81,818			
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	125,182	Не менее	—	103,433	+0,054	103,520	86,973	+0,054
	НЕ	7h	120,032		—	102,816	+0,054	102,888	98,389	+0,108
		8h	120,032		—	102,646	+0,054	102,718	98,219	+0,108
9h		120,038	—	102,434	+0,066	102,521	98,001	+0,132		
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	120,032	—0,064	103,430	—0,019	103,404	81,735	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	107,919	—0,064	103,500	—0,026	—	81,791		—
	К—И	7h; 8h; 9h	107,952	—0,064	103,533	—0,026	—	81,791		—
	КНЕ—ПР	7h	120,032	—0,064	102,813	—0,019	102,787	81,118		—
		8h	120,032	—0,064	102,643	—0,019	102,617	80,948		
		9h	120,038	—0,076	102,431	—0,022	102,401	80,734		
	КНЕ—НЕ	7h	119,402	—0,064	102,883	—0,026	—	81,188		—
		8h	119,232	—0,064	102,713	—0,026	—	81,018		
		9h	119,038	—0,076	102,515	—0,030	—	80,818		
	КИ—НЕ	7h	119,420	—0,064	102,901	—0,026	—	81,188		—
8h		119,250	—0,064	102,731	—0,026	—	81,018			
9h		119,059	—0,076	102,536	—0,030	—	80,818			

Калибры резьбовые для резьбы S 120×24
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	120,092	-0,076	103,353	-0,038	103,277	78,348	Не более	—
	НЕ	7AZ	109,037	-0,076	104,218	-0,038	104,160	78,348		—
		8AZ	109,257	-0,076	104,438	-0,038	104,380	78,348		
9AZ		109,552	-0,096	104,728	-0,048	104,655	78,348			
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	125,652	Не менее	—	101,933	+0,054	102,020	83,973	+0,054
	НЕ	7h	120,032		101,276	+0,054	101,348	96,449	+0,108	
		8h	120,038		101,084	+0,066	101,171	96,251	+0,132	
9h		120,038	100,874	+0,066	100,961	96,041	+0,132			
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	120,032	-0,064	101,930	-0,019	101,904	78,265	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	105,819	-0,064	102,000	-0,026	—	78,321		—
	К—И	7h; 8h; 9h	106,852	-0,064	102,033	-0,026	—	78,321		—
	КНЕ—ПР	7h	120,032	-0,064	101,273	-0,019	101,247	77,608		—
		8h	120,038	-0,076	101,081	-0,022	101,051	77,414		
		9h	120,038	-0,076	100,871	-0,022	100,841	77,204		
	КНЕ—НЕ	7h	119,362	-0,064	101,343	-0,026	—	77,678		—
		8h	119,188	-0,076	101,165	-0,030	—	77,498		
		9h	118,978	-0,076	100,955	-0,030	—	77,288		
КИ—НЕ	7h	119,380	-0,064	101,361	-0,026	—	77,678	—		
	8h	119,209	-0,076	101,186	-0,030	—	77,498			
	9h	118,999	-0,076	100,976	-0,030	—	77,288			

Калибры резьбовые для резьбы S 130×6
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	130,061	-0,052	126,258	-0,026	126,206	119,586	Не более	-
	НЕ	7AZ	127,949	-0,052	126,736	-0,026	126,695	119,586		-
		8AZ	128,088	-0,064	126,872	-0,032	126,823	119,586		
9AZ		128,258	-0,064	127,042	-0,032	126,993	119,586			
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	131,414	Не менее	-	125,450	+0,042	125,519	120,979	+0,042
	НЕ	7h	130,026		-	125,083	+0,042	125,140	123,862	+0,084
		8h	130,026		-	124,983	+0,042	125,040	123,762	+0,084
		9h	130,032		-	124,846	+0,054	124,918	123,619	+0,108
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	130,026	-0,052	125,447	-0,016	125,425	119,522	Не более	-
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	126,718	-0,052	125,503	-0,022	-	119,565		-
	К—И	7h; 8h; 9h	126,745	-0,052	125,530	-0,022	-	119,565		-
	КНЕ—ПР	7h	130,026	-0,052	125,080	-0,016	125,058	119,155		-
		8h	130,026	-0,052	124,980	-0,016	124,958	119,055		
		9h	130,032	-0,064	124,843	-0,019	124,817	118,916		
	КНЕ—НЕ	7h	129,651	-0,052	125,136	-0,022	-	119,211		-
		8h	129,551	-0,052	125,036	-0,022	-	119,111		
		9h	129,432	-0,064	124,913	-0,026	-	118,986		
	КИ—НЕ	7h	129,666	-0,052	125,151	-0,022	-	119,211		-
8h		129,566	-0,052	125,051	-0,022	-	119,111			
9h		129,450	-0,064	124,931	-0,026	-	118,986			

Калибры резьбовые для резьбы S 130×14
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	130,078	-0,064	120,512	-0,032	120,448	105,702	Не более	—
	НЕ	7AZ	124,008	-0,064	121,192	-0,032	121,143	105,702		—
		8AZ	124,207	-0,076	121,388	-0,038	121,330	105,702		
9AZ		124,427	-0,076	121,608	-0,038	121,550	105,702			
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	133,298	Не менее	—	119,433	+0,054	119,520	108,973	+0,054
	НЕ	7h	130,032		118,916	+0,054	118,988	116,089	+0,108	
		8h	130,032		118,776	+0,054	118,848	115,949	+0,108	
9h		130,038	118,584	+0,066	118,671	115,751	+0,132			
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	130,032	-0,064	119,430	-0,019	119,404	105,619	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	122,319	-0,064	119,500	-0,026	—	105,675		—
	К—И	7h; 8h; 9h	122,352	-0,064	119,533	-0,026	—	105,675		—
	КНЕ—ПР	7h	130,032	-0,064	118,913	-0,019	118,887	105,102		—
		8h	130,032	-0,064	118,773	-0,019	118,747	104,962		
		9h	130,038	-0,076	118,581	-0,022	118,551	104,768		
	КНЕ—НЕ	7h	129,502	-0,064	118,983	-0,026	—	105,172		—
		8h	129,362	-0,064	118,843	-0,026	—	105,032		
		9h	129,188	-0,076	118,665	-0,030	—	104,852		
КИ—НЕ	7h	129,520	-0,064	119,001	-0,026	—	105,172	—		
	8h	129,380	-0,064	118,861	-0,026	—	105,032			
	9h	129,209	-0,076	118,686	-0,030	—	104,852			

Калибры резьбовые для резьбы S 130×16
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номинал.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номинал.	Пред. откл.	
					Номинал.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	130,078	-0,064	119,092	-0,032	119,028	102,232	Не более	-
	НЕ	7AZ 8AZ 9AZ	123,028	-0,064	119,812	-0,032	119,763	102,232		-
			123,237	-0,076	120,018	-0,038	119,960	102,232		
123,467			-0,076	120,248	-0,038	120,190	102,232			
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	133,768	-	117,933	+0,054	118,020	105,973	Не менее	+0,054
	НЕ	7h 8h 9h	130,032	-	117,386	+0,054	117,458	114,159		+0,108
			130,032		117,236	+0,054	117,308	114,009		+0,108
130,038			117,034		+0,066	117,121	113,801	+0,132		
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	130,032	-0,064	117,930	-0,019	117,904	102,149	Не более	-
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	121,219	-0,064	118,000	-0,026	-	102,205		-
	К—И	7h; 8h; 9h	121,252	-0,064	118,033	-0,026	-	102,205		-
	КНЕ—ПР	7h 8h 9h	130,032	-0,064	117,383	-0,019	117,357	101,602		-
			130,032	-0,064	117,233	-0,019	117,207	101,452		
			130,038	-0,076	117,031	-0,022	117,001	101,248		
	КНЕ—НЕ	7h 8h 9h	129,472	-0,064	117,453	-0,026	-	101,672		-
			129,322	-0,064	117,303	-0,026	-	101,522		
			129,138	-0,076	117,115	-0,030	-	101,332		
КИ—НЕ	7h 8h 9h	129,490	-0,064	117,471	-0,026	-	101,672	-		
		129,340	-0,064	117,321	-0,026	-	101,522			
		129,159	-0,076	117,136	-0,030	-	101,332			

Калибры резьбовые для резьбы S 130×22
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номинал.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номинал.	Пред. откл.	
					Номинал.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	130,092	-0,076	114,793	-0,038	114,717	91,818	Не более	—
	НЕ	7AZ	120,027	-0,076	115,608	-0,038	115,550	91,818		—
		8AZ	120,237	-0,076	115,818	-0,038	115,760	91,818		
9AZ		120,512	-0,096	116,088	-0,048	116,015	91,818			
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	135,182	Не менее	—	113,433	+0,054	113,520	96,973	+0,054
	НЕ	7h	130,032		—	112,816	+0,054	112,888	108,389	+0,108
		8h	130,032		—	112,646	+0,054	112,718	108,219	+0,108
9h		130,038	—	112,434	+0,066	112,521	108,001	+0,132		
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	130,032	-0,064	113,430	-0,019	113,404	91,735	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	117,919	-0,064	113,500	-0,026	—	91,791		—
	К—И	7h; 8h; 9h	117,952	-0,064	113,533	-0,026	—	91,791		—
	КНЕ—ПР	7h	130,032	-0,064	112,813	-0,019	112,787	91,118		—
		8h	130,032	-0,064	112,643	-0,019	112,617	90,948		
		9h	130,038	-0,076	112,431	-0,022	112,401	90,734		
	КНЕ—НЕ	7h	129,402	-0,064	112,883	-0,026	—	91,188		—
		8h	129,232	-0,064	112,713	-0,026	—	91,018		
		9h	129,038	-0,076	112,515	-0,030	—	90,818		
КИ—НЕ	7h	129,420	-0,064	112,901	-0,026	—	91,188	—		
	8h	129,250	-0,064	112,731	-0,026	—	91,018			
	9h	129,059	-0,076	112,536	-0,030	—	90,818			

Калибры резьбовые для резьбы S 130×24
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	130,092	-0,076	113,353	-0,038	113,277	88,348	Не более	—
	НЕ	7AZ	119,037	-0,076	114,218	-0,038	114,160	88,348		—
		8AZ	119,257	-0,076	114,438	-0,038	114,380	88,348		
9AZ		119,552	-0,096	114,728	-0,048	114,655	88,348			
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	135,652	Не менее	—	111,933	+0,054	112,020	93,973	+0,054
	НЕ	7h	130,032		—	111,276	+0,054	111,348	106,449	+0,108
		8h	130,038		—	111,084	+0,066	111,171	106,251	+0,132
9h		130,038	—	110,874	+0,066	110,961	106,041	+0,132		
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	130,032	-0,064	111,930	-0,019	111,904	88,265	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	116,819	-0,064	112,000	-0,026	—	88,321		—
	К—И	7h; 8h; 9h	116,852	-0,064	112,033	-0,026	—	88,321		—
	КНЕ—ПР	7h	130,032	-0,064	111,273	-0,019	111,247	87,608		—
		8h	130,038	-0,076	111,081	-0,022	111,051	87,414		
		9h	130,038	-0,076	110,871	-0,022	110,841	87,204		
	КНЕ—НЕ	7h	129,362	-0,064	111,343	-0,026	—	87,678		—
		8h	129,188	-0,076	111,165	-0,030	—	87,498		
		9h	128,978	-0,076	110,955	-0,030	—	87,288		
КИ—НЕ	7h	129,380	-0,064	111,361	-0,026	—	87,678	—		
	8h	129,209	-0,076	111,186	-0,030	—	87,498			
	9h	128,999	-0,076	110,976	-0,030	—	87,288			

Калибры резьбовые для резьбы S 140×6
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	140,061	-0,052	136,258	-0,026	136,206	129,586	Не более	—
	НЕ	7AZ	137,949	-0,052	136,736	-0,026	136,695	129,586		—
		8AZ	138,088	-0,064	136,872	-0,032	136,823	129,586		
9AZ		138,258	-0,064	137,042	-0,032	136,993	129,586			
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	141,414	Не менее	—	135,450	+0,042	135,519	130,979	+0,042
	НЕ	7h	140,026		135,083	+0,042	135,140	133,862	+0,084	
		8h	140,026		134,983	+0,042	135,040	133,762	+0,084	
		9h	140,032		134,846	+0,054	134,918	133,619	+0,108	
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	140,026	-0,052	135,447	-0,016	135,425	129,522	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	136,718	-0,052	135,503	-0,022	—	129,565		—
	К—И	7h; 8h; 9h	136,745	-0,052	135,530	-0,022	—	129,565		—
	КНЕ—ПР	7h	140,026	-0,052	135,080	-0,016	135,058	129,155		—
		8h	140,026	-0,052	134,980	-0,016	134,958	129,055		
		9h	140,032	-0,064	134,843	-0,019	134,817	128,916		
	КНЕ—НЕ	7h	139,651	-0,052	135,136	-0,022	—	129,211		—
		8h	139,551	-0,052	135,036	-0,022	—	129,111		
		9h	139,432	-0,064	134,913	-0,026	—	128,986		
КИ—НЕ	7h	139,666	-0,052	135,151	-0,022	—	129,211	—		
	8h	139,566	-0,052	135,051	-0,022	—	129,111			
	9h	139,450	-0,064	134,931	-0,026	—	128,986			

Калибры резьбовые для резьбы S 140×14
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	140,078	-0,064	130,512	-0,032	130,448	115,702	Не более	—
	НЕ	7AZ	134,008	-0,064	131,192	-0,032	131,143	115,702		—
		8AZ	134,207	-0,076	131,388	-0,038	131,330	115,702		
9AZ		134,427	-0,076	131,608	-0,038	131,550	115,702			
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	143,298	Не менее	—	129,433	+0,054	129,520	118,973	+0,054
	НЕ	7h	140,032		128,916	+0,054	128,988	126,089	+0,108	
		8h	140,032		128,776	+0,054	128,848	125,949	+0,108	
		9h	140,038		128,584	+0,066	128,671	125,751	+0,132	
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	140,032	-0,064	129,430	-0,019	129,404	115,619	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	132,319	-0,064	129,500	-0,026	—	115,675		—
	К—И	7h; 8h; 9h	132,352	-0,064	129,533	-0,026	—	115,675		—
	КНЕ—ПР	7h	140,032	-0,064	128,913	-0,019	128,887	115,102		—
		8h	140,032	-0,064	128,773	-0,019	128,747	114,962		
		9h	140,038	-0,076	128,581	-0,022	128,551	114,768		
	КНЕ—НЕ	7h	139,502	-0,064	128,983	-0,026	—	115,172		—
		8h	139,362	-0,064	128,843	-0,026	—	115,032		
		9h	139,188	-0,076	128,665	-0,030	—	114,852		
	КИ—НЕ	7h	139,520	-0,064	129,001	-0,026	—	115,172		—
8h		139,380	-0,064	128,861	-0,026	—	115,032			
9h		139,209	-0,076	128,686	-0,030	—	114,852			

Калибры резьбовые для резьбы S 140×16
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	140,078	-0,064	129,092	-0,032	129,028	112,232	Не более	-
	НЕ	7AZ	133,028	-0,064	129,812	-0,032	129,763	112,232		-
		8AZ	133,237	-0,076	130,018	-0,038	129,960	112,232		-
9AZ		133,467	-0,076	130,248	-0,038	130,190	112,232	-		
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	143,768	Не менее	-	127,933	+0,054	128,020	115,973	+0,054
	НЕ	7h	140,032		-	127,386	+0,054	127,458	124,159	+0,108
		8h	140,032		-	127,236	+0,054	127,308	124,009	+0,108
9h		140,038	-	127,034	+0,056	127,121	123,801	+0,132		
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	140,032	-0,064	127,930	-0,019	127,904	112,149	Не более	-
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	131,219	-0,064	128,000	-0,026	-	112,205		-
	К—И	7h; 8h; 9h	131,252	-0,064	128,033	-0,026	-	112,205		-
	КНЕ—ПР	7h	140,032	-0,064	127,383	-0,019	127,357	111,602		-
		8h	140,032	-0,064	127,233	-0,019	127,207	111,452		-
		9h	140,038	-0,076	127,031	-0,022	127,001	111,248		-
	КНЕ—НЕ	7h	139,472	-0,064	127,453	-0,026	-	111,672		-
		8h	139,322	-0,064	127,303	-0,026	-	111,522		-
		9h	139,138	-0,076	127,115	-0,030	-	111,332		-
КИ—НЕ	7h	139,490	-0,064	127,471	-0,026	-	111,672	-		
	8h	139,340	-0,064	127,321	-0,026	-	111,522	-		
	9h	139,159	-0,076	127,136	-0,030	-	111,332	-		

Калибры резьбовые для резьбы S 140×24
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр	
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.
					Номин.	Пред. откл.			
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	140,092	-0,076	123,353	-0,038	123,277	98,348	—
	НЕ	7AZ	129,037	-0,076	124,218	-0,038	124,160	98,348	Не более
		8AZ	129,257	-0,076	124,438	-0,038	124,380	98,348	
9AZ		129,552	-0,096	124,728	-0,048	124,655	98,348		
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	145,652	—	121,933	+0,054	122,020	103,973	+0,054
	НЕ	7h	140,032	—	121,276	+0,054	121,348	116,449	+0,108
		8h	140,038		121,084	+0,066	121,171	116,251	+0,132
9h		140,038	120,874		+0,066	120,961	116,041	+0,132	
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	140,032	-0,054	121,930	-0,019	121,904	98,265	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	126,819	-0,054	122,000	-0,026	—	98,321	—
	К—И	7h; 8h; 9h	126,852	-0,064	122,033	-0,026	—	98,321	—
	КНЕ—ПР	7h	140,032	-0,064	121,273	-0,019	121,247	97,608	Не более
		8h	140,038	-0,076	121,081	-0,022	121,051	97,414	
		9h	140,038	-0,076	120,871	-0,022	120,841	97,204	
	КНЕ—НЕ	7h	139,362	-0,064	121,343	-0,026	—	97,678	—
		8h	139,188	-0,076	121,165	-0,030	—	97,498	
		9h	138,978	-0,076	120,955	-0,030	—	97,288	
КИ—НЕ	7h	139,380	-0,064	121,361	-0,026	—	97,678	—	
	8h	139,209	-0,076	121,186	-0,030	—	97,498		
	9h	138,999	-0,076	120,976	-0,030	—	97,288		

Калибры резьбовые для резьбы S 150×6
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	150,061	-0,052	146,258	-0,026	146,206	139,586	Не более	—
	НЕ	7AZ	147,949	-0,052	146,736	-0,026	146,695	139,586		—
		8AZ	148,088	-0,064	146,872	-0,032	146,823	139,586		
9AZ		148,258	-0,064	147,042	-0,032	146,993	139,586			
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	151,414	Не менее	—	145,450	+0,042	145,519	140,979	+0,042
	НЕ	7h	150,026		145,083	+0,042	145,140	143,862	+0,084	
		8h	150,026		144,983	+0,042	145,040	143,762	+0,084	
9h		150,032	144,846	+0,054	144,918	143,619	+0,108			
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	150,026	-0,052	145,447	-0,016	145,425	139,522	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	146,718	-0,052	145,503	-0,022	—	139,565		—
	К—И	7h; 8h; 9h	146,745	-0,052	145,530	-0,022	—	139,565		—
	КНЕ—ПР	7h	150,026	-0,052	145,080	-0,016	145,058	139,155		—
		8h	150,026	-0,052	144,980	-0,016	144,958	139,055		
		9h	150,032	-0,064	144,843	-0,019	144,817	138,916		
	КНЕ—НЕ	7h	149,651	-0,052	145,136	-0,022	—	139,211		—
		8h	149,551	-0,052	145,036	-0,022	—	139,111		
9h		149,432	-0,064	144,913	-0,026	—	138,986			
КИ—НЕ	7h	149,666	-0,052	145,151	-0,022	—	139,211	—		
	8h	149,566	-0,052	145,051	-0,022	—	139,111			
	9h	149,450	-0,064	144,931	-0,026	—	138,986			

Калибры резьбовые для резьбы S 150×16

Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номинал.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номинал.	Пред. откл.	
					Номинал.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	150,078	-0,064	139,092	-0,032	139,028	122,232	Не более	—
	НЕ	7AZ	143,028	-0,064	139,812	-0,032	139,763	122,232		—
		8AZ	143,237	-0,076	140,018	-0,038	139,960	122,232		
9AZ		143,467	-0,076	140,248	-0,038	140,190	122,232			
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	153,768	Не менее	—	137,933	+0,054	138,020	125,973	+0,054
	НЕ	7h	150,032		—	137,386	+0,054	137,458	134,159	+0,108
		8h	150,032		—	137,236	+0,054	137,308	134,009	+0,108
9h		150,038	—	137,034	+0,066	137,121	133,801	+0,132		
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	150,032	-0,064	137,930	-0,019	137,904	122,149	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	141,219	-0,064	138,000	-0,026	—	122,205		—
	К—И	7h; 8h; 9h	141,252	-0,064	138,033	-0,026	—	122,205		—
	КНЕ—ПР	7h	150,032	-0,064	137,383	-0,019	137,357	121,602		—
		8h	150,032	-0,064	137,233	-0,019	137,207	121,452		
		9h	150,038	-0,076	137,031	-0,022	137,001	121,248		
	КНЕ—НЕ	7h	149,472	-0,064	137,453	-0,026	—	121,672		—
		8h	149,322	-0,064	137,303	-0,026	—	121,522		
		9h	149,138	-0,076	137,115	-0,030	—	121,332		
КИ—НЕ	7h	149,490	-0,064	137,471	-0,026	—	121,672	—		
	8h	149,340	-0,064	137,321	-0,026	—	121,522			
	9h	149,159	-0,076	137,136	-0,030	—	121,332			

Калибры резьбовые для резьбы S 150×24
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	150,092	-0,076	133,353	-0,038	133,277	108,348	Не более	—
	НЕ	7AZ	139,037	-0,076	134,218	-0,038	134,160	108,348		—
		8AZ	139,257	-0,076	134,438	-0,038	134,380	108,348		—
9AZ		139,552	-0,096	134,728	-0,048	134,655	108,348	—		
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	155,652	Не менее	—	131,933	+0,054	132,020	113,973	+0,054
	НЕ	7h	150,032		—	131,276	+0,054	131,348	126,449	+0,108
		8h	150,038		—	131,084	+0,066	131,171	126,251	+0,132
9h		150,038	—	130,874	+0,066	130,961	126,041	+0,132		
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	150,032	-0,064	131,930	-0,019	131,904	108,265	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	136,819	-0,064	132,000	-0,026	—	108,321		—
	К—И	7h; 8h; 9h	136,852	-0,064	132,033	-0,026	—	108,321		—
	КНЕ—ПР	7h	150,032	-0,064	131,273	-0,019	131,247	107,608		—
		8h	150,038	-0,076	131,081	-0,022	131,051	107,414		—
		9h	150,038	-0,076	130,871	-0,022	130,841	107,204		—
	КНЕ—НЕ	7h	149,362	-0,064	131,343	-0,026	—	107,678		—
		8h	149,188	-0,076	131,165	-0,030	—	107,498		—
9h		148,978	-0,076	130,955	-0,030	—	107,288	—		
КИ—НЕ	7h	149,380	-0,064	131,361	-0,026	—	107,678	—		
	8h	149,209	-0,076	131,186	-0,030	—	107,498	—		
	9h	148,999	-0,076	130,976	-0,030	—	107,288	—		

Калибры резьбовые для резьбы S 160×6
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	160,061	-0,052	155,258	-0,026	156,206	149,586	Не более	-
	НЕ	7AZ	157,949	-0,052	156,736	-0,026	156,695	149,586		-
		8AZ	158,088	-0,064	156,872	-0,032	156,823	149,586		
9AZ		158,258	-0,064	157,042	-0,032	156,993	149,586			
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	161,414	Не менее	-	155,450	+0,042	155,519	150,979	+0,042
	НЕ	7h	160,026		-	155,083	+0,042	155,140	153,862	+0,084
		8h	160,026		-	154,983	+0,042	155,040	153,762	+0,084
9h		160,032	-	154,846	+0,054	154,918	153,619	+0,108		
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	160,026	-0,052	155,447	-0,016	155,425	149,522	Не более	-
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	156,718	-0,052	155,503	-0,022	-	149,565		-
	К—И	7h; 8h; 9h	156,745	-0,052	155,530	-0,022	-	149,565		-
	КНЕ—ПР	7h	160,026	-0,052	155,080	-0,016	155,058	149,155		-
		8h	160,026	-0,052	154,980	-0,016	154,958	149,055		
		9h	160,032	-0,064	154,843	-0,019	154,817	148,916		
	КНЕ—НЕ	7h	159,651	-0,052	155,136	-0,022	-	149,211		-
		8h	159,551	-0,052	155,036	-0,022	-	149,111		
9h		159,432	-0,064	154,913	-0,026	-	148,986			
КИ—НЕ	7h	159,666	-0,052	155,151	-0,022	-	149,211	-		
	8h	159,566	-0,052	155,051	-0,022	-	149,111			
	9h	159,450	-0,064	154,931	-0,026	-	148,986			

Калибры резьбовые для резьбы S 160×8
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	160,078	-0,064	154,812	-0,032	154,748	146,116	Не более	—
	НЕ	7AZ	156,958	-0,064	155,342	-0,032	155,293	146,116		—
		8AZ	157,108	-0,064	155,492	-0,032	155,443	146,116		—
9AZ		157,307	-0,076	155,688	-0,038	155,630	146,116	—		
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	161,884	Не менее	—	153,950	+0,042	154,019	147,979	+0,042
	НЕ	7h	160,026		153,533	+0,042	153,590	151,912	+0,084	
		8h	160,032		153,416	+0,054	153,488	151,789	+0,108	
9h		160,032	153,276	+0,054	153,348	151,649	+0,108			
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	160,026	-0,052	153,947	-0,016	153,925	146,052	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	155,618	-0,052	154,003	-0,022	—	146,095		—
	К—И	7h; 8h; 9h	155,645	-0,052	154,030	-0,022	—	146,095		—
	КНЕ—ПР	7h	160,026	-0,052	153,530	-0,016	153,508	145,635		—
		8h	160,032	-0,064	153,413	-0,019	153,387	145,516		
		9h	160,032	-0,064	153,273	-0,019	153,247	145,376		
	КНЕ—НЕ	7h	159,601	-0,052	153,586	-0,022	—	145,691		—
		8h	159,502	-0,064	153,483	-0,026	—	145,586		
		9h	159,362	-0,064	153,343	-0,026	—	145,446		
КИ—НЕ	7h	159,616	-0,052	153,601	-0,022	—	145,691	—		
	8h	159,520	-0,064	153,501	-0,026	—	145,586			
	9h	159,380	-0,064	153,361	-0,026	—	145,446			

Калибры резьбовые для резьбы S 160×16
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	160,078	-0,064	149,092	-0,032	149,028	132,232	Не более	—
	НЕ	7AZ	153,028	-0,064	149,812	-0,032	149,763	132,232		—
		8AZ	153,237	-0,076	150,018	-0,038	149,960	132,232		
9AZ		153,467	-0,076	150,248	-0,038	150,190	132,232			
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	163,768	Не менее	—	147,933	+0,054	148,020	135,973	+0,054
	НЕ	7h	160,032		147,386	+0,054	147,458	144,159	+0,108	
		8h	160,032		147,236	+0,054	147,308	144,009	+0,108	
9h		160,038	147,034	+0,066	147,121	143,801	+0,132			
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	160,032	-0,064	147,930	-0,019	147,904	132,149	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	151,219	-0,064	148,000	-0,026	—	132,205		—
	К—И	7h; 8h; 9h	151,252	-0,064	148,033	-0,026	—	132,205		—
	КНЕ—ПР	7h	160,032	-0,064	147,383	-0,019	147,357	131,602		—
		8h	160,032	-0,064	147,233	-0,019	147,207	131,452		
		9h	160,038	-0,076	147,031	-0,022	147,001	131,248		
	КНЕ—НЕ	7h	159,472	-0,064	147,453	-0,026	—	131,672		—
		8h	159,322	-0,064	147,303	-0,026	—	131,522		
9h		159,138	-0,076	147,115	-0,030	—	131,332			
КИ—НЕ	7h	159,490	-0,064	147,471	-0,026	—	131,672	—		
	8h	159,340	-0,064	147,321	-0,026	—	131,522			
	9h	159,159	-0,076	147,136	-0,030	—	131,332			

Калибры резьбовые для резьбы S 160×24
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	160,092	-0,076	143,353	-0,038	143,277	118,348	Не более	—
	НЕ	7AZ	149,037	-0,076	144,218	-0,038	144,160	118,348		—
		8AZ	149,257	-0,076	144,438	-0,038	144,380	118,348		
9AZ		149,552	-0,096	144,728	-0,048	144,655	118,348			
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	165,652	Не менее	—	141,933	+0,054	142,020	123,973	+0,054
	НЕ	7h	160,032		141,276	+0,054	141,348	136,449	+0,108	
		8h	160,038		141,084	+0,066	141,171	136,251	+0,132	
9h		160,038	140,874	+0,066	140,961	136,041	+0,132			
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	160,032	-0,064	141,930	-0,019	141,904	118,265	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	146,819	-0,064	142,000	-0,026	—	118,321		—
	К—И	7h; 8h; 9h	146,852	-0,064	142,033	-0,026	—	118,321		—
	КНЕ—ПР	7h	160,032	-0,064	141,273	-0,019	141,247	117,608		—
		8h	160,038	-0,076	141,081	-0,022	141,051	117,414		
		9h	160,038	-0,076	140,871	-0,022	140,841	117,204		
	КНЕ—НЕ	7h	159,362	-0,064	141,343	-0,026	—	117,678		—
		8h	159,188	-0,076	141,165	-0,030	—	117,498		
9h		158,978	-0,076	140,955	-0,030	—	117,288			
КИ—НЕ	7h	159,380	-0,064	141,361	-0,026	—	117,678	—		
	8h	159,209	-0,076	141,186	-0,030	—	117,498			
	9h	158,999	-0,076	140,976	-0,030	—	117,288			

Калибры резьбовые для резьбы S 160×28
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр	
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.
					Номин.	Пред. откл.			
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	160,092	-0,076	140,523	-0,038	140,447	111,406	—
	НЕ	7AZ	147,057	-0,076	141,438	-0,038	141,380	111,406	Не более
		8AZ	147,287	-0,076	141,668	-0,038	141,610	111,406	
9AZ		147,622	-0,096	141,998	-0,048	141,925	111,406		
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	166,594	—	138,933	+0,054	139,020	117,973	+0,054
	НЕ	7h	160,032	—	138,236	+0,054	138,308	132,609	+0,108
		8h	160,038		138,034	+0,066	138,121	132,401	+0,132
9h		160,038	137,814		+0,066	137,901	132,181	+0,132	
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	160,032	-0,064	138,930	-0,019	138,904	111,323	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	144,619	-0,064	139,000	-0,026	—	111,379	—
	К—И	7h; 8h; 9h	144,652	-0,064	139,033	-0,026	—	111,379	—
	КНЕ—ПР	7h	160,032	-0,064	138,233	-0,019	138,207	110,626	Не более
		8h	160,038	-0,076	138,031	-0,022	138,001	110,422	
		9h	160,038	-0,076	137,811	-0,022	137,781	110,202	
	КНЕ—НЕ	7h	159,322	-0,064	138,303	-0,026	—	110,696	—
		8h	159,138	-0,076	138,115	-0,030	—	110,503	
		9h	158,918	-0,076	137,895	-0,030	—	110,286	
КИ—НЕ	7h	159,340	-0,064	138,321	-0,026	—	110,696	—	
	8h	159,159	-0,076	138,136	-0,030	—	110,506		
	9h	158,939	-0,076	137,916	-0,030	—	110,286		

Калибры резьбовые для резьбы S 170×6
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	170,061	-0,052	166,258	-0,026	166,206	159,586	Не более	—
	НЕ	7AZ	167,949	-0,052	166,736	-0,026	166,695	159,586		—
		8AZ	168,088	-0,064	166,872	-0,032	166,823	159,586		—
9AZ		168,258	-0,064	167,042	-0,032	166,993	159,586	—		
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	171,414	Не менее	165,450	+0,042	165,519	160,979	+0,042	
	НЕ	7h	170,026		165,083	+0,042	165,140	163,862	+0,084	
		8h	170,026		164,983	+0,042	165,040	163,762	+0,084	
9h		170,032	164,846	+0,054	164,918	163,619	+0,108			
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	170,026	-0,052	165,447	-0,016	165,425	159,522	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	166,718	-0,052	165,503	-0,022	—	159,565		—
	К—И	7h; 8h; 9h	166,745	-0,052	165,530	-0,022	—	159,565		—
	КНЕ—ПР	7h	170,026	-0,052	165,080	-0,016	165,058	159,155		—
		8h	170,026	-0,052	164,980	-0,016	164,958	159,055		
		9h	170,032	-0,064	164,843	-0,019	164,817	158,916		
	КНЕ—НЕ	7h	169,651	-0,052	165,136	-0,022	—	159,211		—
		8h	169,551	-0,052	165,036	-0,022	—	159,111		
		9h	169,432	-0,064	164,913	-0,026	—	158,986		
КИ—НЕ	7h	169,666	-0,052	165,151	-0,022	—	159,211	—		
	8h	169,566	-0,052	165,051	-0,022	—	159,111			
	9h	169,450	-0,064	164,931	-0,026	—	158,986			

Калибры резьбовые для резьбы S 170×8
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	170,078	-0,064	164,812	-0,032	164,748	156,116	Не более	—
	НЕ	7AZ	166,958	-0,064	165,342	-0,032	165,293	156,116		—
		8AZ	167,108	-0,064	165,492	-0,032	165,443	156,116		—
9AZ		167,307	-0,076	165,688	-0,038	165,630	156,116	—		
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	171,884	Не менее	163,950	+0,042	164,019	157,979	Не более	+0,042
	НЕ	7h	170,026		163,533	+0,042	163,590	161,912		+0,084
		8h	170,032		163,416	+0,054	163,488	161,789		+0,108
9h		170,032	163,276	+0,054	163,348	161,649	+0,108			
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	170,026	-0,052	163,947	-0,016	163,925	156,052	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	165,618	-0,052	164,003	-0,022	—	156,095		—
	К—И	7h; 8h; 9h	165,645	-0,052	164,030	-0,022	—	156,095		—
	КНЕ—ПР	7h	170,026	-0,052	163,530	-0,016	163,508	155,635		—
		8h	170,032	-0,064	163,413	-0,019	163,387	155,516		—
		9h	170,032	-0,064	163,273	-0,019	163,247	155,376		—
	КНЕ—НЕ	7h	169,601	-0,052	163,586	-0,022	—	155,691		—
		8h	169,502	-0,064	163,483	-0,026	—	155,586		—
		9h	169,362	-0,064	163,343	-0,026	—	155,446		—
КИ—НЕ	7h	169,616	-0,052	163,601	-0,022	—	155,691	—		
	8h	169,520	-0,064	163,501	-0,026	—	155,586	—		
	9h	169,380	-0,064	163,361	-0,026	—	155,446	—		

Калибры резьбовые для резьбы S 170×16
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	170,078	-0,064	159,092	-0,032	159,028	142,232	Не более	—
	НЕ	7AZ	163,028	-0,064	159,812	-0,032	159,763	142,232		—
		8AZ 9AZ	163,237 163,467	-0,076 -0,076	160,018 160,248	-0,038 -0,038	159,960 160,190	142,232 142,232		
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	173,768	Не менее	—	157,933	+0,054	158,020	145,973	+0,054
	НЕ	7h	170,032		—	157,386	+0,054	157,458	154,159	+0,108
		8h 9h	170,032 170,038		—	157,236 157,034	+0,054 +0,066	157,308 157,121	154,009 153,801	+0,108 +0,132
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	170,032	-0,064	157,930	-0,019	157,904	142,149	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	161,219	-0,064	158,000	-0,026	—	142,205		—
	К—И	7h; 8h; 9h	161,252	-0,064	158,033	-0,026	—	142,205		—
	КНЕ—ПР	7h	170,032	-0,064	157,383	-0,019	157,357	141,602		—
		8h	170,032	-0,064	157,233	-0,019	157,207	141,452		
		9h	170,038	-0,076	157,031	-0,022	157,001	141,248		
	КНЕ—НЕ	7h	169,472	-0,064	157,453	-0,026	—	141,672		—
		8h	169,322	-0,064	157,303	-0,026	—	141,522		
		9h	169,138	-0,076	157,115	-0,030	—	141,332		
КИ—НЕ	7h	169,490	-0,064	157,471	-0,026	—	141,672	—		
	8h	169,340	-0,064	157,321	-0,026		141,522			
	9h	169,159	-0,076	157,136	-0,030		141,332			

Калибры резьбовые для резьбы S 170×24
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	170,092	-0,076	153,353	-0,038	153,277	128,348	Не более	-
	НЕ	7AZ	159,037	-0,076	154,218	-0,038	154,160	128,348		-
		8AZ	159,257	-0,076	154,438	-0,038	154,380	128,348		-
9AZ		159,552	-0,096	154,728	-0,048	154,655	128,348	-		
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	175,652	Не менее	151,933	+0,054	152,020	133,973	+0,054	
	НЕ	7h	170,032		151,276	+0,054	151,348	146,449	+0,108	
		8h	170,038		151,084	+0,066	151,171	146,251	+0,132	
9h		170,038	150,874	+0,066	150,961	146,041	+0,132			
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	170,032	-0,064	151,930	-0,019	151,904	128,265	-	
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	156,819	-0,064	152,000	-0,026	—	128,321	-	
	К—И	7h; 8h; 9h	156,852	-0,064	152,033	-0,026	—	128,321	-	
	КНЕ—ПР	7h	170,032	-0,064	151,273	-0,019	151,247	127,608	Не более	-
		8h	170,038	-0,076	151,081	-0,022	151,051	127,414		-
		9h	170,038	-0,076	150,871	-0,022	150,841	127,204		-
	КНЕ—НЕ	7h	169,362	-0,064	151,343	-0,026	—	127,678	-	-
		8h	169,188	-0,076	151,165	-0,030	—	127,498		-
		9h	168,978	-0,076	150,955	-0,030	—	127,288		-
КИ—НЕ	7h	169,380	-0,064	151,361	-0,026	—	127,678	-	-	
	8h	169,209	-0,076	151,186	-0,030	—	127,498		-	
	9h	168,999	-0,076	150,976	-0,030	—	127,288		-	

Калибры резьбовые для резьбы S 170×28
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изоношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	170,092	-0,076	150,523	-0,038	150,447	121,406	Не более	-
	НЕ	7AZ	157,057	-0,076	151,438	-0,038	151,380	121,406		-
		8AZ	157,287	-0,076	151,668	-0,038	151,610	121,406		
9AZ		157,622	-0,096	151,998	-0,048	151,925	121,406			
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	176,594	Не менее	-	148,933	+0,054	149,020	127,973	+0,054
	НЕ	7h	170,032		-	148,236	+0,054	148,308	142,609	+0,108
		8h	170,038			148,034	+0,066	148,121	142,401	+0,132
9h		170,038	147,814	+0,066		147,901	142,181	+0,132		
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	170,032	-0,064	148,930	-0,019	148,904	121,323	Не более	-
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	154,619	-0,064	149,000	-0,026	-	121,379		-
	К—И	7h; 8h; 9h	154,652	-0,064	149,033	-0,026	-	121,379		-
	КНЕ—ПР	7h	170,032	-0,064	148,233	-0,019	148,207	120,626		-
		8h	170,038	-0,076	148,031	-0,022	148,001	120,422		
		9h	170,038	-0,076	147,811	-0,022	147,781	120,202		
	КНЕ—НЕ	7h	169,322	-0,064	148,303	-0,026	-	120,696		-
		8h	169,138	-0,076	148,115	-0,030	-	120,506		
		9h	168,918	-0,076	147,895	-0,030	-	120,286		
КИ—НЕ	7h	169,340	-0,064	148,321	-0,026	-	120,696	-		
	8h	169,159	-0,076	148,136	-0,030	-	120,506			
	9h	168,939	-0,076	147,916	-0,030	-	120,286			

Калибры резьбовые для резьбы S 180×8
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	180,078	-0,064	174,812	-0,032	174,748	166,116	Не более	—
	НЕ	7AZ	176,958	-0,064	175,342	-0,032	175,293	166,116		—
		8AZ	177,108	-0,064	175,492	-0,032	175,443	166,116		—
9AZ		177,307	-0,076	175,688	-0,038	175,630	166,116	—		
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	181,884	Не менее	—	173,950	+0,042	174,019	167,979	+0,042
	НЕ	7h	180,026		173,533	+0,042	173,590	171,912	+0,084	
		8h	180,032		173,416	+0,054	173,488	171,789	+0,108	
9h		180,032	173,276	+0,054	173,348	171,649	+0,108			
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	180,026	-0,052	173,947	-0,016	173,925	166,052	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	175,618	-0,052	174,003	-0,022	—	166,095		—
	К—И	7h; 8h; 9h	175,645	-0,052	174,030	-0,022	—	166,095		—
	КНЕ—ПР	7h	180,026	-0,052	173,530	-0,016	173,508	165,635		—
		8h	180,032	-0,064	173,413	-0,019	173,387	165,516		
		9h	180,032	-0,064	173,273	-0,019	173,247	165,376		
	КНЕ—НЕ	7h	179,601	-0,052	173,586	-0,022	—	165,691		—
		8h	179,502	-0,064	173,483	-0,026		165,586		
		9h	179,362	-0,064	173,343	-0,026		165,446		
КИ—НЕ	7h	179,616	-0,052	173,601	-0,022	—	165,691	—		
	8h	179,520	-0,064	173,501	-0,026		165,586			
	9h	179,380	-0,064	173,361	-0,026		165,446			

Калибры резьбовые для резьбы S 180×18
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр			
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.		
					Номин.	Пред. откл.					
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	180,078	-0,064	167,652	-0,032	167,588	148,760	Не более	—	
	НЕ	7AZ	172,038	-0,064	168,422	-0,032	168,373	148,760		—	
		8AZ	172,247	-0,076	168,628	-0,038	168,570	148,760		—	
9AZ		172,512	-0,096	168,888	-0,048	168,815	148,760	—			
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	184,240	Не менее	—	166,433	+0,054	166,520	152,973	+0,054	
	НЕ	7h	180,032		165,846	+0,054	165,918	162,219	+0,108		
		8h	180,032		165,696	+0,054	165,768	162,069	+0,108		
9h		180,038	165,484	+0,066	165,571	161,851	+0,132				
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	180,032	-0,064	166,430	-0,019	166,404	148,677	Не более	—	
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	170,119	-0,064	166,500	-0,026	—	148,733		—	
	К—И	7h; 8h; 9h	170,152	-0,064	166,533	-0,026	—	148,733		—	
	КНЕ—ПР	7h	180,032	-0,064	165,843	-0,019	165,817	148,090		—	—
		8h	180,032	-0,064	165,693	-0,019	165,667	147,940			—
		9h	180,038	-0,076	165,481	-0,022	165,451	147,726			—
	КНЕ—НЕ	7h	179,432	-0,064	165,913	-0,026	—	148,160		—	—
		8h	179,282	-0,064	165,763	-0,026	—	148,010			—
		9h	179,088	-0,076	165,565	-0,030	—	147,810			—
КИ—НЕ	7h	179,450	-0,064	165,931	-0,026	—	148,160	—	—		
	8h	179,300	-0,064	165,781	-0,026	—	148,010		—		
	9h	179,109	-0,076	165,586	-0,030	—	147,810		—		

Калибры резьбовые для резьбы S 180×20
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	180,078	-0,064	166,212	-0,032	166,148	145,290	Не более	—
	НЕ	7AZ	170,998	-0,064	166,982	-0,032	166,933	145,290		—
		8AZ	171,207	-0,076	167,188	-0,038	167,130	145,290		—
9AZ		171,472	-0,096	167,448	-0,048	167,375	145,290	—		
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	184,710	Не менее	164,933	+0,054	165,020	149,973	+0,054	
	НЕ	7h	180,032		164,346	+0,054	164,418	160,319	+0,108	
		8h	180,032		164,196	+0,054	164,268	160,169	+0,108	
9h		180,038	163,984	+0,066	164,071	159,951	+0,132			
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	180,032	-0,064	164,930	-0,019	164,904	145,207	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	169,019	-0,064	165,000	-0,026	—	145,263		—
	К—И	7h; 8h; 9h	169,052	-0,064	165,033	-0,026	—	145,263		—
	КНЕ—ПР	7h	180,032	-0,064	164,343	-0,019	164,317	144,620		—
		8h	180,032	-0,064	164,193	-0,019	164,167	144,470		
		9h	180,038	-0,076	163,981	-0,022	163,951	144,256		
	КНЕ—НЕ	7h	179,432	-0,064	164,413	-0,026	—	144,690		—
		8h	179,282	-0,064	164,263	-0,026	—	144,540		
		9h	179,088	-0,076	164,065	-0,030	—	144,340		
КИ—НЕ	7h	179,450	-0,064	164,431	-0,026	—	144,690	—		
	8h	179,300	-0,064	164,281	-0,026	—	144,540			
	9h	179,109	-0,076	164,086	-0,030	—	144,340			

Калибры резьбовые для резьбы S 180×28
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр	
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.
					Номин.	Пред. откл.			
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	180,092	-0,076	160,523	-0,038	160,447	131,406	—
	НЕ	7AZ	167,057	-0,076	161,438	-0,038	161,380	131,406	Не более
		8AZ	167,287	-0,076	161,668	-0,038	161,610	131,406	
9AZ		167,622	-0,096	161,998	-0,048	161,925	131,406		
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	186,594	—	158,933	+0,054	159,020	137,973	+0,054
	НЕ	7h	180,032	Не менее	158,236	+0,054	158,308	152,609	+0,108
		8h	180,038		158,034	+0,066	158,121	152,401	+0,132
9h		180,038	157,814		+0,066	157,901	152,181	+0,132	
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	180,032	-0,064	158,930	-0,019	158,904	131,323	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	164,619	-0,064	158,000	-0,026	—	131,379	—
	К—И	7h; 8h; 9h	164,652	-0,064	159,033	-0,026	—	131,379	—
	КНЕ—ПР	7h	180,032	-0,064	158,233	-0,019	158,207	130,626	Не более
		8h	180,038	-0,076	158,031	-0,022	158,001	130,422	
		9h	180,038	-0,076	157,811	-0,022	157,781	130,202	
	КНЕ—НЕ	7h	179,322	-0,064	158,303	-0,026	—	130,696	—
		8h	179,138	-0,076	158,115	-0,030	—	130,506	
9h		178,918	-0,076	157,895	-0,030	—	130,286		
КИ—НЕ	7h	179,340	-0,064	158,321	-0,026	—	130,696	—	
	8h	179,159	-0,076	158,136	-0,030	—	130,506		
	9h	178,939	-0,076	157,916	-0,030	—	130,286		

Калибры резьбовые для резьбы S 180×32
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	180,092	—0,076	157,623	—0,038	157,547	124,462	Не более	—
	НЕ	7AZ	165,007	—0,076	158,588	—0,038	158,530	124,462		—
		8AZ	165,272	—0,096	158,848	—0,048	158,775	124,462		
9AZ		165,622	—0,096	159,198	—0,048	159,125	124,462			
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	187,538	Не менее	—	155,933	+0,054	156,020	131,973	+0,054
	НЕ	7h	180,032		155,196	+0,054	155,268	148,769	+0,108	
		8h	180,038		154,984	+0,066	155,071	148,551	+0,132	
9h		180,038	154,754	+0,066	154,841	148,321	+0,132			
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	180,032	—0,064	155,930	—0,019	155,904	124,379	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	162,419	—0,064	156,000	—0,026	—	124,435		—
	К—И	7h; 8h; 9h	162,452	—0,064	156,033	—0,026	—	124,435		—
	КНЕ—ПР	7h	180,032	—0,064	155,193	—0,019	155,167	123,642		—
		8h	180,038	—0,076	154,981	—0,022	154,951	123,428		
		9h	180,038	—0,076	154,751	—0,022	154,721	123,198		
	КНЕ—НЕ	7h	179,282	—0,064	155,263	—0,026	—	123,712		—
		8h	179,088	—0,076	155,065	—0,030	—	123,512		
		9h	178,858	—0,076	154,835	—0,030	—	123,282		
КИ—НЕ	7h	179,300	—0,064	155,281	—0,026	—	123,712	—		
	8h	179,109	—0,076	155,086	—0,030	—	123,512			
	9h	178,879	—0,076	154,856	—0,030	—	123,822			

Калибры резьбовые для резьбы S 190×8
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	190,078	-0,064	184,812	-0,032	184,748	176,116	Не более	—
	НЕ	7AZ	186,998	-0,064	185,382	-0,032	185,333	176,116		—
		8AZ	187,148	-0,064	185,532	-0,032	185,483	176,116		
9AZ		187,357	-0,076	185,738	-0,038	185,680	176,116			
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	191,884	Не менее	—	183,950	+0,042	184,019	177,979	+0,042
	НЕ	7h	190,026		—	183,508	+0,042	183,565	181,887	+0,084
		8h	190,032			183,386	+0,054	183,458	181,759	+0,108
9h		190,032	183,236	+0,054		183,308	181,609	+0,108		
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	190,026	-0,052	183,947	-0,016	183,925	176,052	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	185,618	-0,052	184,003	-0,022	—	176,095		—
	К—И	7h; 8h; 9h	185,645	-0,052	184,030	-0,022	—	176,095		—
	КНЕ—ПР	7h	190,026	-0,052	183,505	-0,016	183,483	175,610		—
		8h	190,032	-0,064	183,383	-0,019	183,357	175,486		
		9h	190,032	-0,064	183,233	-0,019	183,207	175,336		
	КНЕ—НЕ	7h	189,576	-0,052	183,561	-0,022	—	175,666		—
		8h	189,472	-0,064	183,453	-0,026	—	175,556		
9h		189,322	-0,064	183,303	-0,026	—	175,406			
КИ—НЕ	7h	189,591	-0,052	183,576	-0,022	—	175,666	—		
	8h	189,490	-0,064	183,471	-0,026	—	175,556			
	9h	189,340	-0,064	183,321	-0,026	—	175,406			

Калибры резьбовые для резьбы S 190×18
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	190,092	-0,076	177,663	-0,038	177,587	158,760	Не более	—
	НЕ	7AZ	182,097	-0,076	178,478	-0,038	178,420	158,760		—
		8AZ	182,307	-0,076	178,688	-0,038	178,630	158,760		
9AZ		182,582	-0,096	178,958	-0,048	178,885	158,760			
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	194,240	—	176,433	+0,054	176,520	162,973	Не менее	+0,054
	НЕ	7h	190,032	—	175,816	+0,054	175,888	172,189		+0,108
		8h	190,032		175,646	+0,054	175,718	172,019		+0,108
9h		190,038	175,434		+0,066	175,521	171,801	+0,132		
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	190,032	-0,064	176,430	-0,019	176,404	158,677	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	180,119	-0,064	176,500	-0,026	—	158,733		—
	К—И	7h; 8h; 9h	180,152	-0,064	176,533	-0,026	—	158,733		—
	КНЕ—ПР	7h	190,032	-0,064	175,813	-0,019	175,787	158,060		—
		8h	190,032	-0,064	175,643	-0,019	175,617	157,890		
		9h	190,038	-0,076	175,431	-0,022	175,401	157,676		
	КНЕ—НЕ	7h	189,402	-0,064	175,883	-0,026	—	158,130		—
		8h	189,232	-0,064	175,713	-0,026	—	157,960		
		9h	189,038	-0,076	175,515	-0,030	—	157,760		
КИ—НЕ	7h	189,420	-0,064	175,901	-0,026	—	158,130	—		
	8h	189,250	-0,064	175,731	-0,026		157,960			
	9h	189,059	-0,076	175,536	-0,030		157,760			

Калибры резьбовые для резьбы S 190×20
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	190,092	-0,076	176,223	-0,038	176,147	155,290	Не более	—
	НЕ	7AZ	181,107	-0,076	177,088	-0,038	177,030	155,290		—
		8AZ	181,327	-0,076	177,308	-0,038	177,250	155,290		—
9AZ		181,622	-0,096	177,598	-0,048	177,525	155,290	—		
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	194,710	Не менее	—	174,933	+0,054	175,020	159,973	+0,054
	НЕ	7h	190,032		174,276	+0,054	174,348	170,249	+0,108	
		8h	190,038		174,084	+0,066	174,171	170,051	+0,132	
9h		190,038	173,874	+0,056	173,961	169,841	+0,132			
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	190,032	-0,064	174,930	-0,019	174,904	155,207	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	179,019	-0,064	175,000	-0,026	—	155,263		—
	К—И	7h; 8h; 9h	179,052	-0,064	175,033	-0,026	—	155,263		—
	КНЕ—ПР	7h	190,032	-0,064	174,273	-0,019	174,247	154,550		—
		8h	190,038	-0,076	174,081	-0,022	174,051	154,356		
		9h	190,038	-0,076	173,871	-0,022	173,841	154,146		
	КНЕ—НЕ	7h	189,362	-0,064	174,343	-0,026	—	154,620		—
		8h	189,188	-0,076	174,165	-0,030	—	154,440		
		9h	188,978	-0,076	173,955	-0,030	—	154,230		
КИ—НЕ	7h	189,380	-0,064	174,361	-0,026	—	154,620	—		
	8h	189,209	-0,076	174,186	-0,030	—	154,440			
	9h	188,999	-0,076	173,976	-0,030	—	154,230			

Калибры резьбовые для резьбы S 190×32
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	190,092	-0,076	167,623	-0,038	167,547	134,462	Не более	—
	НЕ	7AZ	175,067	-0,076	168,648	-0,038	168,590	134,462		—
		8AZ	175,342	-0,096	168,918	-0,048	168,845	134,462		
9AZ		175,722	-0,096	169,298	-0,048	169,225	134,462			
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	197,538	Не менее	—	165,933	+0,054	166,020	141,973	+0,054
	НЕ	7h	190,032		165,146	+0,054	165,218	158,719	+0,108	
		8h	190,038		164,934	+0,066	165,021	158,501	+0,132	
9h		190,048	164,670	+0,080	164,778	158,230	+0,160			
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	190,032	-0,064	165,930	-0,019	165,904	134,379	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	172,419	-0,064	166,000	-0,026	—	134,435		—
	К—И	7h; 8h; 9h	172,452	-0,064	166,033	-0,026	—	134,435		—
	КНЕ—ПР	7h	190,032	-0,064	165,143	-0,019	165,117	133,592		—
		8h	190,038	-0,076	164,931	-0,022	164,901	133,378		
		9h	190,048	-0,096	164,667	-0,029	164,629	133,110		
	КНЕ—НЕ	7h	189,232	-0,064	165,213	-0,026	—	133,662		—
		8h	189,038	-0,076	165,015	-0,030	—	133,462		
		9h	188,798	-0,096	164,769	-0,038	—	133,212		
КИ—НЕ	7h	189,250	-0,064	165,231	-0,026	—	133,662	—		
	8h	189,059	-0,076	165,036	-0,030	—	133,462			
	9h	188,826	-0,096	164,797	-0,038	—	133,212			

Калибры резьбовые для резьбы S 200×8
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	200,078	—0,064	194,812	—0,032	194,748	186,116	Не более	—
	НЕ	7AZ 8AZ 9AZ	196,998	—0,064	195,382	—0,032	195,333	186,116		—
			197,148	—0,064	195,532	—0,032	195,483	186,116		—
197,357			—0,076	195,738	—0,038	195,680	186,116	—		
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	201,884	Не менее	—	193,950	+0,042	194,019	187,979	+0,042
	НЕ	7h 8h 9h	200,026		—	193,508	+0,042	193,565	191,887	+0,084
			200,032		—	193,386	+0,054	193,458	191,759	+0,108
200,032			—	193,236	+0,054	193,308	191,609	+0,108		
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	200,026	—0,052	193,947	—0,016	193,925	186,052	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	195,618	—0,052	194,003	—0,022	—	186,095		—
	К—И	7h; 8h; 9h	195,645	—0,052	194,030	—0,022	—	186,095		—
	КНЕ—ПР	7h 8h 9h	200,026	—0,052	193,505	—0,016	193,483	185,610		—
			200,032	—0,064	193,383	—0,019	193,357	185,486		
			200,032	—0,064	193,233	—0,019	193,207	185,336		
	КНЕ—НЕ	7h 8h 9h	199,576	—0,052	193,561	—0,022	—	185,666		—
			199,472	—0,064	193,453	—0,026	—	185,556		
			199,322	—0,064	193,303	—0,026	—	185,406		
КИ—НЕ	7h 8h 9h	199,591	—0,052	193,576	—0,022	—	185,666	—		
		199,490	—0,064	193,471	—0,026	—	185,556			
		199,340	—0,064	193,321	—0,026	—	185,406			

Калибры резьбовые для резьбы S 200×10
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	200,078	-0,064	193,412	-0,032	193,348	182,644	Не более	-
	НЕ	7AZ	196,068	-0,064	194,052	-0,032	194,003	182,644		-
		8AZ	196,257	-0,076	194,238	-0,038	194,180	182,644		-
9AZ		196,467	-0,076	194,448	-0,038	194,390	182,644	-		
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	202,356	Не менее	192,450	+0,042	192,519	184,979	+0,042	
	НЕ	7h	200,026		191,958	+0,042	192,015	189,937	+0,084	
		8h	200,032		191,816	+0,054	191,888	189,789	+0,108	
9h		200,032	191,646	+0,054	191,718	189,619	+0,108			
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	200,026	-0,052	192,447	-0,016	192,425	182,580	Не более	-
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	194,518	-0,052	192,503	-0,022	—	182,623		-
	К—И	7h; 8h; 9h	194,545	-0,052	192,530	-0,022	—	182,623		-
	КНЕ—ПР	7h	200,026	-0,052	191,955	-0,016	191,933	182,088		-
		8h	200,032	-0,064	191,813	-0,019	191,787	181,944		-
		9h	200,032	-0,064	191,643	-0,019	191,617	181,774		-
	КНЕ—НЕ	7h	199,526	-0,052	192,011	-0,022	—	182,144		-
8h		199,402	-0,064	191,883	-0,026	—	182,014	-		
9h		199,232	-0,064	191,713	-0,026	—	181,844	-		
КИ—НЕ	7h	199,541	-0,052	192,026	-0,022	—	182,144	-		
	8h	199,420	-0,064	191,901	-0,026	—	182,014	-		
	9h	199,250	-0,064	191,731	-0,026	—	181,844	-		

Калибры резьбовые для резьбы S 200×18
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	200,092	-0,076	187,663	-0,038	187,587	168,760	Не более	-
	НЕ	7AZ	192,097	-0,076	188,478	-0,038	188,420	168,760		-
		8AZ	192,307	-0,076	188,688	-0,038	188,630	168,760		
9AZ		192,582	-0,096	188,958	-0,048	188,885	168,760			
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	204,240	Не менее	-	186,433	+0,054	186,520	172,973	+0,054
	НЕ	7h	200,032		185,816	+0,054	185,888	182,189	+0,108	
		8h	200,032		185,646	+0,054	185,718	182,019	+0,108	
9h		200,038	185,434	+0,056	185,521	181,801	+0,132			
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	200,032	-0,064	186,430	-0,019	186,404	168,677	Не более	-
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	190,019	-0,064	186,500	-0,026	-	168,733		-
	К—И	7h; 8h; 9h	190,152	-0,064	186,533	-0,026	-	168,733		-
	КНЕ—ПР	7h	200,032	-0,064	185,813	-0,019	185,787	168,060		-
		8h	200,032	-0,064	185,643	-0,019	185,617	167,890		
		9h	200,038	-0,076	185,431	-0,022	185,401	167,676		
	КНЕ—НЕ	7h	199,402	-0,064	185,883	-0,026	-	168,130		-
		8h	199,232	-0,064	185,713	-0,026	-	167,960		
9h		199,038	-0,076	185,515	-0,030	-	167,760			
КИ—НЕ	7h	199,420	-0,064	185,901	-0,026	-	168,130	-		
	8h	199,250	-0,064	185,731	-0,026	-	167,960			
	9h	199,059	-0,076	185,536	-0,030	-	167,760			

Калибры резьбовые для резьбы S 200×20
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	200,092	-0,076	186,223	-0,038	186,147	165,290	Не более	—
	НЕ	7AZ	191,107	-0,076	187,088	-0,038	187,030	165,290		—
		8AZ	191,327	-0,076	187,308	-0,038	187,250	165,290		—
9AZ		191,622	-0,096	187,598	-0,048	187,525	165,290	—		
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	204,710	Не менее	—	184,933	+0,054	185,020	169,973	+0,054
	НЕ	7h	200,032		184,276	+0,054	184,348	180,249	+0,108	
		8h	200,038		184,084	+0,066	184,171	180,051	+0,132	
9h		200,038	183,874	+0,066	183,961	179,841	+0,132			
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	200,032	-0,064	184,930	-0,019	184,904	165,207	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	189,019	-0,064	185,000	-0,026	—	165,263		—
	К—И	7h; 8h; 9h	189,052	-0,064	185,033	-0,026	—	165,263		—
	КНЕ—ПР	7h	200,032	-0,064	184,273	-0,019	184,247	164,550		—
		8h	200,038	-0,076	184,081	-0,022	184,051	164,356		—
		9h	200,038	-0,076	183,871	-0,022	183,841	164,146		—
	КНЕ—НЕ	7h	199,362	-0,064	184,343	-0,026	—	164,620		—
		8h	199,188	-0,076	184,165	-0,030	—	164,440		—
		9h	198,978	-0,076	183,955	-0,030	—	164,230		—
КИ—НЕ	7h	199,380	-0,064	184,361	-0,026	—	164,620	—		
	8h	199,209	-0,076	184,186	-0,030	—	164,440	—		
	9h	198,999	-0,076	183,976	-0,030	—	164,230	—		

Калибры резьбовые для резьбы S 200×32
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	200,092	-0,076	177,623	-0,038	177,547	144,462	Не более	-
	НЕ	7AZ	185,067	-0,076	178,648	-0,038	178,590	144,462		-
		8AZ	185,342	-0,096	178,918	-0,048	178,845	144,462		-
9AZ		185,722	-0,096	179,298	-0,048	179,225	144,462	-		
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	207,538	-	175,933	+0,054	176,020	151,973	+0,054	
	НЕ	7h	200,032	-	175,146	+0,054	175,218	168,719	+0,108	
		8h	200,038		174,934	+0,066	175,021	168,501	+0,132	
9h		200,048	174,670		+0,080	174,778	168,230	+0,160		
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	200,032	-0,064	175,930	-0,019	175,904	144,379	-	
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	182,419	-0,064	176,000	-0,026	-	144,435	-	
	К—И	7h; 8h; 9h	182,452	-0,064	176,033	-0,026	-	144,435	-	
	КНЕ—ПР	7h	200,032	-0,064	175,143	-0,019	175,117	143,592	Не более	-
		8h	200,038	-0,076	174,931	-0,022	174,901	143,378		
		9h	200,048	-0,096	174,667	-0,029	174,629	143,110		
	КНЕ—НЕ	7h	199,232	-0,064	175,213	-0,026	-	143,662	-	
		8h	199,038	-0,076	175,015	-0,030	-	143,462		
		9h	198,798	-0,096	174,769	-0,038	-	143,212		
КИ—НЕ	7h	199,250	-0,064	175,231	-0,026	-	143,662	-		
	8h	199,059	-0,076	175,036	-0,030	-	143,462			
	9h	198,826	-0,096	174,797	-0,038	-	143,212			

Калибры резьбовые для резьбы S 210×8
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	210,078	-0,064	204,812	-0,032	204,748	196,116	Не более	—
	НЕ	7AZ	206,998	-0,064	205,382	-0,032	205,333	196,116		—
		8AZ	207,148	-0,034	205,532	-0,032	205,483	196,116		—
9AZ		207,357	-0,076	205,738	-0,038	205,680	196,116	—		
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	211,884	Не менее	—	—	—	—	—	+0,042
	НЕ	7h	210,026		203,508	+0,042	203,565	201,887	+0,084	
		8h	210,032		203,386	+0,054	203,458	201,759	+0,108	
9h		210,032	203,236	+0,054	203,308	201,609	+0,108			
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	210,026	-0,052	203,947	-0,016	203,925	196,052	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	205,618	-0,052	204,003	-0,022	—	196,095		—
	К—И	7h; 8h; 9h	205,645	-0,052	204,030	-0,022	—	196,095		—
	КНЕ—ПР	7h	210,026	-0,052	203,505	-0,016	203,483	195,610		—
		8h	210,032	-0,064	203,383	-0,019	203,357	195,486		—
		9h	210,032	-0,064	203,233	-0,019	203,207	195,336		—
	КНЕ—НЕ	7h	209,576	-0,052	203,561	-0,022	—	195,666		—
		8h	209,472	-0,064	203,453	-0,026	—	196,556		—
		9h	209,322	-0,064	203,303	-0,026	—	195,406		—
КИ—НЕ	7h	209,591	-0,052	203,576	-0,022	—	195,666	—		
	8h	209,490	-0,064	203,471	-0,026	—	195,556	—		
	9h	209,340	-0,064	203,321	-0,026	—	195,406	—		

Калибры резьбовые для резьбы S 210×10
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	210,078	-0,064	203,412	-0,032	203,348	192,644	Не более	-
	НЕ	7AZ	206,068	-0,064	204,052	-0,032	204,003	192,644		-
		8AZ	206,257	-0,076	204,238	-0,038	204,180	192,644		
9AZ		206,467	-0,076	204,448	-0,038	204,390	192,644			
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	212,356	Не менее	-	202,450	+0,042	202,519	194,979	+0,042
	НЕ	7h	210,026		-	201,958	+0,042	202,015	199,937	+0,084
		8h	210,032		-	201,816	+0,054	201,888	199,789	+0,108
9h		210,032	-	201,646	+0,054	201,718	199,619	+0,108		
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	210,026	-0,052	202,447	-0,016	202,425	192,580	Не более	-
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	204,518	-0,052	202,503	-0,022	-	192,623		-
	К—И	7h; 8h; 9h	204,545	-0,052	202,530	-0,022	-	192,623		-
	КНЕ—ПР	7h	210,026	-0,052	201,955	-0,016	201,933	192,088		-
		8h	210,032	-0,064	201,813	-0,019	201,787	191,944		
		9h	210,032	-0,064	201,643	-0,019	201,617	191,774		
	КНЕ—НЕ	7h	209,526	-0,052	202,011	-0,022	-	192,144		-
		8h	209,402	-0,064	201,883	-0,026	-	192,014		
9h		209,232	-0,064	201,713	-0,026	-	191,844			
КИ—НЕ	7h	209,541	-0,052	202,026	-0,022	-	192,144	-		
	8h	209,420	-0,064	201,901	-0,026	-	192,014			
	9h	209,250	-0,064	201,731	-0,026	-	191,844			

Калибры резьбовые для резьбы S 210×20
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	210,092	-0,076	196,223	-0,038	196,147	175,290	Не более	-
	НЕ	7AZ	201,107	-0,076	197,088	-0,038	197,030	175,290		-
		8AZ	201,327	-0,076	197,308	-0,038	197,250	175,290		
9AZ		201,622	-0,096	197,598	-0,048	197,525	175,290			
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	214,710	Не менее	-	194,933	+0,054	195,020	179,973	+0,054
	НЕ	7h	210,032		-	194,276	+0,054	194,348	190,249	+0,108
		8h	210,038		-	194,084	+0,066	194,171	190,051	+0,132
9h		210,038	-	193,874	+0,066	193,910	189,841	+0,132		
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	210,032	-0,064	194,930	-0,019	194,910	175,207	Не более	-
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	199,019	-0,064	195,000	-0,026	-	175,263		-
	К—И	7h; 8h; 9h	199,052	-0,064	195,033	-0,026	-	175,263		-
	КНЕ—ПР	7h	210,032	-0,064	194,273	-0,019	194,247	174,550		-
		8h	210,038	-0,076	194,081	-0,022	194,051	174,356		
		9h	210,038	-0,076	193,871	-0,022	193,841	174,146		
	КНЕ—НЕ	7h	209,362	-0,064	194,343	-0,026	-	174,620		-
		8h	209,188	-0,076	194,165	-0,030	-	174,440		
9h		208,978	-0,076	193,955	-0,030	-	174,230			
КИ—НЕ	7h	209,380	-0,064	194,361	-0,026	-	174,620	-		
	8h	209,209	-0,076	194,186	-0,030	-	174,440			
	9h	208,999	-0,076	193,976	-0,030	-	174,230			

Калибры резьбовые для резьбы S 210×32
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	210,092	-0,076	187,623	-0,038	187,547	154,462	Не более	-
	НЕ	7AZ	195,067	-0,076	188,648	-0,038	188,590	154,462		-
		8AZ	195,342	-0,096	188,918	-0,048	188,845	154,462		
9AZ		195,722	-0,096	189,298	-0,048	189,225	154,462			
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	217,538	Не менее	-	185,933	+0,054	186,020	161,973	+0,054
	НЕ	7h	210,032		-	185,146	+0,054	185,218	178,719	+0,108
		8h	210,038			184,934	+0,066	185,021	178,501	+0,132
9h		210,048	184,670	+0,080		184,778	178,230	+0,160		
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	210,032	-0,064	185,930	-0,019	185,904	154,379	Не более	-
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	192,419	-0,064	186,000	-0,026	-	154,435		-
	К—И	7h; 8h; 9h	192,452	-0,064	186,033	-0,026	-	154,435		-
	КНЕ—ПР	7h	210,032	-0,064	185,143	-0,019	185,117	153,592		-
		8h	210,038	-0,076	184,931	-0,022	184,901	153,378		
		9h	210,048	-0,096	184,667	-0,029	184,629	153,110		
	КНЕ—НЕ	7h	209,232	-0,064	185,213	-0,026	-	153,662		-
8h		209,038	-0,076	185,015	-0,030	-	153,462			
9h		208,798	-0,096	184,769	-0,038	-	153,212			
КИ—НЕ	7h	209,250	-0,064	185,231	-0,026	-	153,662	-		
	8h	209,059	-0,076	185,036	-0,030	-	153,462			
	9h	208,826	-0,096	184,797	-0,038	-	153,212			

Калибры резьбовые для резьбы S 210×36
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	210,092	-0,076	184,723	-0,038	184,647	147,520	Не более	—
	НЕ	7AZ	193,027	-0,076	185,808	-0,038	185,750	147,520		—
		8AZ	193,322	-0,096	186,038	-0,048	186,025	147,520		
9AZ		193,737	-0,116	186,508	-0,058	186,419	147,520			
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	218,480	Не менее	—	182,919	+0,066	183,024	155,967	+0,066
	НЕ	7h	210,038		182,084	+0,066	182,171	174,851	+0,132	
		8h	210,038		181,874	+0,066	181,961	174,641	+0,132	
		9h	210,048		181,600	+0,080	181,708	174,360	+0,160	
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	210,038	-0,076	182,916	-0,022	182,886	147,421	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	190,223	-0,076	183,000	-0,030	—	147,487		—
	К—И	7h; 8h; 9h	190,262	-0,076	183,039	-0,030	—	147,487		—
	КНЕ—ПР	7h	210,038	-0,076	182,081	-0,022	182,051	146,586		—
		8h	210,038	-0,076	181,871	-0,022	181,841	146,376		
		9h	210,048	-0,096	181,597	-0,029	181,559	146,098		
	КНЕ—НЕ	7h	209,188	-0,076	182,165	-0,030	—	146,670		—
		8h	208,978	-0,076	181,955	-0,030	—	146,460		
9h		208,728	-0,036	181,699	-0,038	—	146,200			
КИ—НЕ	7h	209,209	-0,076	182,186	-0,030	—	146,670	—		
	8h	208,999	-0,076	181,976	-0,030	—	146,460			
	9h	208,756	-0,096	181,727	-0,038	—	146,200			

Калибры резьбовые для резьбы S 220×8
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	220,078	-0,064	214,812	-0,032	214,748	206,116	Не более	—
	НЕ	7AZ	216,998	-0,064	215,382	-0,032	215,333	206,116		—
		8AZ	217,148	-0,064	215,532	-0,032	215,483	206,116		
9AZ		217,357	-0,076	215,738	-0,038	215,680	206,116			
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	221,884	Не менее	—	213,950	+0,042	214,019	207,979	+0,012
	НЕ	7h	220,025		213,508	+0,042	213,565	211,887	+0,084	
		8h	220,032		213,385	+0,054	213,458	211,759	+0,108	
9h		220,032	213,236	+0,054	213,308	211,609	+0,108			
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	220,026	-0,052	213,947	-0,016	213,925	205,052	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	215,618	-0,052	214,003	-0,022	—	205,095		—
	К—И	7h; 8h; 9h	215,645	-0,052	214,030	-0,022	—	205,095		—
	КНЕ—ПР	7h	220,026	-0,052	213,505	-0,016	213,483	205,610		—
		8h	220,032	-0,064	213,383	-0,019	213,357	205,483		
		9h	220,032	-0,064	213,233	-0,019	213,207	205,336		
	КНЕ—НЕ	7h	219,576	-0,052	213,561	-0,022	—	205,666		—
		8h	219,472	-0,064	213,453	-0,026	—	205,556		
		9h	219,322	-0,064	213,303	-0,026	—	205,403		
КИ—НЕ	7h	219,591	-0,052	213,573	-0,022	—	205,666	—		
	8h	219,490	-0,064	213,471	-0,026	—	205,556			
	9h	219,340	-0,064	213,321	-0,026	—	205,403			

Калибры резьбовые для резьбы S 220×10
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ, 8AZ, 9AZ	220,078	-0,034	212,412	-0,032	213,348	202,644	Не более	—
	НЕ	7AZ	216,038	-0,034	214,052	-0,032	214,003	202,644		—
		8AZ	216,237	-0,076	214,238	-0,038	214,180	202,644		
9AZ		216,467	-0,076	214,448	-0,038	214,390	202,644			
Калибры-кольца	ПР	7h, 8h, 9h	222,356	Не менее	—	212,450	+0,042	212,519	201,979	+0,042
	НЕ	7h	220,026		211,958	+0,042	212,015	209,937	+0,081	
		8h	220,032		211,816	+0,054	211,888	209,789	+0,108	
9h		220,032	211,645	+0,054	211,718	209,619	+0,108			
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h, 8h, 9h	220,026	-0,052	212,447	-0,016	212,425	202,580	Не более	—
	КПР—НЕ	7h, 8h, 9h	214,518	-0,052	212,503	-0,022	—	202,623		—
	К—И	7h, 8h, 9h	214,545	-0,052	212,530	-0,022	—	202,623		—
	КНЕ—ПР	7h	220,026	-0,052	211,955	-0,016	211,933	202,088		—
		8h	220,032	-0,034	211,813	-0,019	211,787	201,944		
		9h	220,032	-0,054	211,643	-0,019	211,617	201,774		
	КНЕ—НЕ	7h	219,526	-0,052	212,011	-0,022	—	202,144		—
		8h	219,402	-0,064	211,883	-0,025	—	202,014		
		9h	219,232	-0,064	211,713	-0,025	—	201,844		
КИ—НЕ	7h	219,541	-0,052	212,025	-0,022	—	202,144	—		
	8h	219,420	-0,064	211,901	-0,025	—	202,014			
	9h	219,250	-0,064	211,731	-0,026	—	201,844			

Калибры резьбовые для резьбы S 220×20
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	220,092	-0,076	206,223	-0,038	206,147	185,290	Не более	-
	НЕ	7AZ	211,107	-0,076	207,088	-0,038	207,030	185,290		-
		8AZ	211,327	-0,076	207,308	-0,038	207,250	185,290		
9AZ		211,622	-0,096	207,598	-0,048	207,525	185,290			
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	224,710	Не менее	204,933	+0,054	205,020	189,973	-	+0,054
	НЕ	7h	220,032		204,276	+0,054	204,348	200,249		+0,108
		8h	220,038		204,084	+0,066	204,171	200,051		+0,132
9h		220,038	203,874	+0,066	203,961	199,841	+0,132			
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	220,032	-0,054	204,930	-0,019	204,904	185,207	Не более	-
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	209,019	-0,064	205,000	-0,026	-	185,263		-
	К—И	7h; 8h; 9h	209,052	-0,054	205,033	-0,026	-	185,263		-
	КНЕ—ПР	7h	220,032	-0,064	204,273	-0,019	204,247	184,550		-
		8h	220,038	-0,076	204,081	-0,022	204,051	184,356		
		9h	220,038	-0,076	203,871	-0,022	203,841	184,146		
	КНЕ—НЕ	7h	219,362	-0,054	204,343	-0,026	-	184,620		-
		8h	219,188	-0,076	204,165	-0,030	-	184,440		
		9h	218,978	-0,076	203,955	-0,030	-	184,230		
КИ—НЕ	7h	219,380	-0,064	204,361	-0,026	-	184,620	-		
	8h	219,209	-0,076	204,186	-0,030	-	184,440			
	9h	218,999	-0,076	203,976	-0,030	-	184,230			

Калибры резьбовые для резьбы S 220×32
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	220,092	-0,076	197,623	-0,038	197,547	164,462	Не более	—
	НЕ	7AZ	205,067	-0,076	198,648	-0,038	198,590	164,462		—
		8AZ	205,342	-0,096	198,918	-0,048	198,845	164,462		
9AZ		205,722	-0,096	199,298	-0,048	199,225	164,462			
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	227,538	Не менее	—	195,933	+0,054	196,020	171,973	+0,054
	НЕ	7h	220,032		195,146	+0,054	195,218	188,719	+0,108	
		8h	220,038		194,934	+0,066	195,021	188,501	+0,132	
9h		220,048	194,670	+0,080	194,778	188,230	+0,160			
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	220,032	-0,064	195,930	-0,019	195,904	164,379	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	202,419	-0,064	196,000	-0,026	—	164,435		—
	К—И	7h; 8h; 9h	202,452	-0,064	196,033	-0,026	—	164,435		—
	КНЕ—ПР	7h	220,032	-0,064	195,143	-0,019	195,117	163,592		—
		8h	220,038	-0,076	194,931	-0,022	194,901	163,378		
		9h	220,048	-0,096	194,667	-0,029	194,629	163,110		
	КНЕ—НЕ	7h	219,232	-0,064	195,213	-0,026	—	163,662		—
		8h	219,038	-0,076	195,015	-0,030	—	163,462		
9h		218,798	-0,096	194,769	-0,038	—	163,212			
КИ—НЕ	7h	219,250	-0,064	195,231	-0,026	—	163,662	—		
	8h	219,059	-0,076	195,036	-0,030	—	163,462			
	9h	218,826	-0,096	194,797	-0,038	—	163,212			

Калибры резьбовые для резьбы S 220×36

Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номинч.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ, 8AZ, 9AZ	220,092	-0,076	194,723	-0,038	194,647	157,520	Не более	—
	НЕ	7AZ	203,027	-0,076	195,808	-0,038	195,750	157,520		—
		8AZ	203,322	-0,096	196,098	-0,048	196,025	157,520		
9AZ		203,737	-0,116	195,508	-0,058	195,419	157,520			
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h, 9h	228,480	Не менее	—	192,919	+0,056	193,024	165,967	+0,066
	НЕ	7h	220,038		—	192,084	+0,056	192,171	184,851	+0,132
		8h	220,038		—	191,874	+0,056	191,951	184,641	+0,132
9h		220,018	—	191,600	+0,080	191,708	184,360	+0,160		
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	220,038	-0,076	192,916	-0,022	192,883	157,421	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	200,223	-0,076	193,000	-0,030	—	157,487		—
	К—И	7h; 8h; 9h	200,262	-0,076	193,039	-0,030	—	157,487		—
	КНЕ—ПР	7h	220,038	-0,076	192,081	-0,022	192,051	156,586		—
		8h	220,038	-0,076	191,871	-0,022	191,841	156,376		
		9h	220,048	-0,096	191,597	-0,029	191,559	156,098		
	КНЕ—НЕ	7h	219,188	-0,076	192,165	-0,030	—	156,670		—
		8h	218,978	-0,076	191,955	-0,030	—	156,460		
		9h	218,728	-0,096	191,699	-0,038	—	156,200		
КИ—НЕ	7h	219,209	-0,076	192,183	-0,030	—	156,670	—		
	8h	218,999	-0,076	191,976	-0,030	—	156,460			
	9h	218,756	-0,096	191,727	-0,038	—	156,200			

Калибры резьбовые для резьбы S 230×8
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ, 8AZ, 9AZ	230,078	-0,034	221,812	-0,032	224,748	216,116	Не более	-
	НЕ	7AZ	226,998	-0,064	225,382	-0,032	225,333	216,116		-
		8AZ	227,148	-0,064	225,532	-0,032	225,483	216,116		-
9AZ		227,357	-0,076	225,738	-0,038	225,680	216,116	-		
Калибры-кольца	ПР	7h, 8h; 9h	231,88	Не менее	-	223,950	+0,042	224,019	217,979	+0,042
	НЕ	7h	230,026		-	223,508	+0,042	223,656	221,887	+0,084
		8h	230,032		-	223,386	+0,054	223,458	221,759	+0,108
9h		230,032	-	223,236	+0,054	223,308	221,609	+0,108		
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h, 8h, 9h	230,026	-0,052	223,917	-0,013	223,925	216,052	Не более	-
	КПР—НЕ	7h, 8h; 9h	225,618	-0,052	224,003	-0,022	-	216,095		-
	К—И	7h, 8h, 9h	225,645	-0,052	224,030	-0,022	-	216,095		-
	КНЕ—ПР	7h	230,026	-0,052	223,505	-0,016	223,483	215,610		-
		8h	230,032	-0,034	223,383	-0,019	223,357	215,485		-
		9h	230,032	-0,034	223,233	-0,019	223,207	215,333		-
	КНЕ—НЕ	7h	229,576	-0,052	223,501	-0,022	-	215,666		-
		8h	229,472	-0,064	223,453	-0,026	-	215,556		-
		9h	229,322	-0,034	223,303	-0,023	-	215,405		-
КИ—НЕ	7h	229,591	-0,052	223,576	-0,022	-	215,666	-		
	8h	229,490	-0,064	223,471	-0,026	-	215,556	-		
	9h	229,340	-0,064	223,321	-0,026	-	215,406	-		

Калибры резьбовые для резьбы S 230×20
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенные	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	230,092	-0,076	216,223	-0,038	216,147	195,290	Не более	—
	НЕ	7AZ	221,107	-0,076	217,088	-0,038	217,030	195,290		—
		8AZ	221,327	-0,076	217,308	-0,038	217,250	195,290		
9AZ		221,622	-0,096	217,598	-0,048	217,525	195,290			
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	234,710	Не менее	—	214,933	+0,054	215,020	199,973	+0,054
	НЕ	7h	230,032		—	214,276	+0,054	214,348	210,249	+0,108
		8h	230,038		—	214,084	+0,056	214,171	210,051	+0,132
9h		230,038	—	213,874	+0,066	213,961	209,841	+0,132		
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	230,032	-0,054	214,930	-0,019	214,904	195,207	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	219,019	-0,064	215,000	-0,026	—	195,263		—
	К—И	7h; 8h; 9h	219,052	-0,054	215,033	-0,026	—	195,263		—
	КНЕ—ПР	7h	230,032	-0,054	214,273	-0,019	214,247	194,550		—
		8h	230,038	-0,076	214,081	-0,022	214,051	194,356		
		9h	230,038	-0,076	213,871	-0,022	213,841	194,146		
	КНЕ—НЕ	7h	229,362	-0,064	214,343	-0,026	—	194,620		—
		8h	229,188	-0,076	214,165	-0,030	—	194,440		
		9h	228,978	-0,076	213,955	-0,030	—	194,230		
	КИ—НЕ	7h	229,380	-0,064	214,361	-0,026	—	194,620		—
8h		229,209	-0,076	214,186	-0,030	—	194,440			
9h		228,999	-0,076	213,976	-0,030	—	194,230			

Калибры резьбовые для резьбы S 230×36
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	230,092	-0,076	204,723	-0,038	204,647	167,520	Не более	—
	НЕ	7AZ	213,027	-0,076	205,808	-0,038	205,750	167,520		—
		8AZ	213,322	-0,096	206,098	-0,048	206,025	167,520		—
9AZ		213,737	-0,116	206,508	-0,058	206,419	167,520	—		
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	238,480	Не менее	—	202,919	+0,066	203,024	175,967	+0,066
	НЕ	7h	230,038		—	202,084	+0,066	202,171	194,851	+0,132
		8h	230,038		—	201,874	+0,066	201,961	194,641	+0,132
9h		230,048	—	201,600	+0,080	201,708	194,360	+0,160		
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	230,038	-0,076	202,916	-0,022	202,886	167,421	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	210,223	-0,076	203,000	-0,030	—	167,487		—
	К—И	7h; 8h; 9h	210,262	-0,076	203,039	-0,030	—	167,487		—
	КНЕ—ПР	7h	230,038	-0,076	202,081	-0,022	202,051	166,586		—
		8h	230,038	-0,076	201,871	-0,022	201,841	166,376		—
		9h	230,048	-0,096	201,597	-0,029	201,559	166,098		—
	КНЕ—НЕ	7h	229,188	-0,076	202,165	-0,030	—	166,670		—
		8h	228,978	-0,076	201,955	-0,030	—	166,460		—
		9h	228,728	-0,096	201,699	-0,038	—	166,200		—
КИ—НЕ	7h	229,209	-0,076	202,186	-0,030	—	166,670	—		
	8h	228,999	-0,076	201,976	-0,030	—	166,460	—		
	9h	228,756	-0,096	201,727	-0,038	—	166,200	—		

Калибры резьбовые для резьбы S 240×8
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	240,078	-0,064	234,812	-0,032	234,748	226,116	Не более	-
	НЕ	7AZ	236,998	-0,064	235,382	-0,032	235,333	226,116		-
		8AZ	237,148	-0,064	235,532	-0,032	235,483	226,116		-
9AZ		237,357	-0,076	235,738	-0,038	235,680	226,116	-		
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	241,884	Не менее	233,950	+0,042	234,019	227,979	+0,042	
	НЕ	7h	240,026		233,508	+0,042	233,565	231,887	+0,084	
		8h	240,032		233,385	+0,054	233,458	231,759	+0,108	
9h		240,032	233,236	+0,054	233,308	231,609	+0,108			
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	240,026	-0,052	233,947	-0,016	233,925	226,052	Не более	-
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	235,618	-0,052	234,003	-0,022	—	226,095		-
	К—И	7h; 8h; 9h	235,645	-0,052	234,030	-0,022	—	226,095		-
	КНЕ—ПР	7h	240,026	-0,052	233,505	-0,016	233,483	225,610		-
		8h	240,032	-0,064	233,383	-0,019	233,357	225,486		
		9h	240,032	-0,064	233,233	-0,019	233,207	225,336		
	КНЕ—НЕ	7h	239,576	-0,052	233,561	-0,022	—	225,666		-
		8h	239,472	-0,064	233,453	-0,026	—	225,556		
		9h	239,322	-0,064	233,303	-0,026	—	225,405		
КИ—НЕ	7h	239,591	-0,052	233,576	-0,022	—	225,666	-		
	8h	239,490	-0,064	233,471	-0,026	—	225,556			
	9h	239,340	-0,064	233,321	-0,026	—	225,405			

Калибры резьбовые для резьбы S 240×22
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	240,092	-0,076	224,793	-0,038	224,717	201,818	Не более	—
	НЕ	7AZ	230,077	-0,076	225,658	-0,038	225,600	201,818		—
		8AZ	230,297	-0,076	225,878	-0,038	225,820	201,818		—
9AZ		230,592	-0,096	225,168	-0,048	226,095	201,818	—		
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	245,182	—	223,433	+0,054	223,520	205,973	Не менее	+0,054
	НЕ	7h	240,032	—	222,776	+0,054	222,848	218,349		+0,108
		8h	240,038	—	222,584	+0,056	222,671	218,151		+0,132
9h		240,038	—	222,374	+0,066	222,461	217,941	+0,132		
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	240,032	-0,064	223,430	-0,019	223,404	201,735	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	227,919	-0,054	223,500	-0,026	—	201,791		—
	К—И	7h; 8h; 9h	227,952	-0,064	223,533	-0,026	—	201,791		—
	КНЕ—ПР	7h	240,032	-0,064	222,773	-0,019	222,747	201,078		—
		8h	240,038	-0,076	222,581	-0,022	222,551	200,884		—
		9h	240,038	-0,076	222,371	-0,022	222,341	200,674		—
	КНЕ—НЕ	7h	239,362	-0,064	222,843	-0,026	—	201,148		—
		8h	239,188	-0,076	222,665	-0,030	—	200,968		—
		9h	238,978	-0,076	222,455	-0,030	—	200,758		—
КИ—НЕ	7h	239,380	-0,054	222,861	-0,026	—	201,148	—		
	8h	239,209	-0,076	222,686	-0,030	—	200,968	—		
	9h	238,999	-0,076	222,476	-0,030	—	200,758	—		

Калибры резьбовые для резьбы S 240×36
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	240,092	-0,076	214,723	-0,038	214,647	177,520	Не более	—
	НЕ	7AZ	223,027	-0,076	215,808	-0,038	215,750	177,520		—
		8AZ	223,322	-0,096	216,098	-0,048	216,025	177,520		
9AZ		223,737	-0,116	216,508	-0,058	216,419	177,520			
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	248,480	Не менее	—	212,919	+0,066	213,024	185,967	+0,066
	НЕ	7h	240,038		—	212,084	+0,056	212,171	204,851	+0,132
		8h	240,038		—	211,874	+0,066	211,961	204,641	+0,132
9h		240,048	—	211,600	+0,080	211,708	204,360	+0,160		
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	240,038	-0,076	212,916	-0,022	212,886	177,421	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	220,223	-0,076	213,000	-0,030	—	177,487		—
	К—И	7h; 8h; 9h	220,262	-0,076	213,039	-0,030	—	177,487		—
	КНЕ—ПР	7h	240,038	-0,076	212,081	-0,022	212,051	176,586		—
		8h	240,038	-0,076	211,871	-0,022	211,841	176,376		
		9h	240,048	-0,096	211,597	-0,029	211,559	176,098		
	КНЕ—НЕ	7h	239,188	-0,076	212,165	-0,030	—	176,670		—
		8h	238,978	-0,076	211,955	-0,030	—	176,460		
9h		238,728	-0,096	211,699	-0,038	—	176,200			
КИ—НЕ	7h	239,209	-0,076	212,186	-0,030	—	176,670	—		
	8h	238,999	-0,076	211,976	-0,030	—	176,460			
	9h	238,756	-0,096	211,727	-0,038	—	176,200			

Калибры резьбовые для резьбы S 250×12
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр			
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.		
					Номин.	Пред. откл.					
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	250,078	-0,064	241,962	-0,032	241,898	229,174	Не более	—	
	НЕ	7AZ	245,058	-0,064	242,642	-0,032	242,593	229,174		—	
		8AZ	245,257	-0,076	242,838	-0,038	242,780	229,174			
9AZ		245,477	-0,076	243,058	-0,038	243,000	229,174				
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	252,826	Не менее	240,933	+0,054	241,020	231,973	+0,054		
	НЕ	7h	250,032		240,416	+0,054	240,488	237,989	+0,108		
		8h	250,032		240,276	+0,054	240,348	237,849	+0,108		
9h		250,038	240,084	+0,066	240,171	237,651	+0,132				
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	250,032	-0,064	240,930	-0,019	240,904	229,091	Не более	—	
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	243,419	-0,064	241,000	-0,026	—	229,147		—	
		К—И	7h; 8h; 9h	243,452	-0,064	241,033	-0,026	—			229,147
			КНЕ—ПР	7h	250,032	-0,064	240,413	-0,019			240,387
	8h	250,032		-0,064	240,273	-0,019	240,247	228,434			
	9h	250,038		-0,076	240,081	-0,022	240,051	228,240			
	КНЕ—НЕ	7h	249,502	-0,064	240,483	-0,026	—	228,644		—	
		8h	249,362	-0,064	240,343	-0,026	—	228,504			
		9h	249,188	-0,076	240,165	-0,030	—	228,324			
КИ—НЕ	7h	249,520	-0,064	240,501	-0,026	—	228,644	—			
	8h	249,380	-0,064	240,361	-0,026	—	228,504				
	9h	249,209	-0,076	240,186	-0,030	—	228,324				

Калибры резьбовые для резьбы S 250×22
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изро-щенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	250,092	-0,076	234,793	-0,038	234,717	211,818	Не более	-
	НЕ	7AZ	240,077	-0,076	235,658	-0,038	235,600	211,818		-
		8AZ	240,297	-0,076	235,878	-0,038	235,820	211,818		-
9AZ		240,592	-0,096	236,168	-0,048	236,095	211,818	-		
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	255,182	Не менее	233,433	+0,054	233,520	216,973	+0,054	
	НЕ	7h	250,032		232,776	+0,054	232,848	228,349	+0,108	
		8h	250,038		232,584	+0,056	232,671	228,151	+0,132	
9h		250,038	232,374	+0,056	232,461	227,941	+0,132			
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	250,032	-0,064	233,430	-0,019	233,404	211,735	Не более	-
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	237,919	-0,064	233,500	-0,026	—	211,791		-
	К—И	7h; 8h; 9h	237,952	-0,064	233,533	-0,026	—	211,791		-
	КНЕ—ПР	7h	250,032	-0,054	232,773	-0,019	232,747	211,078		-
		8h	250,038	-0,076	232,581	-0,022	232,551	210,884		-
		9h	250,038	-0,076	232,371	-0,022	232,341	210,674		-
	КНЕ—НЕ	7h	249,352	-0,064	232,843	-0,026	—	211,148		-
		8h	249,188	-0,076	232,665	-0,030	—	210,968		-
		9h	248,978	-0,076	232,455	-0,030	—	210,758		-
КИ—НЕ	7h	249,380	-0,064	232,861	-0,026	—	211,148	-		
	8h	249,209	-0,076	232,686	-0,030	—	210,968	-		
	9h	248,999	-0,076	232,476	-0,030	—	210,758	-		

Калибры резьбовые для резьбы S 250×24
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	250,092	-0,076	233,353	-0,038	233,277	208,348	Не более	-
	НЕ	7AZ	239,087	-0,076	234,268	-0,038	234,210	208,348		-
		8AZ	239,317	-0,076	234,498	-0,038	234,440	208,348		-
9AZ		239,652	-0,096	234,828	-0,048	234,755	208,348	-		
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	255,652	Не менее	231,933	+0,054	232,020	213,973	+0,054	
	НЕ	7h	250,032		231,236	+0,054	231,308	226,409		+0,108
		8h	250,038		231,034	+0,056	231,121	226,201		+0,132
9h		250,038	230,814	+0,066	230,901	225,981	+0,132			
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	250,032	-0,064	231,930	-0,019	231,904	208,265	-	
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	236,819	-0,064	232,000	-0,023	—	208,321	-	
	К—И	7h; 8h; 9h	236,852	-0,064	232,033	-0,023	—	208,321	-	
	КНЕ—ПР	7h	250,032	-0,064	231,233	-0,019	231,207	207,568	Не более	-
		8h	250,038	-0,076	231,031	-0,022	231,001	207,364		-
		9h	250,038	-0,076	230,811	-0,022	230,781	207,144		-
	КНЕ—НЕ	7h	249,322	-0,064	231,333	-0,026	—	207,638	-	-
		8h	249,138	-0,076	231,115	-0,030	—	207,448		-
		9h	248,918	-0,076	230,895	-0,030	—	207,228		-
КИ—НЕ	7h	249,340	-0,064	231,321	-0,026	—	207,638	-	-	
	8h	249,159	-0,076	231,136	-0,030	—	207,448		-	
	9h	248,939	-0,076	230,916	-0,030	—	207,228		-	

Калибры резьбовые для резьбы S 250×40
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	250,092	—0,076	221,923	—0,038	221,847	180,578	Не более	—
	НЕ	7AZ	231,027	—0,076	223,008	—0,038	222,950	180,578		—
		8AZ	231,322	—0,096	223,298	—0,048	223,225	180,578		
9AZ		231,737	—0,116	223,708	—0,058	223,619	180,578			
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	259,422	Не менее	—	219,919	+0,056	220,024	189,967	+0,066
	НЕ	7h	250,038		—	219,084	+0,066	219,171	211,051	+0,132
		8h	250,038			218,874	+0,066	218,961	210,841	+0,132
9h		250,048	218,600	+0,080		218,708	210,560	+0,160		
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	250,038	—0,076	219,916	—0,022	219,886	180,479	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	228,023	—0,076	220,000	—0,030	—	180,545		—
	К—И	7h; 8h; 9h	228,062	—0,076	220,039	—0,030	—	180,545		—
	КНЕ—ПР	7h	250,038	—0,076	219,081	—0,022	219,051	179,644		—
		8h	250,038	—0,076	218,871	—0,022	218,841	179,434		
		9h	250,048	—0,096	218,597	—0,029	218,559	179,156		
	КНЕ—НЕ	7h	249,188	—0,076	219,165	—0,030	—	179,728		—
		8h	248,978	—0,076	218,955	—0,030	—	179,518		
		9h	248,728	—0,096	218,699	—0,038	—	179,258		
КИ—НЕ	7h	249,209	—0,076	219,186	—0,030	—	179,728	—		
	8h	248,999	—0,076	218,976	—0,030	—	179,518			
	9h	248,756	—0,096	218,727	—0,038	—	179,258			

Калибры резьбовые для резьбы S 260×12
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	260,078	-0,064	251,932	-0,032	251,898	239,174	Не более	—
	НЕ	7AZ	255,058	-0,064	252,642	-0,032	252,593	239,174		—
		8AZ	255,257	-0,076	252,838	-0,038	252,780	239,174		
9AZ		255,477	-0,076	253,058	-0,038	253,000	239,174			
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	262,826	Не менее	—	250,933	+0,054	251,020	241,973	+0,054
	НЕ	7h	260,032		250,416	+0,054	250,488	247,989	+0,108	
		8h	260,032		250,276	+0,054	250,348	247,849	+0,108	
9h		260,038	250,084	+0,066	250,171	247,651	+0,132			
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	260,032	-0,064	250,930	-0,019	250,904	239,091	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	253,419	-0,064	251,000	-0,026	—	239,147		—
	К—И	7h; 8h; 9h	253,452	-0,064	251,033	-0,026	—	239,147		—
	КНЕ—ПР	7h	260,032	-0,064	250,413	-0,019	250,387	238,574		—
		8h	260,032	-0,064	250,273	-0,019	250,247	238,434		
		9h	260,038	-0,076	250,081	-0,022	250,051	238,240		
	КНЕ—НЕ	7h	259,502	-0,064	250,483	-0,026	—	238,644		—
		8h	259,362	-0,064	250,343	-0,026	—	238,504		
		9h	259,188	-0,076	250,165	-0,030	—	238,324		
КИ—НЕ	7h	259,520	-0,064	250,501	-0,026	—	238,644	—		
	8h	259,380	-0,064	250,361	-0,026	—	238,504			
	9h	259,209	-0,076	250,186	-0,030	—	238,324			

Калибры резьбовые для резьбы S 260×22
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	260,092	-0,076	244,793	-0,038	244,717	221,818	Не более	-
	НЕ	7AZ	250,077	-0,076	245,658	-0,038	245,600	221,818		-
		8AZ	250,297	-0,076	245,878	-0,038	245,820	221,818		
9AZ		250,592	-0,096	246,168	-0,048	246,095	221,818			
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	265,182	Не менее	-	243,433	+0,054	243,520	226,973	+0,054
	НЕ	7h	260,032		-	242,776	+0,054	242,848	238,349	+0,108
		8h	260,038		-	242,584	+0,036	242,671	238,151	+0,132
9h		260,038	-	242,374	+0,036	242,461	237,941	+0,132		
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	260,032	-0,064	243,430	-0,019	243,404	221,735	Не более	-
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	247,919	-0,064	243,500	-0,026	-	221,791		-
	К—И	7h; 8h; 9h	247,952	-0,064	243,533	-0,026	-	221,791		-
	КНЕ—ПР	7h	260,032	-0,064	242,773	-0,019	242,747	221,078		-
		8h	260,038	-0,076	242,581	-0,022	242,551	220,884		
		9h	260,038	-0,076	242,371	-0,022	242,341	220,674		
	КНЕ—НЕ	7h	259,362	-0,064	242,843	-0,026	-	221,148		-
		8h	259,188	-0,076	242,665	-0,030	-	220,968		
9h		258,978	-0,076	242,455	-0,030	-	220,758			
КИ—НЕ	7h	259,380	-0,064	242,861	-0,026	-	221,148	-		
	8h	259,209	-0,076	242,686	-0,030	-	220,968			
	9h	258,999	-0,076	242,476	-0,030	-	220,758			

Калибры резьбовые для резьбы S 260×40
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	260,092	-0,076	231,923	-0,038	231,847	190,578	Не более	—
	НЕ	7AZ	241,027	-0,076	233,008	-0,038	232,950	190,578		—
		8AZ	241,322	-0,096	233,298	-0,048	232,225	190,578		
9AZ		241,737	-0,116	233,708	-0,058	233,619	190,578			
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	269,422	—	229,919	+0,036	230,024	199,967	Не менее	+0,066
	НЕ	7h	260,038	—	229,084	+0,036	229,171	221,051		+0,132
		8h	260,038		228,874	+0,036	228,961	220,841		+0,132
9h		260,048	228,600		+0,080	228,708	220,560	+0,160		
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	260,038	-0,076	229,916	-0,022	229,885	190,479	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	238,023	-0,076	230,000	-0,030	—	190,545		—
			238,052	-0,076	230,039	-0,030	—	190,545		—
			260,038	-0,076	229,081	-0,022	229,051	189,644		—
	КНЕ—ПР	7h; 8h; 9h	260,038	-0,076	228,871	-0,022	228,841	189,434		—
			260,048	-0,096	228,597	-0,029	228,559	189,156		—
			259,188	-0,076	229,165	-0,030	—	189,728		—
	КНЕ—НЕ	7h; 8h; 9h	258,978	-0,076	228,955	-0,030	—	189,518		—
			258,728	-0,096	228,699	-0,038	—	189,258		—
259,209			-0,076	229,186	-0,030	—	189,728	—		
КИ—НЕ	7h; 8h; 9h	258,999	-0,076	228,976	-0,030	—	189,518	—		
		258,756	-0,096	228,727	-0,038	—	189,258	—		

Калибры резьбовые для резьбы S 270×12
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	270,078	-0,064	261,952	-0,032	261,898	249,174	Не более	—
	НЕ	7AZ	265,058	-0,064	262,642	-0,032	262,593	249,174		—
		8AZ	265,257	-0,076	262,838	-0,038	262,780	249,174		
9AZ		265,477	-0,076	263,058	-0,038	263,000	249,174			
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	272,826	Не менее	260,933	+0,054	261,020	251,973	+0,054	
	НЕ	7h	270,032		260,416	+0,054	260,488	257,989	+0,108	
		8h	270,032		260,276	+0,054	260,348	257,849	+0,108	
		9h	270,038		260,084	+0,066	260,171	257,651	+0,132	
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	270,032	-0,064	260,930	-0,019	260,904	249,091	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	263,419	-0,064	261,000	-0,026	—	249,147		—
	К—И	7h; 8h; 9h	263,452	-0,064	261,033	-0,026	—	249,147		—
	КНЕ—ПР	7h	270,032	-0,064	260,413	-0,019	260,387	248,574		—
		8h	270,032	-0,064	260,273	-0,019	260,247	248,434		
		9h	270,038	-0,076	260,081	-0,022	260,051	248,240		
	КНЕ—НЕ	7h	269,502	-0,064	260,483	-0,026	—	248,644		—
		8h	269,362	-0,064	260,343	-0,026	—	248,504		
9h		269,188	-0,076	260,165	-0,030	—	248,324			
КИ—НЕ	7h	269,520	-0,064	260,501	-0,026	—	248,644	—		
	8h	269,380	-0,064	260,361	-0,026	—	248,504			
	9h	260,209	-0,076	260,186	-0,030	—	248,324			

Калибры резьбовые для резьбы S 270×24
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр	
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.
					Номин.	Пред. откл.			
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	270,092	-0,076	253,353	-0,038	253,277	228,348	—
	НЕ	7AZ	259,087	-0,076	254,268	-0,038	254,210	228,348	Не более
		8AZ	259,317	-0,076	254,498	-0,038	254,440	228,348	
9AZ		259,652	-0,096	254,828	-0,048	254,755	228,348		
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	275,652	—	251,933	+0,054	252,020	233,973	+0,054
	НЕ	7h	270,032	—	251,236	+0,054	251,308	246,409	+0,108
		8h	270,038		251,034	+0,066	251,121	246,201	+0,132
		9h	270,038		250,814	+0,066	250,901	245,981	+0,132
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	270,032	-0,064	251,930	-0,019	251,904	228,265	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	256,819	-0,064	252,000	-0,026	—	228,321	—
	К—И	7h; 8h; 9h	256,852	-0,064	252,033	-0,026	—	228,321	—
	КНЕ—ПР	7h	270,032	-0,064	251,233	-0,019	251,207	227,568	Не более
		8h	270,038	-0,076	251,031	-0,022	251,001	227,364	
		9h	270,038	-0,076	250,811	-0,022	250,781	227,144	
	КНЕ—НЕ	7h	269,322	-0,064	251,303	-0,026	—	227,638	—
		8h	269,138	-0,076	251,115	-0,030	—	227,448	
		9h	268,918	-0,076	250,895	-0,030	—	227,228	
КИ—НЕ	7h	269,340	-0,064	251,321	-0,026	—	227,638	—	
	8h	269,159	-0,076	251,136	-0,030	—	227,448		
	9h	268,939	-0,076	250,916	-0,030	—	227,228		

Калибры резьбовые для резьбы S 270×40
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	270,092	-0,076	241,923	-0,038	241,847	200,578	Не более	—
	НЕ	7AZ	251,027	-0,076	243,008	-0,038	242,950	200,578		—
		8AZ	251,322	-0,096	243,298	-0,048	243,225	200,578		—
9AZ		251,737	-0,116	243,708	-0,058	243,619	200,578	—		
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	279,422	Не менее	—	239,919	+0,055	240,024	209,967	+0,063
	НЕ	7h	270,038		239,084	+0,055	239,171	231,051	+0,132	
		8h	270,038		238,874	+0,056	238,961	230,841	+0,132	
9h		270,048	238,600	+0,080	238,708	230,560	+0,150			
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	270,038	-0,076	239,916	-0,022	239,886	200,479	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	248,023	-0,076	240,000	-0,030	—	200,545		—
	К—И	7h; 8h; 9h	248,052	-0,076	240,039	-0,030	—	200,545		—
	КНЕ—ПР	7h	270,038	-0,076	239,081	-0,022	239,051	199,644		—
		8h	270,038	-0,076	238,871	-0,022	238,841	199,434		
		9h	270,048	-0,096	238,597	-0,029	238,559	199,156		
	КНЕ—НЕ	7h	269,188	-0,076	239,165	-0,030	—	199,728		—
		8h	268,978	-0,076	238,955	-0,030	—	199,518		
		9h	268,728	-0,096	238,699	-0,038	—	199,258		
КИ—НЕ	7h	269,209	-0,076	239,186	-0,030	—	199,728	—		
	8h	268,999	-0,076	238,976	-0,030	—	199,518			
	9h	268,756	-0,096	238,727	-0,038	—	199,258			

Калибры резьбовые для резьбы S 280×12
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр			
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.		
					Номин.	Пред. откл.					
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	280,078	-0,064	271,962	-0,032	271,898	259,174	Не более	—	
	НЕ	7AZ	275,058	-0,064	272,642	-0,032	272,593	259,174		—	
		8AZ	275,257	-0,076	272,838	-0,038	272,780	259,174		—	
9AZ		275,477	-0,076	273,058	-0,038	273,000	259,174	—			
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	282,826	Не менее	—	270,933	+0,054	271,020	261,973	+0,054	
	НЕ	7h	280,032		270,416	+0,054	270,488	267,989	+0,108		
		8h	280,032		270,276	+0,054	270,348	267,849	+0,108		
9h		280,038	270,084	+0,066	270,171	267,651	+0,132				
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	280,032	-0,064	270,930	-0,019	270,904	259,091	Не более	—	
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	273,419	-0,064	271,000	-0,026	—	259,147		—	
	К—И	7h; 8h; 9h	273,452	-0,064	271,033	-0,026	—	259,147		—	
	КНЕ—ПР	7h	280,032	-0,064	270,413	-0,019	270,387	258,574		—	—
		8h	280,032	-0,064	270,273	-0,019	270,247	258,434			—
		9h	280,038	-0,076	270,081	-0,022	270,051	258,240			—
	КНЕ—НЕ	7h	279,502	-0,064	270,483	-0,026	—	258,644		—	—
8h		279,362	-0,064	270,343	-0,026	—	258,504	—			
9h		279,188	-0,076	270,165	-0,030	—	258,324	—			
КИ—НЕ	7h	279,520	-0,064	270,501	-0,026	—	258,644	—	—		
	8h	279,380	-0,064	270,361	-0,026	—	258,504		—		
	9h	279,209	-0,076	270,186	-0,030	—	258,324		—		

Калибры резьбовые для резьбы S 280×24
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	280,092	-0,076	263,353	-0,038	263,277	238,348	Не более	—
	НЕ	7AZ	269,087	-0,076	264,268	-0,038	264,210	238,348		—
		8AZ	269,317	-0,076	264,498	-0,038	264,440	238,348		
9AZ		269,652	-0,096	264,828	-0,048	264,755	238,348			
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	285,652	Не менее	—	261,933	+0,054	262,020	243,973	+0,054
	НЕ	7h	280,032		261,236	+0,054	261,308	256,409	+0,108	
		8h	280,038		261,034	+0,066	261,121	256,201	+0,132	
9h		280,038	260,814	+0,066	260,901	255,981	+0,132			
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	280,032	-0,064	261,930	-0,019	261,904	238,265	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	266,819	-0,064	262,000	-0,026	—	238,321		—
	К—И	7h; 8h; 9h	266,852	-0,064	262,033	-0,026	—	238,321		—
	КНЕ—ПР	7h	280,032	-0,064	261,233	-0,019	261,207	237,568		—
		8h	280,038	-0,076	261,031	-0,022	261,001	237,364		
		9h	280,038	-0,076	260,811	-0,022	260,781	237,144		
	КНЕ—НЕ	7h	279,322	-0,064	261,303	-0,026	—	237,638		—
		8h	279,138	-0,076	261,115	-0,030	—	237,448		
9h		278,918	-0,076	260,895	-0,030	—	237,228			
КИ—НЕ	7h	279,340	-0,064	261,321	-0,026	—	237,638	—		
	8h	279,159	-0,076	261,136	-0,030	—	237,448			
	9h	278,939	-0,076	260,916	-0,030	—	237,228			

Калибры резьбовые для резьбы S 280×40
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	280,092	-0,076	251,923	-0,038	251,847	210,578	Не более	—
	НЕ	7AZ	261,027	-0,076	253,008	-0,038	252,950	210,578		—
		8AZ	261,322	-0,096	253,298	-0,048	253,225	210,578		
9AZ		261,737	-0,116	253,708	-0,058	253,619	210,578			
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	289,422	Не менее	—	249,919	+0,066	250,024	219,967	+0,066
	НЕ	7h	280,038		249,084	+0,066	249,171	241,051	+0,132	
		8h	280,038		248,874	+0,066	248,961	240,841	+0,132	
9h		280,048	248,600	+0,080	248,708	240,560	+0,160			
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	280,038	-0,076	249,916	-0,022	249,886	210,479	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	258,023	-0,076	250,000	-0,030	—	210,545		—
	К—И	7h; 8h; 9h	258,062	-0,076	250,039	-0,030	—	210,545		—
	КНЕ—ПР	7h	280,038	-0,076	249,081	-0,022	249,051	209,644		—
		8h	280,038	-0,076	248,871	-0,022	248,841	209,434		
		9h	280,048	-0,096	248,597	-0,029	248,559	209,156		
	КНЕ—НЕ	7h	279,188	-0,076	249,165	-0,030	—	209,728		—
8h		278,978	-0,076	248,955	-0,030	—	209,518			
9h		278,728	-0,096	248,699	-0,038	—	209,258			
КИ—НЕ	7h	279,209	-0,076	249,186	-0,030	—	209,728	—		
	8h	278,999	-0,076	248,976	-0,030	—	209,518			
	9h	278,756	-0,096	248,727	-0,038	—	209,258			

Калибры резьбовые для резьбы S 290 × 12
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	290,078	-0,004	281,932	-0,032	281,898	269,174	Не более	—
	НЕ	7AZ	285,058	-0,064	282,642	-0,032	282,593	269,174		—
		8AZ	285,257	-0,076	282,838	-0,038	282,780	269,174		
9AZ		285,477	-0,076	283,058	-0,038	283,000	269,174			
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	292,826	Не менее	—	280,933	+0,054	281,020	271,973	+0,054
	НЕ	7h	290,032		280,416	+0,054	280,488	277,989	+0,108	
		8h	290,032		280,276	+0,054	280,348	277,849	+0,108	
9h		290,038	280,081	+0,066	280,171	277,651	+0,132			
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	290,032	-0,064	280,930	-0,019	280,904	269,091	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	283,419	-0,064	281,000	-0,026	—	269,147		—
	К—И	7h; 8h; 9h	283,452	-0,064	281,033	-0,026	—	269,147		—
	КНЕ—ПР	7h	290,032	-0,064	280,413	-0,019	280,387	268,574		—
		8h	290,032	-0,064	280,273	-0,019	280,247	268,434		
		9h	290,038	-0,076	280,081	-0,022	280,051	268,240		
	КНЕ—НЕ	7h	289,502	-0,064	280,483	-0,026	—	268,644		—
		8h	289,362	-0,064	280,343	-0,026	—	268,504		
9h		289,188	-0,076	280,155	-0,030	—	268,324			
КИ—НЕ	7h	289,520	-0,064	280,501	-0,026	—	268,644	—		
	8h	289,380	-0,064	280,361	-0,026	—	268,504			
	9h	289,209	-0,076	280,186	-0,030	—	268,324			

Калибры резьбовые для резьбы S 290×24
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр	
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.
					Номин.	Пред. откл.			
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	290,092	-0,076	273,353	-0,038	273,277	248,348	—
	НЕ	7AZ	279,087	-0,076	274,268	-0,038	274,210	248,348	Не более
		8AZ	279,317	-0,076	274,498	-0,038	274,440	248,348	
9AZ		279,652	-0,093	274,828	-0,048	274,755	248,348		
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	295,652	—	271,933	+0,054	272,020	253,973	+0,054
	НЕ	7h	290,032	—	271,233	+0,054	271,308	266,409	+0,108
		8h	290,038		271,034	+0,066	271,121	266,201	+0,132
9h		290,038	270,814		+0,056	270,901	265,981	+0,132	
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	290,032	-0,064	271,930	-0,019	271,904	248,265	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	276,819	-0,064	272,000	-0,026	—	248,321	—
	К—И	7h; 8h; 9h	276,852	-0,064	272,033	-0,023	—	248,321	—
	КНЕ—ПР	7h	290,032	-0,064	271,233	-0,019	271,207	247,568	Не более
		8h	290,038	-0,076	271,031	-0,022	271,001	247,364	
		9h	290,038	-0,076	270,811	-0,022	270,781	247,144	
	КНЕ—НЕ	7h	289,322	-0,064	271,303	-0,026	—	247,638	—
		8h	289,138	-0,076	271,115	-0,030	—	247,448	
9h		288,918	-0,076	270,895	-0,030	—	247,228		
КИ—НЕ	7h	289,340	-0,054	271,321	-0,023	—	247,638	—	
	8h	289,159	-0,076	271,135	-0,030	—	247,448		
	9h	288,939	-0,076	270,916	-0,030	—	247,228		

Калибры резьбовые для резьбы S 290×44
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	290,092	-0,076	259,023	-0,038	258,947	213,636	Не более	—
	НЕ	7AZ	268,987	-0,076	260,168	-0,038	260,110	213,636		—
		8AZ	269,322	-0,096	260,498	-0,048	260,425	213,636		
9AZ		239,737	-0,116	260,908	-0,058	260,819	213,636			
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	300,364	Не менее	—	256,919	+0,066	257,024	223,967	+0,066
	НЕ	7h	290,038		—	256,034	+0,066	256,121	247,201	+0,132
		8h	290,038		—	255,814	+0,066	255,901	246,981	+0,132
9h		290,048	—	255,520	+0,080	255,628	246,680	+0,160		
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	290,038	-0,076	256,916	-0,022	256,886	213,537	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	265,823	-0,076	257,000	-0,030	—	213,603		—
	К—И	7h; 8h; 9h	265,862	-0,076	257,039	-0,030	—	213,603		—
	КНЕ—ПР	7h	290,038	-0,076	256,031	-0,022	256,001	212,652		—
		8h	290,038	-0,076	255,811	-0,022	255,781	212,432		
		9h	290,048	-0,096	255,517	-0,029	255,479	212,134		
	КНЕ—НЕ	7h	289,138	-0,076	256,115	-0,030	—	212,736		—
		8h	288,918	-0,076	255,895	-0,030	—	212,516		
9h		288,648	-0,096	255,619	-0,038	—	212,236			
КИ—НЕ	7h	289,159	-0,076	256,136	-0,030	—	212,736	—		
	8h	288,939	-0,076	255,916	-0,030	—	212,516			
	9h	288,676	-0,096	255,647	-0,038	—	212,236			

Калибры резьбовые для резьбы S 300×12
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	300,078	-0,064	291,962	-0,032	291,898	279,174	Не более	—
	НЕ	7AZ	295,058	-0,064	292,642	-0,032	292,593	279,174		—
		8AZ	295,257	-0,076	292,838	-0,038	292,780	279,174		—
9AZ		295,477	-0,076	293,058	-0,038	293,000	279,174	—		
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	302,826	Не менее	—	290,933	+0,054	291,020	281,973	+0,054
	НЕ	7h	300,032		290,416	+0,054	290,488	287,989	+0,108	
		8h	300,032		290,276	+0,054	290,348	287,849	+0,108	
9h		300,038	290,084	+0,056	290,171	287,651	+0,132			
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	300,032	-0,064	290,930	-0,019	290,904	279,091	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	293,419	-0,064	291,000	-0,026	—	279,147		—
	К—И	7h; 8h; 9h	293,452	-0,064	291,033	-0,026	—	279,147		—
	КНЕ—ПР	7h	300,032	-0,064	290,413	-0,019	290,387	278,574		—
		8h	300,032	-0,064	290,273	-0,019	290,247	278,434		
		9h	300,038	-0,076	290,081	-0,022	290,051	278,240		
	КНЕ—НЕ	7h	299,502	-0,064	290,483	-0,026	—	278,644		—
		8h	299,362	-0,064	290,343	-0,026	—	278,504		
		9h	299,188	-0,076	290,165	-0,030	—	278,324		
	КИ—НЕ	7h	299,520	-0,064	290,501	-0,026	—	278,644		—
8h		299,380	-0,064	290,361	-0,026	—	278,504			
9h		299,209	-0,076	290,186	-0,030	—	278,324			

Калибры резьбовые для резьбы S 300×24

Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	300,092	-0,076	283,353	-0,038	283,277	258,348	Не более	-
	НЕ	7AZ	289,087	-0,076	281,268	-0,038	284,210	258,348		-
		8AZ 9AZ	289,317 289,652	-0,076 -0,096	284,498 284,828	-0,038 -0,018	281,440 284,755	258,348 258,348		
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	305,652	Не менее	281,933	+0,054	282,020	263,973	+0,054	
	НЕ	7h	300,032		281,236	+0,054	281,308	276,409	+0,108	
		8h 9h	300,038 300,038		281,034 280,814	+0,066 +0,036	281,121 280,901	276,201 275,981	+0,132 +0,132	
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	300,032	-0,064	281,930	-0,019	281,904	258,265	-	
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	285,819	-0,064	282,000	-0,026	-	258,321	-	
			286,852	-0,064	282,033	-0,026	-	258,321	-	
	КНЕ—ПР	7h 8h 9h	300,032	-0,064	281,233	-0,019	281,207	257,558	Не более	-
			300,038	-0,076	281,031	-0,022	281,001	257,364		
			300,038	-0,076	280,811	-0,022	280,781	257,144		
	КНЕ—НЕ	7h 8h 9h	299,322	-0,064	281,303	-0,026	-	257,638	-	
			299,138	-0,076	281,115	-0,030	-	257,448		
			298,918	-0,076	280,895	-0,030	-	257,228		
	КИ—НЕ	7h 8h 9h	299,340	-0,064	281,321	-0,026	-	257,638	-	
299,159			-0,076	281,136	-0,030	-	257,448			
298,939			-0,076	280,916	-0,030	-	257,228			

Калибры резьбовые для резьбы S 300×40

Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	300,092	-0,076	271,923	-0,038	271,847	230,578	Не более	—
	НЕ	7AZ	281,027	-0,076	273,008	-0,038	272,950	230,578		—
		8AZ	281,322	-0,096	273,298	-0,048	273,225	230,578		
9AZ		281,737	-0,116	273,708	-0,058	273,619	230,578			
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	309,422	Не менее	—	269,919	+0,066	270,024	239,957	+0,036
	НЕ	7h	300,038		—	269,084	+0,055	269,171	261,051	+0,132
		8h	300,038		—	268,874	+0,065	268,961	260,841	+0,132
9h		300,048	—	268,600	+0,080	268,708	260,560	+0,160		
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	300,038	-0,076	269,916	-0,022	269,885	230,479	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	278,023	-0,076	270,000	-0,030	—	230,545		—
	К—И	7h; 8h; 9h	278,062	-0,076	270,039	-0,030	—	230,545		—
	КНЕ—ПР	7h	300,038	-0,076	269,081	-0,022	269,051	229,644		—
		8h	300,038	-0,076	268,871	-0,022	268,841	229,434		
		9h	300,048	-0,096	268,597	-0,029	268,559	229,156		
	КНЕ—НЕ	7h	299,188	-0,076	269,165	-0,030	—	229,728		—
		8h	298,978	-0,076	268,955	-0,030	—	229,518		
9h		298,728	-0,096	268,699	-0,038	—	229,258			
КИ—НЕ	7h	299,209	-0,076	269,185	-0,030	—	229,728	—		
	8h	298,999	-0,076	268,976	-0,030	—	229,518			
	9h	298,756	-0,096	268,727	-0,038	—	229,258			

Калибры резьбовые для резьбы S 300×44
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	300,092	-0,076	269,023	-0,038	268,947	223,636	Не более	—
	НЕ	7AZ	278,987	-0,076	270,168	-0,038	270,110	223,636		—
		8AZ	279,322	-0,093	270,498	-0,048	270,425	223,636		
9AZ		279,737	-0,116	270,908	-0,058	270,819	223,636			
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	310,364	Не менее	—	266,919	+0,066	267,024	233,967	+0,066
	НЕ	7h	300,038		—	266,034	+0,066	266,121	257,201	+0,132
		8h	300,038		—	265,814	+0,066	265,901	256,981	+0,132
9h		300,048	—	265,520	+0,080	265,628	256,680	+0,160		
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	300,038	-0,076	266,916	-0,022	266,886	223,537	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	275,823	-0,076	267,000	-0,030	—	223,603		—
	К—И	7h; 8h; 9h	275,862	-0,076	267,039	-0,030	—	223,603		—
	КНЕ—ПР	7h	300,038	-0,076	266,031	-0,022	266,001	222,652		—
		8h	300,038	-0,076	265,811	-0,022	265,781	222,432		
		9h	300,048	-0,096	265,517	-0,029	265,479	222,134		
	КНЕ—НЕ	7h	299,138	-0,076	266,115	-0,030	—	222,736		—
		8h	298,918	-0,076	265,895	-0,030	—	222,516		
		9h	298,648	-0,096	265,619	-0,038	—	222,236		
КИ—НЕ	7h	299,159	-0,076	266,136	-0,030	—	222,736	—		
	8h	298,939	-0,076	265,916	-0,030	—	222,516			
	9h	298,676	-0,096	265,647	-0,038	—	222,236			

Калибры резьбовые для резьбы S 320×12

Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	320,078	-0,064	311,962	-0,032	311,898	299,174	Не более	-
	НЕ	7AZ	315,058	-0,064	312,642	-0,032	312,593	299,174	Не более	-
		8AZ	315,257	-0,076	312,838	-0,038	312,780	299,174		
9AZ		315,477	-0,076	313,058	-0,038	313,000	299,174			
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	322,826	Не менее	310,933	+0,054	311,020	301,973		+0,054
	НЕ	7h	320,032		310,416	+0,054	310,488	307,989	+0,108	
		8h	320,032		310,276	+0,054	310,348	307,849	+0,108	
9h		320,038	310,084	+0,066	310,171	307,651	+0,132			
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	320,032	-0,064	310,930	-0,019	310,904	299,091		-
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	313,419	-0,064	311,000	-0,026	-	299,147		-
	К—И	7h; 8h; 9h	313,452	-0,064	311,033	-0,026	-	299,147		-
	КНЕ—ПР	7h	320,032	-0,064	310,413	-0,019	310,387	298,574	Не более	-
		8h	320,032	-0,064	310,273	-0,019	310,247	298,434		
		9h	320,038	-0,076	310,081	-0,022	310,051	298,240		
	КНЕ—НЕ	7h	319,502	-0,064	310,483	-0,026	-	298,644	Не более	-
		8h	319,362	-0,064	310,343	-0,026	-	298,504		
		9h	319,188	-0,076	310,165	-0,030	-	298,324		
КИ—НЕ	7h	319,520	-0,064	310,501	-0,026	-	298,644	Не более	-	
	8h	319,380	-0,064	310,361	-0,026	-	298,504			
	9h	319,209	-0,076	310,186	-0,030	-	298,324			

Калибры резьбовые для резьбы S 320×44

Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	320,092	-0,076	289,023	-0,038	288,947	243,636	Не более	—
	НЕ	7AZ	298,987	-0,076	290,168	-0,038	290,110	243,636		—
		8AZ	299,322	-0,096	290,498	-0,048	290,425	243,636		
9AZ		299,737	-0,116	290,908	-0,058	290,819	243,636			
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	330,364	Не менее	—	286,919	+0,066	287,024	253,967	+0,066
	НЕ	7h	320,038		—	286,034	+0,066	285,121	277,201	+0,132
		8h	320,038		—	285,814	+0,066	285,901	276,981	+0,132
9h		320,048	—	285,520	+0,080	285,628	276,680	+0,160		
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	320,038	-0,076	286,916	-0,022	285,886	243,537	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	295,823	-0,076	287,000	-0,030	—	243,603		—
	К—И	7h; 8h; 9h	295,852	-0,076	287,039	-0,030	—	243,603		—
	КНЕ—ПР	7h	320,038	-0,076	285,031	-0,022	286,001	242,652		—
		8h	320,038	-0,076	285,811	-0,022	285,781	242,432		
		9h	320,048	-0,096	285,517	-0,029	285,479	242,134		
	КНЕ—НЕ	7h	319,138	-0,076	285,115	-0,030	—	242,736		—
		8h	318,918	-0,076	285,895	-0,030	—	242,516		
9h		318,648	-0,096	285,619	-0,038	—	242,236			
КИ—НЕ	7h	319,159	-0,076	285,136	-0,030	—	242,736	—		
	8h	318,939	-0,076	285,916	-0,030	—	242,516			
	9h	318,676	-0,096	285,647	-0,038	—	242,236			

Калибры резьбовые для резьбы S 320×48
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	320,112	-0,096	286,148	-0,048	286,052	236,694	Не более	—
	НЕ	7AZ	296,982	-0,096	287,358	-0,048	287,285	236,694		—
		8AZ	297,332	-0,096	287,708	-0,048	287,635	236,694		
9AZ		297,747	-0,116	288,118	-0,058	288,029	236,694			
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	331,306	Не менее	—	283,919	+0,066	284,024	247,967	+0,066
	НЕ	7h	320,038		—	282,984	+0,066	283,071	273,351	+0,132
		8h	320,038		—	282,754	+0,066	282,841	273,121	+0,132
9h		320,048	—	282,420	+0,080	282,528	272,780	+0,160		
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	320,038	-0,076	283,916	-0,022	283,886	236,595	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	293,623	-0,076	284,000	-0,030	—	236,661		—
	К—И	7h; 8h; 9h	293,662	-0,076	284,039	-0,030	—	236,661		—
	КНЕ—ПР	7h	320,038	-0,076	282,981	-0,022	282,951	235,660		—
		8h	320,038	-0,076	282,751	-0,022	282,721	235,430		
		9h	320,048	-0,096	282,417	-0,029	282,379	235,092		
	КНЕ—НЕ	7h	319,088	-0,076	283,065	-0,030	—	235,744		—
		8h	318,858	-0,076	282,835	-0,030	—	235,514		
		9h	318,548	-0,096	282,519	-0,038	—	235,194		
КИ—НЕ	7h	319,109	-0,076	283,086	-0,030	—	235,744	—		
	8h	318,879	-0,076	282,856	-0,030	—	235,514			
	9h	318,576	-0,096	282,547	-0,038	—	235,194			

Калибры резьбовые для резьбы S 340×12

Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	340,078	-0,064	331,962	-0,032	331,898	319,174	Не более	-
	НЕ	7AZ	335,058	-0,064	332,642	-0,032	332,593	319,174		-
		8AZ	335,257	-0,076	332,838	-0,038	332,780	319,174		-
9AZ		335,477	-0,076	333,058	-0,038	333,000	319,174	-		
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	342,826	Не менее	-	330,933	+0,054	331,020	321,973	+0,054
	НЕ	7h	340,032		-	330,416	+0,054	330,488	327,989	+0,108
		8h	340,032		-	330,276	+0,054	330,348	327,849	+0,108
9h		340,038	-	330,084	+0,066	330,171	327,651	+0,132		
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	340,032	-0,064	330,930	-0,019	330,904	319,091	Не более	-
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	333,419	-0,054	331,000	-0,026	-	319,147		-
	К—И	7h; 8h; 9h	333,452	-0,064	331,033	-0,026	-	319,147		-
	КНЕ—ПР	7h	340,032	-0,064	330,413	-0,019	330,387	318,574		-
		8h	340,032	-0,064	330,273	-0,019	330,247	318,434		
		9h	340,038	-0,076	330,081	-0,022	330,051	318,240		
	КНЕ—НЕ	7h	339,502	-0,064	330,483	-0,026	-	318,644		-
		8h	339,362	-0,064	330,343	-0,026	-	318,504		
9h		339,188	-0,076	330,165	-0,030	-	318,324			
КИ—НЕ	7h	339,520	-0,064	330,501	-0,026	-	318,644	-		
	8h	339,380	-0,064	330,361	-0,026	-	318,504			
	9h	339,209	-0,076	330,186	-0,030	-	318,324			

Калибры резьбовые для резьбы S 340×44

Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	340,092	-0,076	309,023	-0,038	308,947	263,636	Не более	—
	НЕ	7AZ	318,987	-0,076	310,168	-0,038	310,110	263,636		—
		8AZ	319,322	-0,096	310,498	-0,048	310,425	263,636		
9AZ		319,737	-0,116	310,908	-0,058	310,819	263,636			
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	350,364	Не менее	—	306,919	+0,066	307,024	273,967	+0,066
	НЕ	7h	340,038		306,034	+0,066	306,121	297,201	+0,132	
		8h	340,038		305,814	+0,066	305,901	296,981	+0,132	
9h		340,048	305,520	+0,080	305,628	296,680	+0,160			
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	340,038	-0,076	306,916	-0,022	306,886	263,537	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	315,823	-0,076	307,000	-0,030	—	263,603		—
	К—И	7h; 8h; 9h	315,862	-0,076	307,039	-0,030	—	263,603		—
	КНЕ—ПР	7h	340,038	-0,076	306,031	-0,022	306,001	262,652		—
		8h	340,038	-0,076	305,811	-0,022	305,781	262,432		
		9h	340,048	-0,096	305,517	-0,029	305,479	262,134		
	КНЕ—НЕ	7h	339,138	-0,076	306,115	-0,030	—	262,736		—
		8h	338,918	-0,076	305,895	-0,030	—	262,516		
		9h	338,648	-0,096	305,619	-0,038	—	262,236		
КИ—НЕ	7h	339,159	-0,076	306,136	-0,030	—	262,736	—		
	8h	338,939	-0,076	305,916	-0,030	—	262,516			
	9h	338,676	-0,096	305,647	-0,038	—	262,236			

Калибры резьбовые для резьбы S 360×12
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	360,078	-0,064	351,932	-0,032	351,898	339,174	Не более	—
	НЕ	7AZ	355,098	-0,064	352,682	-0,032	352,633	339,174		—
		8AZ	355,307	-0,076	352,888	-0,038	352,830	339,174		
9AZ		355,537	-0,076	353,118	-0,038	353,060	339,174			
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	362,826	Не менее	—	350,933	+0,054	351,020	341,973	+0,054
	НЕ	7h	360,032		350,386	+0,054	350,458	347,959	+0,108	
		8h	360,032		350,236	+0,054	350,308	347,809	+0,108	
9h		360,038	350,034	+0,056	350,121	347,601	+0,132			
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	360,032	-0,064	350,930	-0,019	350,904	339,091	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	353,419	-0,064	351,000	-0,026	—	339,147		—
	К—И	7h; 8h; 9h	353,452	-0,064	351,033	-0,026	—	339,147		—
	КНЕ—ПР	7h	360,032	-0,064	350,383	-0,019	350,357	338,544		—
		8h	360,032	-0,064	350,233	-0,019	350,207	338,394		
		9h	360,038	-0,076	350,031	-0,022	350,001	338,190		
	КНЕ—НЕ	7h	359,472	-0,064	350,453	-0,026	—	338,614		—
		8h	359,322	-0,064	350,303	-0,026	—	338,464		
		9h	359,138	-0,076	350,115	-0,030	—	338,274		
КИ—НЕ	7h	359,490	-0,064	350,471	-0,026	—	338,614	—		
	8h	359,340	-0,064	350,321	-0,026	—	338,464			
	9h	359,159	-0,076	350,136	-0,030	—	338,274			

Калибры резьбовые для резьбы S 360×48

Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	360,112	-0,096	326,148	-0,048	326,052	276,694	Не более	—
	НЕ	7AZ	337,052	-0,096	327,428	-0,018	327,355	276,694		—
		8AZ	337,432	-0,096	327,808	-0,048	327,735	276,694		—
9AZ		337,867	-0,116	328,238	-0,058	328,149	276,694	—		
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	371,306	Не менее	—	323,919	+0,066	324,024	287,967	+0,066
	НЕ	7h	360,038		—	322,934	+0,066	323,021	313,301	+0,132
		8h	360,048		—	322,670	+0,080	322,778	313,030	+0,160
9h		360,048	—	322,320	+0,080	322,428	312,680	+0,160		
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	360,038	-0,076	323,916	-0,022	323,885	276,595	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	333,623	-0,076	324,000	-0,030	—	276,661		—
	К—И	7h; 8h; 9h	333,662	-0,076	324,039	-0,030	—	276,661		—
	КНЕ—ПР	7h	360,038	-0,076	322,931	-0,022	322,901	275,610		—
		8h	360,048	-0,096	322,667	-0,029	322,629	275,342		
		9h	360,048	-0,096	322,317	-0,029	322,279	274,992		
	КНЕ—НЕ	7h	359,038	-0,076	323,015	-0,030	—	275,694		—
		8h	358,798	-0,096	322,769	-0,038	—	275,444		
		9h	358,448	-0,096	322,419	-0,038	—	275,094		
КИ—НЕ	7h	359,059	-0,076	323,036	-0,030	—	275,694	—		
	8h	358,826	-0,096	322,797	-0,038	—	275,444			
	9h	358,476	-0,096	322,447	-0,038	—	275,094			

Калибры резьбовые для резьбы S 380×12
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	380,078	-0,064	371,962	-0,032	371,898	359,174	Не более	-
	НЕ	7AZ	375,098	-0,064	372,682	-0,032	372,633	359,174		-
		8AZ	375,307	-0,076	372,888	-0,038	372,830	359,174		
9AZ		375,537	-0,076	373,118	-0,038	373,060	359,174			
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	382,826	Не менее	-	370,933	+0,054	371,020	361,973	+0,054
	НЕ	7h	380,032		-	370,386	+0,054	370,458	367,959	+0,108
		8h	380,032		-	370,236	+0,054	370,308	367,809	+0,108
9h		380,038	-	370,034	+0,066	370,121	367,601	+0,132		
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	380,032	-0,064	370,930	-0,019	370,904	359,091	Не более	-
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	373,419	-0,064	371,000	-0,026	-	359,147		-
	К—И	7h; 8h; 9h	373,452	-0,064	371,033	-0,026	-	359,147		-
	КНЕ—ПР	7h	380,030	-0,064	370,383	-0,019	370,357	358,544		-
		8h	380,032	-0,064	370,233	-0,019	370,207	358,394		
		9h	380,038	-0,076	370,034	-0,022	370,001	358,190		
	КНЕ—НЕ	7h	379,472	-0,064	370,453	-0,026	-	358,614		-
		8h	379,322	-0,064	370,303	-0,026	-	358,464		
		9h	379,138	-0,076	370,115	-0,030	-	358,274		
КИ—НЕ	7h	379,490	-0,064	370,471	-0,026	-	358,614	-		
	8h	379,340	-0,064	370,321	-0,026	-	358,464			
	9h	379,159	-0,076	370,136	-0,030	-	358,274			

Калибры резьбовые для резьбы S 380×48

Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	380,112	-0,096	346,148	-0,048	345,052	296,694	Не более	—
	НЕ	7AZ	357,052	-0,096	347,428	-0,048	347,355	296,694		—
		8AZ	357,432	-0,096	347,808	-0,048	347,735	296,694		—
9AZ		357,867	-0,116	348,238	-0,058	348,149	296,694	—		
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	391,306	Не менее	—	343,919	+0,036	344,024	307,967	+0,056
	НЕ	7h	380,038		—	342,934	+0,066	343,021	333,301	+0,132
		8h	380,048		—	342,670	+0,080	342,778	333,030	+0,160
9h		380,048	—	342,320	+0,080	342,428	332,680	+0,160		
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	380,038	-0,076	343,916	-0,022	343,886	296,595	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	353,623	-0,076	344,000	-0,030	—	296,661		—
	К—И	7h; 8h; 9h	353,662	-0,076	344,039	-0,030	—	296,661		—
	КНЕ—ПР	7h	380,038	-0,076	342,931	-0,022	342,901	295,610		—
		8h	380,048	-0,096	342,667	-0,029	342,629	295,342		
		9h	380,048	-0,096	342,317	-0,029	342,279	294,992		
	КНЕ—НЕ	7h	379,038	-0,076	343,015	-0,030	—	295,694		—
		8h	378,798	-0,096	342,769	-0,038	—	295,444		
		9h	378,448	-0,096	342,419	-0,038	—	295,094		
КИ—НЕ	7h	379,059	-0,076	343,036	-0,030	—	295,694	—		
	8h	378,826	-0,096	342,797	-0,038	—	295,444			
	9h	378,476	-0,096	342,447	-0,038	—	295,094			

Калибры резьбовые для резьбы S 400×12

Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	400,078	-0,054	391,962	-0,032	391,898	379,174	Не более	-
	НЕ	7AZ	395,098	-0,064	392,682	-0,032	392,633	379,174		-
		8AZ	395,307	-0,076	392,888	-0,038	392,830	379,174		
9AZ		395,537	-0,076	393,118	-0,038	393,060	379,174			
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	402,826	Не менее	-	390,933	+0,054	391,020	381,973	+0,054
	НЕ	7h	400,032		390,385	+0,054	390,458	387,959	+0,108	
		8h	400,032		390,235	+0,054	390,308	387,809	+0,108	
9h		400,038	390,034	+0,066	390,121	387,601	+0,132			
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	400,032	-0,064	390,930	-0,019	390,904	379,091	Не более	-
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	393,419	-0,064	391,000	-0,026	-	379,147		-
	К—И	7h; 8h; 9h	393,452	-0,064	391,033	-0,026	-	379,147		-
	КНЕ—ПР	7h	400,032	-0,064	390,383	-0,019	390,357	378,544		-
		8h	400,032	-0,064	390,233	-0,019	390,207	378,394		
		9h	400,038	-0,076	390,031	-0,022	390,001	378,190		
	КНЕ—НЕ	7h	399,472	-0,064	390,453	-0,026	-	378,614		-
		8h	399,322	-0,064	390,303	-0,026	-	378,464		
		9h	399,138	-0,076	390,115	-0,030	-	378,274		
КИ—НЕ	7h	399,490	-0,064	390,471	-0,026	-	378,614	-		
	8h	399,340	-0,064	390,321	-0,026	-	378,464			
	9h	399,159	-0,076	390,136	-0,030	-	378,274			

Калибры резьбовые для резьбы S 400×48

Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изо-шенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	400,112	-0,096	366,148	-0,048	366,052	316,694	Не более	-
	НЕ	7AZ	377,052	-0,096	367,428	-0,048	367,355	316,694		-
		8AZ	377,432	-0,096	367,808	-0,048	367,735	316,694		-
9AZ		377,867	-0,116	368,238	-0,058	368,149	316,694	-		
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	411,306	Не менее	-	363,919	+0,066	364,024	327,967	+0,066
	НЕ	7h	400,038		-	362,934	+0,066	363,021	353,301	+0,132
		8h	400,048		-	362,670	+0,080	362,778	353,030	+0,160
9h		400,048	-	362,320	+0,080	362,428	352,680	+0,160		
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	400,038	-0,076	363,916	-0,022	363,886	316,595	Не более	-
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	373,623	-0,076	364,000	-0,030	-	316,661		-
	К—И	7h; 8h; 9h	373,662	-0,076	364,039	-0,030	-	316,661		-
	КНЕ—ПР	7h	400,038	-0,076	362,931	-0,022	362,901	315,610		-
		8h	400,048	-0,096	362,667	-0,029	362,629	315,342		-
		9h	400,048	-0,096	362,317	-0,029	362,279	314,992		-
	КНЕ—НЕ	7h	399,038	-0,076	363,015	-0,030	-	315,694		-
		8h	398,798	-0,096	362,769	-0,038	-	315,444		-
9h		398,448	-0,096	362,419	-0,038	-	315,094	-		
КИ—НЕ	7h	399,059	-0,076	363,036	-0,030	-	315,694	-		
	8h	398,826	-0,096	362,797	-0,038	-	315,444	-		
	9h	398,476	-0,096	362,447	-0,038	-	315,094	-		

Калибры резьбовые для резьбы S 420×16

Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	420,092	-0,076	409,103	-0,038	409,027	392,232	Не более	—
	НЕ	7AZ	413,137	-0,076	409,918	-0,038	409,860	392,232		—
		8AZ	413,347	-0,076	410,128	-0,038	410,070	392,232		
9AZ		413,622	-0,096	410,398	-0,048	410,325	392,232			
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	423,768	Не менее	—	407,933	+0,054	408,020	395,973	+0,054
	НЕ	7h	420,032		407,316	+0,054	407,388	404,089	+0,108	
		8h	420,032		407,146	+0,054	407,218	403,919	+0,108	
9h		420,038	406,934	+0,066	407,021	403,701	+0,132			
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	420,032	-0,064	407,930	-0,019	407,904	392,149	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	411,219	-0,064	408,000	-0,026	—	392,205		—
	К—И	7h; 8h; 9h	411,252	-0,064	408,033	-0,026	—	392,205		—
	КНЕ—ПР	7h	420,032	-0,064	407,313	-0,019	407,287	391,532		—
		8h	420,032	-0,064	407,143	-0,019	407,117	391,362		
		9h	420,038	-0,076	406,931	-0,022	406,901	391,148		
	КНЕ—НЕ	7h	419,402	-0,064	407,383	-0,026	—	391,602		—
		8h	419,232	-0,064	407,213	-0,026	—	391,432		
		9h	419,038	-0,076	407,015	-0,030	—	391,232		
КИ—НЕ	7h	419,420	-0,064	407,401	-0,026	—	391,602	—		
	8h	419,250	-0,064	407,231	-0,026	—	391,432			
	9h	419,059	-0,076	407,036	-0,030	—	391,232			

Калибры резьбовые для резьбы S 420×18

Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр			
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.		
					Номин.	Пред. откл.					
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	420,092	-0,076	407,663	-0,038	407,587	388,760	Не более	—	
	НЕ	7AZ	412,147	-0,076	408,528	-0,038	408,470	388,760		Не более	—
		8AZ	412,367	-0,076	408,748	-0,038	408,690	388,760			
9AZ		412,662	-0,096	409,038	-0,048	408,965	388,760				
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	424,240	Не менее	—	406,433	+0,054	406,520	392,973	+0,054	
	НЕ	7h	420,032		405,776	+0,054	405,818	402,149	+0,108		
		8h	420,038		405,584	+0,036	405,671	401,951	+0,132		
9h		420,038	405,374	+0,066	405,461	401,741	+0,132				
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	420,032	-0,064	406,430	-0,019	406,404	388,677	Не более	—	
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	410,119	-0,064	406,500	-0,026	—	388,733		—	
			410,152	-0,064	406,533	-0,026	—	388,733		—	
			420,032	-0,064	405,773	-0,019	405,747	388,020		—	
	КНЕ—ПР	7h; 8h; 9h	420,038	-0,076	405,581	-0,022	405,551	387,826		—	
			420,038	-0,076	405,371	-0,022	405,341	387,616		—	
			419,302	-0,064	405,843	-0,026	—	388,090		—	
	КНЕ—НЕ	7h; 8h; 9h	419,188	-0,076	405,665	-0,030	—	387,910		—	
			418,978	-0,076	405,455	-0,030	—	387,700		—	
419,380			-0,064	405,831	-0,026	—	388,090	—			
КИ—НЕ	7h; 8h; 9h	419,209	-0,076	405,686	-0,030	—	387,910	—			
		418,999	-0,076	405,476	-0,030	—	387,700	—			

Калибры резьбовые для резьбы S 440×18

Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	440,092	-0,076	427,663	-0,038	427,587	408,760	Не более	—
	НЕ	7AZ	432,147	-0,076	428,528	-0,038	428,470	408,760		—
		8AZ	432,367	-0,076	428,748	-0,038	428,690	408,760		
9AZ		432,662	-0,096	429,038	-0,048	428,965	408,760			
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	444,210	Не менее	—	426,433	+0,054	426,520	412,973	+0,054
	НЕ	7h	440,032		425,776	+0,054	425,848	422,149	+0,108	
		8h	440,038		425,584	+0,066	425,671	421,951	+0,132	
9h		440,038	425,374	+0,066	425,461	421,741	+0,132			
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	440,032	-0,064	426,430	-0,019	426,404	408,677	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	430,119	-0,064	426,500	-0,026	—	408,733		—
	К—И	7h; 8h; 9h	430,152	-0,064	426,533	-0,026	—	408,733		—
	КНЕ—ПР	7h	440,032	-0,064	425,773	-0,019	425,747	408,020		—
		8h	440,038	-0,076	425,581	-0,022	425,551	407,826		
		9h	440,038	-0,076	425,371	-0,022	425,341	407,616		
	КНЕ—НЕ	7h	439,362	-0,064	425,843	-0,026	—	408,090		—
		8h	439,188	-0,076	425,665	-0,030	—	407,910		
9h		438,978	-0,076	425,455	-0,030	—	407,700			
КИ—НЕ	7h	439,380	-0,064	425,851	-0,026	—	408,090	—		
	8h	439,209	-0,076	425,685	-0,030	—	407,910			
	9h	438,999	-0,076	425,476	-0,030	—	407,700			

Калибры резьбовые для резьбы S 460×18

Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	460,092	-0,076	447,653	-0,038	447,587	428,760	Не более	—
	НЕ	7AZ	452,147	-0,076	448,528	-0,038	448,470	428,760		—
		8AZ	452,367	-0,076	448,748	-0,038	448,690	428,760		
9AZ		452,662	-0,096	449,038	-0,048	448,965	428,760			
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	464,240	Не менее	—	446,433	+0,054	446,520	432,973	+0,054
	НЕ	7h	460,032		—	445,776	+0,054	445,848	442,149	+0,108
		8h	460,038		—	445,584	+0,066	445,671	441,951	+0,132
9h		460,038	—	445,374	+0,066	445,461	441,741	+0,132		
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	460,032	-0,034	446,430	-0,019	446,404	428,677	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	450,119	-0,054	446,500	-0,026	—	428,733		—
	К—И	7h; 8h; 9h	450,152	-0,054	446,533	-0,026	—	428,733		—
	КНЕ—ПР	7h	460,032	-0,064	445,773	-0,019	445,747	428,020		—
		8h	460,038	-0,076	445,581	-0,022	445,551	427,826		
		9h	460,038	-0,076	445,371	-0,022	445,341	427,616		
	КНЕ—НЕ	7h	459,362	-0,064	445,843	-0,026	—	428,090		—
		8h	459,188	-0,076	445,665	-0,030	—	427,910		
		9h	458,978	-0,076	445,455	-0,030	—	427,700		
КИ—НЕ	7h	459,380	-0,064	445,851	-0,026	—	428,090	—		
	8h	459,209	-0,076	445,686	-0,030	—	427,910			
	9h	458,999	-0,076	445,476	-0,030	—	427,700			

Калибры резьбовые для резьбы S 480×16
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	480,092	—0,076	469,103	—0,038	469,027	452,232	Не более	—
	НЕ	7AZ	473,137	—0,076	469,918	—0,038	469,850	452,232		—
		8AZ	473,347	—0,076	470,128	—0,038	470,070	452,232		
9AZ		573,622	—0,096	470,398	—0,048	470,325	452,232			
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	483,768	Не менее	—	467,933	+0,054	468,020	455,973	+0,054
	НЕ	7h	480,032		—	467,316	+0,054	467,388	464,089	+0,108
		8h	480,032		—	467,146	+0,054	467,218	463,919	+0,108
9h		480,038	—	466,934	+0,066	467,021	463,701	+0,132		
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	480,032	—0,064	467,930	—0,019	467,904	452,149	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	471,219	—0,064	468,000	—0,026	—	452,205		—
	К—И	7h; 8h; 9h	471,252	—0,064	468,033	—0,026	—	452,205		—
	КНЕ—ПР	7h	480,032	—0,064	467,313	—0,019	467,287	451,532		—
		8h	480,032	—0,064	467,143	—0,019	467,117	451,362		
		9h	480,038	—0,076	466,931	—0,022	466,901	451,148		
	КНЕ—НЕ	7h	479,402	—0,064	467,383	—0,026	—	451,602		—
		8h	479,232	—0,064	467,213	—0,026	—	451,432		
9h		479,038	—0,076	467,015	—0,030	—	451,232			
КИ—НЕ	7h	479,420	—0,064	467,401	—0,026	—	451,602	—		
	8h	479,250	—0,064	467,231	—0,026	—	451,432			
	9h	479,059	—0,076	467,036	—0,030	—	451,232			

Калибры резьбовые для резьбы S 480×18

Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	480,092	-0,076	467,663	-0,038	467,587	448,760	Не более	-
	НЕ	7AZ	472,147	-0,076	468,528	-0,038	468,470	448,760		-
		8AZ	472,367	-0,076	468,748	-0,038	468,690	448,760		
9AZ		472,662	-0,096	469,038	-0,048	468,965	448,760			
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	484,240	Не менее	-	466,433	+0,054	466,520	452,973	+0,054
	НЕ	7h	480,032		-	465,776	+0,054	465,848	462,149	+0,108
		8h	480,038		-	465,584	+0,056	465,671	461,951	+0,132
9h		480,038	-	465,374	+0,056	465,461	461,741	+0,132		
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	480,032	-0,054	466,430	-0,019	466,404	448,677	Не более	-
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	470,119	-0,054	466,500	-0,025	-	448,733		-
	К—И	7h; 8h; 9h	470,152	-0,054	466,533	-0,026	-	448,733		-
	КНЕ—ПР	7h	480,032	-0,054	465,773	-0,019	465,747	448,020		-
		8h	480,038	-0,076	465,581	-0,022	465,551	447,826		
		9h	480,038	-0,076	465,371	-0,022	465,341	447,616		
	КНЕ—НЕ	7h	479,352	-0,054	465,813	-0,026	-	448,090		-
		8h	479,188	-0,076	465,655	-0,030	-	447,910		
9h		478,978	-0,076	465,455	0,030	-	447,700			
КИ—НЕ	7h	479,380	-0,054	465,831	-0,026	-	448,090	-		
	8h	479,209	-0,076	465,686	-0,030	-	447,910			
	9h	478,999	-0,076	465,476	-0,030	-	447,700			

Калибры резьбовые для резьбы S 500×16

Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	500,092	-0,076	489,103	-0,038	489,027	472,232	Не более	—
	НЕ	7AZ	493,137	-0,076	489,918	-0,038	489,850	472,232		—
		8AZ	493,347	-0,076	490,128	-0,038	490,070	472,232		
9AZ		493,622	-0,096	490,398	-0,048	490,325	472,232			
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	503,768	Не менее	—	487,933	+0,054	488,020	475,973	+0,054
	НЕ	7h	500,032		487,316	+0,054	487,388	484,089	+0,108	
		8h	500,032		487,146	+0,054	487,218	483,919	+0,108	
9h		500,038	486,934	+0,066	487,021	483,701	+0,132			
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	500,032	-0,064	487,930	-0,019	487,904	472,149	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	491,219	-0,054	488,000	-0,026	—	472,205		—
	К—И	7h; 8h; 9h	491,252	-0,054	488,033	-0,026	—	472,205		—
	КНЕ—ПР	7h	500,032	-0,064	487,313	-0,019	487,287	471,532		—
		8h	500,032	-0,054	487,143	-0,019	487,117	471,362		
		9h	500,038	-0,076	486,931	-0,022	486,901	471,148		
	КНЕ—НЕ	7h	499,402	-0,054	487,383	-0,026	—	471,602		—
		8h	499,232	-0,054	487,213	-0,026	—	471,432		
		9h	499,038	-0,076	487,015	-0,030	—	471,232		
КИ—НЕ	7h	499,420	-0,054	487,401	-0,026	—	471,602	—		
	8h	499,250	-0,054	487,231	-0,026	—	471,432			
	9h	499,059	-0,076	487,036	-0,030	—	471,232			

Калибры резьбовые для резьбы S 500×18

Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	500,092	-0,076	487,663	-0,038	487,587	468,760	Не более	—
	НЕ	7AZ	492,147	-0,076	488,528	-0,038	488,470	468,760		—
		8AZ	492,367	-0,076	488,748	-0,038	488,690	468,760		
9AZ		492,652	-0,095	489,038	-0,048	488,965	468,760			
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	504,240	Не менее	—	486,433	+0,054	485,520	472,973	+0,054
	НЕ	7h	500,032		485,776	+0,054	485,818	482,149	+0,108	
		8h	500,038		485,584	+0,066	485,671	481,951	+0,132	
9h		500,038	485,374	+0,066	485,461	481,741	+0,132			
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	500,032	-0,054	486,430	-0,019	486,404	468,677	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	490,119	-0,064	485,500	-0,026	—	468,733		—
	К—И	7h; 8h; 9h	490,152	-0,054	485,533	-0,026	—	468,733		—
	КНЕ—ПР	7h	500,032	-0,064	485,773	-0,019	485,747	468,020		—
		8h	500,038	-0,076	485,581	-0,022	485,551	467,826		
		9h	500,038	-0,076	485,371	-0,022	485,341	467,616		
	КНЕ—НЕ	7h	499,362	-0,064	485,843	-0,026	—	468,090		—
		8h	499,188	-0,076	485,665	-0,030	—	467,910		
		9h	498,978	-0,076	485,455	-0,030	—	467,700		
	КИ—НЕ	7h	499,380	-0,064	485,861	-0,026	—	468,090		—
8h		499,209	-0,076	485,686	-0,030	—	467,910			
9h		498,999	-0,076	485,476	-0,030	—	467,700			

Калибры резьбовые для резьбы S 520×20

Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	520,092	-0,076	506,223	-0,038	506,147	485,290	Не более	—
	НЕ	7AZ 8AZ 9AZ	511,157	-0,076	507,138	-0,038	507,080	485,290		—
			511,387	-0,076	507,368	-0,038	507,310	485,290		
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	524,710	—	504,933	+0,054	505,020	489,973	Не менее	+0,054
										НЕ
	520,038	504,034	+0,065	504,121	500,001	+0,132				
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	520,032	-0,064	504,930	-0,019	504,904	485,207	Не более	—
										КПР—НЕ
	К—И	7h; 8h; 9h	509,052	-0,054	505,033	-0,026	—	485,263		
										КНЕ—ПР
	520,038	-0,076	504,031	-0,022	504,001	484,305				
	520,038	-0,076	503,811	-0,022	503,781	484,085				
	КНЕ—НЕ	7h 8h 9h	519,322	-0,064	504,303	-0,025	—	484,580		—
			519,138	-0,076	504,115	-0,030	—	484,390		
			518,918	-0,076	503,895	-0,030	—	484,170		
	КИ—НЕ	7h 8h 9h	519,340	-0,064	504,321	-0,025	—	484,580		—
519,159			-0,076	504,136	-0,030	—	484,390			
518,939			-0,076	503,916	-0,030	—	484,170			

Калибры резьбовые для резьбы S 520×24

Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	520,092	-0,076	503,353	-0,038	503,277	478,348	Не более	-
	НЕ	7AZ	509,197	-0,076	504,378	-0,038	504,320	478,348		-
		8AZ	509,472	-0,093	504,648	-0,048	504,575	478,348		
9AZ		509,852	-0,096	505,028	-0,048	504,955	478,348			
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	525,652	Не менее	-	501,933	+0,054	502,020	483,973	+0,054
	НЕ	7h	520,032		501,196	+0,054	501,268	496,369	+0,108	
		8h	520,038		500,984	+0,066	501,071	496,151	+0,132	
9h		520,038	500,754	+0,066	500,841	495,921	+0,132			
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	520,032	-0,064	501,930	-0,019	501,904	478,265	Не более	-
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	505,819	-0,064	502,000	-0,026	-	478,321		-
	К—И	7h; 8h; 9h	505,852	-0,064	502,033	-0,026	-	478,321		-
	КНЕ—ПР	7h	520,032	-0,064	501,193	-0,019	501,167	477,528		-
		8h	520,038	-0,076	500,981	-0,022	500,951	477,314		
		9h	520,038	-0,076	500,751	-0,022	500,721	477,084		
	КНЕ—НЕ	7h	519,282	-0,064	501,263	-0,026	-	477,598		-
		8h	519,088	-0,076	501,055	-0,030	-	477,398		
		9h	518,858	-0,076	500,835	-0,030	-	477,168		
КИ—НЕ	7h	519,300	-0,064	501,281	-0,026	-	477,598	-		
	8h	519,109	-0,076	501,086	-0,030	-	477,398			
	9h	518,879	-0,076	500,856	-0,030	-	477,168			

Калибры резьбовые для резьбы S 540×24

Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр			
			Номин.	Пред откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.		
					Номин.	Пред. откл.					
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	540,092	-0,076	523,353	-0,038	523,217	498,348	Не более	—	
	НЕ	7AZ	529,197	-0,076	524,378	-0,038	524,320	498,348		Не более	—
		8AZ	529,472	-0,096	524,648	-0,048	524,515	498,348			
9AZ		529,852	-0,096	525,028	-0,048	524,955	498,348				
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	545,652	Не менее	—	521,933	+0,054	522,020	503,973	+0,054	
	НЕ	7h	540,032		521,196	+0,054	521,268	516,369	+0,108		
		8h	540,038		520,984	+0,066	521,071	516,151	+0,132		
9h		540,038	520,754	+0,056	520,841	515,921	+0,132				
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	540,032	-0,054	521,930	-0,019	521,904	498,265	Не более	—	
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	526,819	-0,054	522,000	-0,026	—	498,321		—	
	К—И	7h; 8h; 9h	526,852	-0,054	522,033	-0,026	—	498,321		—	
	КНЕ—ПР	7h	540,032	-0,054	521,193	-0,019	521,167	497,528		Не более	—
		8h	540,038	-0,076	520,981	-0,022	520,951	497,314			
		9h	540,038	-0,076	520,751	-0,022	520,721	497,081			
	КНЕ—НЕ	7h	539,282	-0,054	521,263	-0,026	—	497,598		Не более	—
		8h	539,088	-0,076	521,065	-0,030	—	497,398			
		9h	538,858	-0,076	520,835	-0,030	—	497,168			
КИ—НЕ	7h	539,300	-0,064	521,281	-0,023	—	497,598	Не более	—		
	8h	539,109	-0,076	521,083	-0,030	—	497,398				
	9h	538,879	-0,076	520,856	-0,030	—	497,168				

Калибры резьбовые для резьбы S 560×20

Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	560,092	-0,076	546,223	-0,038	546,147	525,290	Не более	—
	НЕ	7AZ	551,157	-0,076	547,138	-0,038	547,080	525,290		—
		8AZ	551,387	-0,076	547,368	-0,038	547,310	525,290		
9AZ		551,722	-0,096	547,698	-0,048	547,625	525,290			
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	564,710	Не менее	—	544,933	+0,054	545,020	529,973	+0,054
	НЕ	7h	560,032		544,236	+0,054	544,308	540,209	+0,108	
		8h	560,038		544,034	+0,066	544,121	540,001	+0,132	
9h		560,038	543,814	+0,066	543,901	539,781	+0,132			
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	560,032	-0,064	544,930	-0,019	544,904	525,207	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	549,019	-0,064	545,000	-0,026	—	525,263		—
	К—И	7h; 8h; 9h	549,052	-0,064	545,033	-0,026	—	525,263		—
	КНЕ—ПР	7h	560,032	-0,064	544,233	-0,019	544,207	524,510		—
		8h	560,038	-0,076	544,031	-0,022	544,001	524,306		
		9h	560,038	-0,076	543,811	-0,022	543,781	524,083		
	КНЕ—НЕ	7h	559,322	-0,064	544,303	-0,026	—	524,580		—
		8h	559,138	-0,076	544,115	-0,030	—	524,390		
9h		558,918	-0,076	543,895	-0,030	—	524,170			
КИ—НЕ	7h	559,340	-0,064	544,321	-0,026	—	524,580	—		
	8h	559,159	-0,076	544,136	-0,030	—	524,390			
	9h	558,939	-0,076	543,916	-0,030	—	524,170			

Калибры резьбовые для резьбы S 560×24

Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	560,092	-0,076	543,353	-0,038	543,277	518,348	Не более	-
	НЕ	7AZ 8AZ 9AZ	549,197	-0,076	544,378	-0,038	544,320	518,348		-
			549,472	-0,096	544,648	-0,048	544,575	518,348		
549,852			-0,095	545,028	-0,048	544,955	518,348			
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	565,652	Не менее	-	541,933	+0,054	542,020	523,973	+0,054
	НЕ	7h 8h 9h	560,032		-	541,196	+0,054	541,258	536,369	+0,108
			560,038		-	540,984	+0,066	541,071	536,151	+0,132
560,038			-	540,754	+0,066	540,841	535,921	+0,132		
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	560,032	-0,064	541,930	-0,019	541,904	518,265	Не более	-
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	546,819	-0,064	542,000	-0,026	-	518,321		-
	К—И	7h; 8h; 9h	546,852	-0,064	542,033	-0,026	-	518,321		-
	КНЕ—ПР	7h 8h 9h	560,032	-0,064	541,193	-0,019	541,167	517,528		-
			560,038	-0,076	540,981	-0,022	540,951	517,314		
			560,038	-0,076	540,751	-0,022	540,721	517,084		
	КНЕ—НЕ	7h 8h 9h	559,282	-0,064	541,263	-0,026	-	517,598		-
			559,088	-0,076	541,065	-0,030	-	517,398		
			558,858	-0,076	540,835	-0,030	-	517,168		
КИ—НЕ	7h 8h 9h	559,300	-0,064	541,281	-0,026	-	517,598	-		
		559,109	-0,076	541,085	-0,030	-	517,398			
		558,879	-0,076	540,856	-0,030	-	517,168			

Калибры резьбовые для резьбы S 580×20

Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	580,092	-0,076	566,223	-0,038	566,147	545,290	Не более	—
	НЕ	7AZ	571,157	-0,076	567,138	-0,038	567,080	545,290		—
		8AZ	571,387	-0,076	567,368	-0,038	567,310	545,290		
9AZ		571,722	-0,096	567,698	-0,048	567,625	545,290			
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	584,710	Не менее	—	564,933	+0,054	565,020	549,973	+0,054
	НЕ	7h	580,032		564,236	+0,054	564,308	560,209	+0,108	
		8h	580,038		564,034	+0,056	564,121	560,001	+0,132	
9h		580,038	563,814	+0,066	563,901	559,781	+0,132			
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	580,032	-0,064	564,930	-0,019	564,904	545,207	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	569,019	-0,064	565,000	-0,026	—	545,263		—
	К—И	7h; 8h; 9h	569,052	-0,064	565,033	-0,026	—	545,263		—
	КНЕ—ПР	7h	580,032	-0,064	564,233	-0,019	564,207	544,510		—
		8h	580,038	-0,076	564,031	-0,022	564,001	544,306		
		9h	580,038	-0,076	563,811	-0,022	563,781	544,086		
	КНЕ—НЕ	7h	579,322	-0,064	564,303	-0,026	—	544,580		—
		8h	579,138	-0,076	564,115	-0,030	—	544,390		
9h		578,918	-0,076	563,895	-0,030	—	544,170			
КИ—НЕ	7h	579,340	-0,064	564,321	-0,026	—	544,580	—		
	8h	579,159	-0,076	564,136	-0,030	—	544,390			
	9h	578,939	-0,076	563,916	-0,030	—	544,170			

Калибры резьбовые для резьбы S 580×24

Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	580,092	-0,076	563,353	-0,038	563,277	538,348	Не более	—
	НЕ	7AZ	569,197	-0,076	564,378	-0,038	564,320	538,348		—
		8AZ	569,472	-0,096	564,648	-0,048	564,575	538,318		
9AZ		569,852	-0,096	565,028	-0,048	564,955	538,348			
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	585,652	Не менее	—	561,933	+0,054	562,020	543,973	+0,054
	НЕ	7h	580,032		561,196	+0,054	561,268	555,359	+0,108	
		8h	580,038		560,984	+0,056	561,071	555,151	+0,132	
9h		580,038	560,754	+0,056	560,841	555,921	+0,132			
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	580,032	-0,064	561,930	-0,019	561,904	538,265	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	566,819	-0,064	562,000	-0,026	—	538,321		—
	К—И	7h; 8h; 9h	566,852	-0,064	562,033	-0,026	—	538,321		—
	КНЕ—ПР	7h	580,032	-0,064	561,193	-0,019	561,167	537,528		—
		8h	580,038	-0,076	560,981	-0,022	560,951	537,314		
		9h	580,038	-0,076	560,751	-0,022	560,721	537,084		
	КНЕ—НЕ	7h	579,282	-0,064	561,263	-0,026	—	537,598		—
		8h	579,088	-0,076	561,035	-0,030	—	537,398		
9h		578,858	-0,076	560,835	-0,030	—	537,168			
КИ—НЕ	7h	579,300	-0,064	561,281	-0,026	—	537,598	—		
	8h	579,109	-0,076	561,083	-0,030	—	537,398			
	9h	578,879	-0,076	560,856	-0,030	—	537,168			

Калибры резьбовые для резьбы S 600×24

Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	600,092	-0,076	583,353	-0,038	583,277	558,348	Не более	—
	НЕ	7AZ	589,197	-0,076	584,378	-0,038	584,320	558,348		—
		8AZ	589,472	-0,096	584,648	-0,048	584,575	558,348		
9AZ		589,852	-0,096	585,028	-0,048	584,955	558,348			
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	605,652	Не менее	—	581,933	+0,054	582,020	563,973	+0,054
	НЕ	7h	600,032		581,196	+0,054	581,268	576,369	+0,108	
		8h	600,038		580,984	+0,066	581,071	576,151	+0,132	
9h		600,038	580,754	+0,066	580,841	575,921	+0,132			
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	600,032	-0,064	581,930	-0,019	581,904	558,265	Не более	—
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	586,819	-0,064	582,000	-0,026	—	558,321		—
	К—И	7h; 8h; 9h	586,852	-0,064	582,033	-0,026	—	558,321		—
	КНЕ—ПР	7h	600,032	-0,064	581,193	-0,019	581,167	557,528		—
		8h	600,038	-0,076	580,981	-0,022	580,951	557,314		
		9h	600,038	-0,076	580,751	-0,022	580,721	557,084		
	КНЕ—НЕ	7h	599,282	-0,064	581,233	-0,026	—	557,598		—
		8h	599,088	-0,076	581,065	-0,030	—	557,398		
		9h	598,858	-0,076	580,835	-0,030	—	557,168		
	КИ—НЕ	7h	599,300	-0,064	581,281	-0,026	—	557,598		—
8h		599,109	-0,076	581,086	-0,030	—	557,398			
9h		598,879	-0,076	580,856	-0,030	—	557,168			

Калибры резьбовые для резьбы S 620×24
Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр	
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.
					Номин.	Пред. откл.			
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	620,092	-0,076	603,353	-0,038	603,277	578,348	—
	НЕ	7AZ 8AZ 9AZ	609,197	-0,076	604,378	-0,038	604,320	578,348	Не более —
			609,472	-0,096	604,648	-0,048	604,575	578,348	
609,852			-0,096	605,028	-0,048	604,955	578,348		
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	625,652	—	601,933	+0,054	602,020	583,973	+0,054
	НЕ	7h 8h 9h	620,032	Не менее —	601,196	+0,054	601,268	596,369	+0,108
			620,038		600,984	+0,066	601,071	596,151	+0,132
620,038			600,754		+0,066	600,841	595,921	+0,132	

Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр	
			Номин	Пред откл	Новый		Изношенный	Номин	Пред откл
					Номин	Пред откл			
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h, 8h, 9h	620,032	—0,064	601,930	—0,019	601,904	578,265	—
	КПР—НЕ	7h, 8h, 9h	606,819	—0,064	602,000	—0,025	—	578,321	—
	К—И	7h, 8h, 9h	606,852	—0,064	602,033	—0,026	—	578,321	—
	КНЕ—ПР	7h	620,032	—0,064	601,193	—0,019	601,167	577,528	Не более
		8h	620,038	—0,076	600,981	—0,022	600,951	577,314	
		9h	620,038	—0,076	600,751	—0,022	600,721	577,084	
КНЕ—НЕ	7h	619,282	—0,064	601,263	—0,026	—	577,598	—	
	8h	619,088	—0,076	601,065	—0,030		577,398		
	9h	618,858	—0,076	600,835	—0,030		577,168		
КИ—НЕ	7h	619,300	—0,064	601,281	—0,026	—	577,598	—	
	8h	619,109	—0,076	601,085	—0,030		577,398		
	9h	618,879	—0,076	600,856	—0,030		577,168		

Калибры резьбовые для резьбы S 640×24

Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр	
			Номинал.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номинал.	Пред. откл.
					Номинал.	Пред. откл.			
Калибры-пробки	ПР	7AZ; 8AZ; 9AZ	640,092	-0,076	623,353	-0,038	623,277	598,348	-
	НЕ	7AZ	629,197	-0,076	624,378	-0,038	624,320	598,348	Не более -
		8AZ	629,472	-0,096	624,648	-0,048	624,575	598,348	
		9AZ	629,852	-0,096	625,028	-0,048	624,955	598,348	
Калибры-кольца	ПР	7h; 8h; 9h	645,652	-	621,933	+0,054	622,020	603,973	+0,054
	НЕ	7h	640,032	Не менее -	621,196	+0,054	621,268	616,369	+0,108
		8h	640,038		620,984	+0,066	621,071	616,151	+0,132
		9h	640,038		620,754	+0,066	620,841	615,921	+0,132

Размеры в мм

Наименование	Вид калибра	Поле допуска резьбы	Наружный диаметр		Средний диаметр			Внутренний диаметр		
			Номин.	Пред. откл.	Новый		Изношенный	Номин.	Пред. откл.	
					Номин.	Пред. откл.				
Контрольные калибры-пробки	КПР—ПР	7h; 8h; 9h	640,032	—0,064	621,930	—0,019	621,904	598,265	—	
	КПР—НЕ	7h; 8h; 9h	626,819	—0,064	622,000	—0,026	—	598,321	—	
	К—И	7h; 8h; 9h	626,852	—0,064	622,033	—0,026	—	598,321	—	
	КНЕ—ПР	7h	640,032	—0,034	621,193	—0,019	621,167	597,528	Не более	—
		8h	640,038	—0,076	620,981	—0,022	620,951	597,314		
		9h	640,038	—0,076	620,751	—0,022	620,721	597,081		
КНЕ—НЕ	7h	639,282	—0,064	621,263	—0,026	—	597,598	—		
	8h	639,088	—0,076	621,065	—0,030	—	597,398			
	9h	638,858	—0,076	620,835	—0,030	—	597,168			
КИ—НЕ	7h	639,300	—0,064	621,281	—0,026	—	597,598	—		
	8h	639,109	—0,076	621,086	—0,030	—	597,398			
	9h	638,879	—0,076	620,856	—0,030	—	597,168			

Редактор *В. П. Огурцов*
Технический редактор *Н. С. Гришанова*
Корректор *Е. И. Морозова*

Сдано в наб. 16.04.84. Подп. в печ. 12.12.84. 14,0 усл. п. л. 14,13 усл. кр.-отт. 15,88 уч.-изд. л.
Тираж 25000 Цена 85 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП,
Новопресненский пер., 3
Калужская типография стандартов, ул. Московская, 256. Зак. 1201